

平成四年農林水産省令第四十四号

獣医療法施行規則

獣医療法（平成四年法律第四十六号）第三条、第四条、第五条第二項、第七条第二項、第十一条第一項、第十四条第三項及び第四項、第十八条第一項並びに第十九条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、獣医療法施行規則を次のように定める。

目次

- [第一章 診療施設の開設等（第一条—第五条）](#)
- [第二章 診療用放射線の防護（第六条—第二十条）](#)
- [第三章 都道府県計画等（第二十一条—第二十三条）](#)
- [第四章 広告制限の特例（第二十四条）](#)
- [第五章 雑則（第二十五条—第二十八条）](#)

第一章 診療施設の開設等

（診療施設の開設の届出）

第一条 獣医療法（以下「法」という。）[第三条](#)前段の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

- 一 開設者の氏名及び住所（開設者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地）並びに開設者が獣医師である場合にあってはその旨
- 二 診療施設（[法第二条第二項](#)に規定する診療施設をいう。以下同じ。）の名称
- 三 開設の場所
- 四 開設の年月日
- 五 診療施設の構造設備の概要（次号から第十一号までに掲げるものを除く。）及び平面図
- 六 診療の用に供するエックス線の発生装置（定格管電圧（波高値とする。以下同じ。）が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。以下「エックス線装置」という。）を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
 - イ エックス線装置の製作者名、型式及び台数
 - ロ エックス線高電圧発生装置の定格出力
 - ハ エックス線装置及びエックス線診療室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
 - ニ エックス線診療に従事する獣医師の氏名及びエックス線診療に関する経歴
- 七 診療の用に供する一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置（以下「診療用高エネルギー放射線発生装置」という。）を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
 - イ 診療用高エネルギー放射線発生装置の製作者名、型式及び台数
 - ロ 診療用高エネルギー放射線発生装置の定格出力
 - ハ 診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
 - ニ 診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
 - ホ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十二年法律第百六十七号）[第九条第二項第一号](#)の許可の年月日及び許可の番号並びに[同法](#)第三十四条第一項の規定により選任された放射線取扱主任者の氏名
- 八 放射線を放出する同位元素若しくはその化合物又はこれらの含有物であって放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が別表第一に定める数量（以下「下限数量」という。）及び濃度を超えるもの（以下「放射性同位元素」という。）で密封されたものを装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に干を乗じて得た数量を超えるもの（第十号の機器を除く。以下「診療用放射線照射装置」という。）を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
 - イ 診療用放射線照射装置の製作者名、型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
 - ロ 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射装置使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射装置により治療を受けている飼育動物（[法第二条第一項](#)に規定する飼育動物をいう。以下同じ。）を收容する施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
 - ハ 診療用放射線照射装置を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
 - ニ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第九条第二項第一号の許可の年月日及び許可の番号並びに[同法](#)第三十四条第一項の規定により選任された放射線取扱主任者の氏名
- 九 密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に干を乗じて得た数量以下のもの（第十号の機器を除く。以下「診療用放射線照射器具」という。）を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
 - イ 診療用放射線照射器具の型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
 - ロ 診療用放射線照射器具使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射器具により治療を受けている飼育動物を收容する施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
 - ハ 診療用放射線照射器具を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
 - ニ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十四条第一項の規定により選任された放射線取扱主任者の氏名
 - ホ 診療用放射線照射器具であって、その装備する放射性同位元素の物理的半減期が三十日以下であるものを備えた診療施設にあっては、ロから二までに掲げる事項のほか、その年に使用を予定する診療用放射線照射器具の型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量並びにベクレル単位をもって表した放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量及び一日の最大使用予定数量

- 十 密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、農林水産大臣が定めるもの（以下「放射性同位元素装備診療機器」という。）を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
- イ 放射性同位元素装備診療機器の製作者名、型式及び台数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
 - ロ 放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
 - ハ 放射線を飼育動物に対して照射する放射性同位元素装備診療機器にあっては、当該機器を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
 - ニ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第九条第二項第一号の許可の年月日及び許可の番号（[同法第三条](#)の放射性同位元素を使用する場合に限る。）
 - ホ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十四条第一項の規定により選任された放射線取扱主任者の氏名（[同法第十二条](#)の五第二項に規定する表示付認証機器及び同条第三項に規定する表示付特定認証機器のみを使用する場合を除く。）
- 十一 医薬品（[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律](#)（昭和三十五年法律第百四十五号。以下「[医薬品医療機器等法](#)」という。）[第二条第一項](#)に規定する医薬品をいう。以下同じ。）である放射性同位元素で密封されていないもの（放射性同位元素であって、陽電子断層撮影装置による画像診断（以下「陽電子断層撮影診療」という。）に用いるものを除く。以下「診療用放射性同位元素」という。）又は医薬品である放射性同位元素であって、陽電子断層撮影診療に用いるもの（以下「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」という。）を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
- イ その年に使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単位をもって表した数量
 - ロ ベクレル単位をもって表した診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量、一日の最大使用予定数量及び三月間の最大使用予定数量
 - ハ 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設並びに診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を収容する施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
 - ニ 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
 - ホ 第七条第一項の規定により選任された放射線管理責任者の氏名及び放射性同位元素の取扱いに関する経歴
- 十二 管理者（[法第五条第二項](#)に規定する管理者をいう。以下同じ。）の氏名及び住所（開設者が獣医師であって診療施設を管理しているときはその旨）
- 十三 診療の業務を行う獣医師の氏名
- 十四 診療の業務の種類
- 十五 開設者が法人である場合にあっては、定款
- 十六 その他都道府県知事が必要と認める事項
- 2 [法第三条](#)後段の規定により届け出なければならない事項は、診療施設の休止の場合にあっては休止期間及び休止の理由、診療施設の廃止の場合にあっては廃止の期日及び廃止の理由、届け出た事項の変更の場合にあっては変更に係る事項（前項第十一号に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなった場合にあってはその旨及び第十九条の二各号に掲げる措置の概要を含む。）とする。
- （診療施設の構造設備の基準）
- 第二条 [法第四条](#)の農林水産省令で定める診療施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 一 飼育動物の逸走を防止するために必要な設備を設けること。
 - 二 伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を収容する設備には、他の飼育動物への感染を防止するために必要な設備を設けること。
 - 三 消毒設備を設けること。
 - 四 調剤を行う施設にあっては、次のとおりとすること。
 - イ 採光、照明及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと。
 - ロ 冷暗貯蔵のための設備を設けること。
 - ハ 調剤に必要な器具を備えること。
 - 五 手術を行う施設は、その内壁及び床が耐水性のもので覆われたものであることその他の清潔を保つことができる構造であること。
 - 六 放射線に関する構造設備の基準は、[第六条](#)から第六条の十一までに定めるところによること。
- （管理者の遵守事項等）
- 第三条 [法第五条第二項](#)の農林水産省令で定める診療施設の管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
- 一 飼育動物を収容する設備（以下「収容設備」という。）には、収容可能な頭数を超えて飼育動物を収容しないこと。
 - 二 収容設備でない場所に飼育動物を収容しないこと。
 - 三 飼育動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
 - 四 収容設備内における他の飼育動物への感染を防止するために必要な措置を講ずること。
 - 五 覚せい剤取締法（昭和二十六年法律第二百五十二号）、麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）及び医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をすること。
 - 六 常に清潔を保つこと。
 - 七 採光、照明及び換気を適切に行うこと。
 - 八 放射線に関し遵守すべき事項は、第七条から第二十条までに定めるところによること。
- 2 診療施設の管理者は、前項各号に掲げる事項を遵守するため、当該診療施設に勤務する獣医師その他の従業者を監督し、必要な注意をしなければならない。
- 3 診療施設の管理者は、この省令の規定を遵守するために必要と認めるときは、当該診療施設の開設者に対し、診療施設の構造設備の改善その他必要な措置を講ずべきことを要求するものとする。

- 4 診療施設の開設者は、前項の規定により要求を受けたときは、直ちに必要な措置を講ずるものとする。
(往診診療者等への適用等)

第四条 [法第七条第二項](#)に規定する診療用機器等は、次のとおりとする。

- 一 覚せい剤取締法第二条第五項に規定する覚せい剤原料
- 二 [麻薬及び向精神薬取締法第二条第一号](#)に規定する麻薬及び[同条第六号](#)に規定する向精神薬
- 三 エックス線装置

第五条 [法第七条第二項](#)において準用する[法第五条第二項](#)の農林水産省令で定める管理者が遵守すべき事項は、第三条第一項第五号及び第八号に掲げる事項とする。

第二章 診療用放射線の防護

(エックス線診療室)

第六条 エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。

- 一 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
- 二 エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。

(診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)

第六条の二 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。

- 一 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
- 二 出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。
- 三 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の室内には、診療用高エネルギー放射線発生装置を操作する場所を設けないこと。
- 四 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室である旨を示す標識を付すること。

(診療用放射線照射装置使用室)

第六条の三 診療用放射線照射装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。

- 一 主要構造部等 ([建築基準法](#) (昭和二十五年法律第二百一十号) [第二条第五号](#)に規定する主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。) は、耐火構造 ([同条第七号](#)に規定する耐火構造をいう。以下同じ。) 又は不燃材料 ([同条第九号](#)に規定する不燃材料をいう。以下同じ。) を用いた構造とすること。
- 二 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
- 三 出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。
- 四 診療用放射線照射装置使用室である旨を示す標識を付すること。

(診療用放射線照射器具使用室)

第六条の四 診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。

- 一 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
- 二 診療用放射線照射器具使用室である旨を示す標識を付すること。

(放射性同位元素装備診療機器使用室)

第六条の五 放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。

- 一 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
- 二 扉等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
- 三 放射性同位元素装備診療機器使用室である旨を示す標識を付すること。
- 四 間仕切りを設けることその他の適切な放射線障害の防止に関する予防措置を講ずること。

(診療用放射性同位元素使用室)

第六条の六 診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。

- 一 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
- 二 診療用放射性同位元素の調剤等を行う室 (以下「放射性同位元素準備室」という。) 、これを用いて診療を行う室及びこれにより診療を受けている飼育動物を収容する設備を有する室 (以下「放射性同位元素使用室内収容室」という。) に区画すること。
- 三 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
- 四 診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。
- 五 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等のすきまの少ない構造とすること。
- 六 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
- 七 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。
- 八 各室には、洗浄設備を設けること。
- 九 前二号の洗浄設備は、第六条の十第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。
- 十 診療を行う室及び放射性同位元素使用室内収容室には、通気口を設けること。
- 十一 前号の通気口は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。
- 十二 放射性同位元素準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の広がりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。

(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室)

第六条の七 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。

- 一 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
- 二 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の調剤等を行う室 (以下「陽電子準備室」という。) 、これを用いて診療を行う室及びこれにより診療を受けている飼育動物を収容する設備を有する室 (以下「陽電子使用室内収容室」という。) に区画すること。

- 三 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
- 四 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。
- 五 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の室内には、陽電子放射断層撮影装置を操作する場所を設けないこと。
- 六 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等のすきまの少ない構造とすること。
- 七 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
- 八 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。
- 九 各室には、洗浄設備を設けること。
- 十 前二号の洗浄設備は、第六条の十第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。
- 十一 診療を行う室及び陽電子使用室内収容室には、通気口を設けること。
- 十二 前号の通気口は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。
- 十三 陽電子準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の広がりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。

(貯蔵施設)

第六条の八 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を貯蔵する施設（以下「貯蔵施設」という。）の構造設備の基準は、次のとおりとする。

- 一 貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画された構造のものとする。
- 二 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
- 三 貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、[建築基準法施行令](#)（昭和二十五年政令第三百三十八号）[第一百二十二条第一項](#)に規定する特定防火設備に該当する防火戸を設けること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。
- 四 貯蔵箱等は、耐火性の構造とすること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。
- 五 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。
- 六 扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
- 七 貯蔵施設である旨を示す標識を付すること。
- 八 貯蔵施設には、次に定めるところに適合する貯蔵容器を備えること。ただし、扉、ふた等を開放した場合において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしゃへいされている貯蔵箱等に診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を貯蔵する場合は、この限りでない。
 - イ 貯蔵時において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしゃへいすることができるものとする。
 - ロ 容器の外における空気を汚染するおそれのある診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、気密な構造とすること。
 - ハ 液体状の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、こぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
 - ニ 貯蔵容器である旨を示す標識を付し、かつ、貯蔵する診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素又は貯蔵する診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量を表示すること。
- 九 受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための設備又は器具を設けること。

(運搬容器)

第六条の九 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器（以下「運搬容器」という。）の構造の基準は、次のとおりとする。

- 一 運搬時において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしゃへいすることができるものとする。
- 二 容器の外における空気を汚染するおそれのある診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる運搬容器は、気密な構造とすること。
- 三 液体状の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる運搬容器は、こぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
- 四 運搬容器である旨を示す標識を付し、かつ、運搬する診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素又は運搬する診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量を表示すること。

(廃棄施設)

第六条の十 診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物（以下「獣医療用放射性汚染物」という。）を廃棄する施設（以下「廃棄施設」という。）の構造設備の基準は、次のとおりとする。

- 一 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
- 二 液体状の獣医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排水設備（排水管、排液処理槽その他液体状の獣医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。）を設けること。
 - イ 排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を第十八条の二第一項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること又は排水監視設備を設けて排水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、診療施設の境界（診療施設の境界に隣接する区域に人が

みだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下同じ。)における排水中の放射性同位元素の濃度を同項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。

ロ 排水の漏れにくい構造とし、排水が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。

ハ 排水処理槽は、排水を採取することができる構造又は排水中における放射性同位元素の濃度が測定できる構造とし、かつ、排水の流出を調節する装置を設けること。

ニ 排水処理槽の上部の開閉部は、ふたのできる構造とするか、又はさくその他の周囲に人がみだりに立ち入らないようにするための設備(以下「さく等」という。)を設けること。

ホ 排水管及び排水処理槽には、排水設備である旨を示す標識を付すること。

三 気体状の獣医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排気設備(排風機、排気浄化装置、排気管、排気口等気体状の獣医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。)を設けること。ただし、作業の性質上排気設備を設けることが著しく困難である場合であって、気体状の放射性同位元素を発生し、又は放射性同位元素によって空気を汚染するおそれのないときは、この限りでない。

イ 排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を第十八条の二第一項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること又は排気監視設備を設けて排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、診療施設の境界の外の空気中の放射性同位元素の濃度を同項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。

ロ 人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度を第十八条の二第二項に定める濃度限度以下とする能力を有するものとする。

ハ 気体の漏れにくい構造とし、腐食しにくい材料を用いること。

ニ 故障が生じた場合において放射性同位元素によって汚染された物の広がりを急速に防止することができる装置を設けること。

ホ 排気浄化装置、排気管及び排気口には、排気設備である旨を示す標識を付すること。

四 獣医療用放射性汚染物を焼却する場合には、次に掲げる設備を設けること。

イ 次に掲げる基準に適合する焼却炉

(1) 気体が漏れにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造であること。

(2) 排気設備に連結された構造であること。

(3) 焼却残さの搬出口が廃棄作業室(獣医療用放射性汚染物を焼却した後その残さを焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化(固型化するための処理を含む。以下同じ。)する作業を行う室をいう。以下同じ。)に連結していること。

ロ 次に掲げる基準に適合する廃棄作業室

(1) 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分が突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等のすきまの少ない構造であること。

(2) 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面が平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられていること。

(3) 気体状の獣医療用放射性汚染物の広がりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置が前号の規定により設ける排気設備に連結していること。

(4) 廃棄作業室である旨を示す標識が付されていること。

ハ 次に掲げる基準に適合する汚染検査室(人体又は作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染の検査を行う室をいう。以下同じ。)

(1) 人が通常出入りする廃棄施設の出入口の付近等放射性同位元素による汚染の検査を行うのに最も適した場所に設けられていること。

(2) 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分がロの(1)及び(2)に掲げる基準に適合すること。

(3) 洗浄設備及び更衣設備が設けられ、汚染の検査のための放射線測定器及び汚染の除去に必要な器材が備えられていること。

(4) (3)の洗浄設備の排水管が第二号の規定により設ける排水設備に連結していること。

(5) 汚染検査室である旨を示す標識が付されていること。

五 獣医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合(次号に規定する場合を除く。)には、次に定めるところにより、保管廃棄設備を設けること。

イ 外部と区画された構造とすること。

ロ 扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。

ハ 耐火性の構造で、かつ、第六条の八第八号ロ及びハに掲げる基準に適合する容器を備え、当該容器の表面に保管廃棄容器である旨を示す標識を付すること。

ニ 保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。

六 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(農林水産大臣が定める種類ごとにその一日最大使用数量が農林水産大臣が定める数量以下であるものに限る。以下この号において同じ。)又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物を保管廃棄する場合には、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物以外の物が混入し、又は付着しないように封及び表示をし、当該陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間として農林水産大臣が定める期間を超えて管理区域(外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が第十八条の二第三項に定める線量、濃度又は密度を超えるおそれのある場所をいう。以下同じ。)内において行うこと。

2 前項第二号イ又は第三号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設けることが著しく困難な場合において、診療施設の境界の外における実効線量を一年間につきミリシーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備が有することにつき農林水産大臣の承認を受けた場合においては、同項第二号イ又は第三号イの規定は適用しない。この場合において、排水口若しくは排水監視設備のある場所におい

て排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視し、又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、診療施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下としなければならない。

3 前項の規定により承認を受けた排水設備又は排気設備がその能力を有すると認められなくなったときは、農林水産大臣は当該承認を取り消すことができる。

4 第一項第六号の規定により保管廃棄する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物については、同号の農林水産大臣が定める期間を経過した後は、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物ではないものとする。

(放射線治療収容室)

第六条の十一 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を収容する施設（以下「放射線治療収容室」という。）の構造設備の基準は、次のとおりとする。

- 一 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
- 二 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
- 三 放射線治療収容室である旨を示す標識を付すること。
- 四 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造とすること。
- 五 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
- 六 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。
- 七 前号の洗浄設備は、第六条の十第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。
- 八 通気口を設けること。
- 九 前号の通気口は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。

2 前項第六号から第九号までの規定は、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている飼育動物のみを収容する放射線治療収容室については、適用しない。

(放射線管理責任者)

第七条 診療施設の管理者は、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する場合には、放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線管理責任者を選任し、その者に当該診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を管理させなければならない。

2 放射線管理責任者は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第二項の第一種放射線取扱主任者免状を有する者その他放射性同位元素の取扱いに必要な専門的知識及び能力を有する者をもって充てなければならない。

(放射線障害の予防に関する規程)

第七条の二 診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えた診療施設の管理者は、診療の業務の開始前に、農林水産大臣が定める事項を記載した放射線障害の予防に関する規程を定め、これにより管理を行うものとする。ただし、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具又は放射性同位元素装備診療機器のみを備えた場合にあっては、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第二十一条第一項の規定により作成された放射線障害予防規程をもって、当該放射線障害の予防に関する規程に代えることができる。

(エックス線装置の防護)

第八条 診療施設の管理者は、エックス線装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。

- 一 エックス線管の容器及び照射筒は、利用線すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率（以下「空気カーマ率」という。）になるようにしゃへいすること。
 - イ 定格管電圧が五十キロボルト以下の治療用エックス線装置にあっては、エックス線装置の接触可能表面から五センチメートルの距離において、一・〇ミリグレイ毎時以下
 - ロ 定格管電圧が五十キロボルトを超える治療用エックス線装置にあっては、エックス線管焦点から一メートルの距離において十ミリグレイ毎時以下かつエックス線装置の接触可能表面から五センチメートルの距離において三百ミリグレイ毎時以下
 - ハ 定格管電圧が百二十五キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあっては、エックス線管焦点から一メートルの距離において、〇・二五ミリグレイ毎時以下
 - ニ イからハまでに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあっては、エックス線管焦点から一メートルの距離において、一・〇ミリグレイ毎時以下
 - ホ コンデンサ式エックス線高電圧装置にあっては、充電状態であって、照射時以外のとき、接触可能表面から五センチメートルの距離において、二十マイクログレイ毎時以下
 - 二 エックス線装置には、次に掲げる利用線すいの総ろ過となるような付加ろ過板を付すること。
 - イ 定格管電圧が七十キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあっては、アルミニウム当量一・五ミリメートル以上
 - ロ 治療用エックス線装置及びイに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあっては、アルミニウム当量二・五ミリメートル以上
- 2 診療施設の管理者は、透視用エックス線装置について、前項に規定するもののほか、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一 透視時間を積算することができ、かつ、透視中において一定時間が経過した場合に警告音等を発することができるタイマーを設けること。
 - 二 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。ただし、次に掲げる場合には、受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとする。
 - イ 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、エックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。

- ロ 照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線におけるエックス線照射野の縁との交点及び受像面の縁との交点の間の距離（以下この条において「交点間距離」という。）の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを超えないとき。
- 三 利用線すい中の蛍光板、イメージンスンシファイア等の受像器を通過したエックス線の空気カーマ率が、利用線すい中の蛍光板、イメージンスンシファイア等の受像器の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
- 四 透視時の最大受像面を三・〇センチメートルを超える部分を通過したエックス線の空気カーマ率が、当該部分の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
- 五 利用線すい以外のエックス線を有効にしゃへいするための適切な手段を講じること。
- 3 診療施設の管理者は、撮影用エックス線装置について、第一項に規定するもののほか、次に掲げる措置（CTエックス線装置にあっては、第一号に掲げるものを除く。）を講じなければならない。
 - 一 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。ただし、次に掲げる場合にあっては受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとし、口内法撮影用エックス線装置にあっては照射筒の端におけるエックス線照射野の直径が六・〇センチメートル以下になるようにするものとする。
 - イ 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、エックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。
 - ロ 照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを超えないとき。
 - 二 移動型及び携帯型のエックス線装置並びに手術中に使用するエックス線装置にあっては、エックス線管焦点及び被照射体から二メートル以上離れた位置において操作できる構造とすること。
- 4 診療施設の管理者は、治療用エックス線装置（近接照射治療装置を除く。）について、第一項に規定するもののほか、利用線すいの放射角がその使用の目的を達するために必要な角度を超えないようにするとともに、ろ過板が引き抜かれたときエックス線の発生を遮断するインターロックが作動するろ過板保持装置を設けなければならない。

（診療用高エネルギー放射線発生装置の防護）

第八条の二 診療施設の管理者は、診療用高エネルギー放射線発生装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。

- 一 発生管の容器は、利用線すい以外の放射線量が利用線すいの放射線量の千分の一以下になるようにしゃへいすること。
- 二 照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減するための適切な防護措置を講ずること。
- 三 放射線発生時にその旨を自動的に表示する装置を設けること。
- 四 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の出入口が開放されているときは、放射線の発生を遮断するインターロックを設けること。

（診療用放射線照射装置の防護）

第八条の三 診療施設の管理者は、診療用放射線照射装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。

- 一 放射線源の収納容器は、照射口が閉鎖されているときにおいて、一メートルの距離における空気カーマ率が七十マイクログレイ毎時以下になるようにしゃへいすること。
- 二 放射線障害の防止に必要な場合にあっては、照射口に適当な二次電子ろ過板を設けること。
- 三 照射口は、診療用放射線照射装置使用室の室外から遠隔操作によって開閉できる構造のものとする。ただし、診療用放射線照射装置の操作その他の業務に従事する者を防護するための適当な装置を設けた場合にあっては、この限りでない。

（注意事項の掲示）

第九条 診療施設の管理者は、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設及び放射線治療収容室（以下「放射線取扱施設」という。）の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。

（使用場所等の制限）

第十条 診療施設の管理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならない。ただし、次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。

エックス線装置の使用	エックス線診療室	しゃへい壁その他のしゃへい物の外側における一センチメートル線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時を超えないようにしゃへいされた状態でエックス線装置を使用する場合、エックス線装置を移動させて使用しなければならない場合その他エックス線装置をエックス線診療室において使用することが著しく使用目的を妨げ、若しくは業務の性質上困難である場合又は特別の理由により診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合（適切な防護措置を講じた場合に限る。）
診療用高エネルギー放射線発生装置の使用	診療用高エネルギー放射線発生装置使用室	特別の理由により移動して手術室において使用する場合（適切な防護措置を講じた場合に限る。）

診療用放射線照射装置の使用	診療用放射線照射装置使用室	特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合（適切な防護措置を講じた場合に限る。）
診療用放射線照射器具の使用	診療用放射線照射器具使用室	特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合（適切な防護措置を講じた場合に限る。）、手術室において一時的に使用する場合又は移動させることが困難な飼育動物に対して放射線治療収容室において使用する場合
放射性同位元素装置診療機器の使用	放射性同位元素装置診療機器使用室	第六条の五に定める構造設備の基準に適合する室において使用する場合
診療用放射性同位元素の使用	診療用放射性同位元素使用室	手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な飼育動物に対して放射線治療収容室において使用する場合又は特別の理由により陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合（適切な防護措置を講じた場合に限る。）
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用	陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室	
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の貯蔵	貯蔵施設	
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の運搬	運搬容器	
獣医療用放射性汚染物質の廃棄	廃棄施設	

（診療用放射性同位元素等の廃棄の委託）

第十条の二 診療施設の管理者は、前条の規定にかかわらず、獣医療用放射性汚染物の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する獣医療用放射性汚染物の詰替えをする施設（以下「廃棄物詰替施設」という。）や、獣医療用放射性汚染物を貯蔵する施設（以下「廃棄物貯蔵施設」という。）又は廃棄施設を有する者であつて農林水産大臣が指定するものに委託することができる。

- 2 前項の規定により指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 - 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 - 二 廃棄事業所の所在地
 - 三 廃棄の方法
 - 四 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備
 - 五 廃棄物貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力
 - 六 廃棄施設の位置、構造及び設備
- 3 第一項の指定には、条件を付することができる。
- 4 前項の条件は、放射線障害を防止するため必要最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
- 5 農林水産大臣は、第一項の規定により指定を受けた者が第三項の指定の条件に違反した場合又はその者の有する廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設が第一項の技術上の基準に適合しなくなったときは、その指定を取り消すことができる。

（廃棄物詰替施設等の基準）

第十条の三 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。

- 一 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
- 二 [建築基準法第二条第一号](#)に規定する建築物又は[同条第四号](#)に規定する居室がある場合には、その主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
- 三 次の表の上欄に掲げる実効線量をそれぞれ同表の下欄に掲げる実効線量限度以下とするために必要なしゃへい壁その他のしゃへい物を設けること。

施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある実効線量	一週間につき一ミリシーベルト
廃棄事業所の境界（廃棄事業所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界）及び廃棄事業所内の人が居住する区域における実効線量	三月間につき二百五十マイクロシーベルト

- 四 獣医療用放射性汚染物で密封されていないものの詰替えをする場合には、第六条の十第一項第四号ロ（1）から（4）までに掲げる基準に適合する詰替作業室及び同号ハ（1）から（5）までに掲げる基準に適合する汚染検査室を設けること。
- 五 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
- 六 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
- 2 廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
 - 一 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
 - 二 第六条の八第三号本文に掲げる基準に適合する貯蔵室又は同条第四号本文に掲げる基準に適合する貯蔵箱を設け、それぞれ貯蔵室又は貯蔵箱である旨を示す標識を付すること。
 - 三 前項第三号に掲げる基準に適合するしゃへい壁その他のしゃへい物を設けること。
 - 四 次に掲げる基準に適合する獣医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器を備えること。
 - イ 容器の外における空気を汚染するおそれのある獣医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は、気密な構造とすること。
 - ロ 液体状の獣医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は、液体がこぼれにくい構造とし、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
 - ハ 液体状又は固体状の獣医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器で、き裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他獣医療用放射性汚染物による汚染の広がりを防止するための設備又は器具を設けること。
 - ニ 貯蔵容器である旨を示す標識を付すること。
- 五 貯蔵室又は貯蔵箱の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
- 六 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
- 七 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
- 3 前条第一項の規定により獣医療用放射性汚染物の廃棄の委託を受ける者が有する廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
 - 一 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
 - 二 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
 - 三 第一項第三号に掲げる基準に適合するしゃへい壁その他のしゃへい物を設けること。
 - 四 液体状又は気体状の獣医療用放射性汚染物を廃棄する場合には、第六条の十第一項第二号イからホまでに掲げる基準に適合する排水設備又は同項第三号イからホまでに掲げる基準に適合する排気設備を設けること。
 - 五 獣医療用放射性汚染物を焼却する場合には、第六条の十第一項第三号イからホまでに掲げる基準に適合する排気設備、同項第四号イ（1）から（3）までに掲げる基準に適合する焼却炉、同号ロ（1）から（4）までに掲げる基準に適合する廃棄作業室及び同号ハ（1）から（5）までに掲げる基準に適合する汚染検査室を設けること。
 - 六 獣医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に掲げる基準に適合する固型化処理設備（粉碎装置、圧縮装置、混合装置、詰込装置等獣医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備をいう。）を設けるほか、第六条の十第一項第三号イからホまでに掲げる基準に適合する排気設備、同項第四号ロ（1）から（4）までに掲げる基準に適合する廃棄作業室及び同号ハ（1）から（5）までに掲げる基準に適合する汚染検査室を設けること。
 - イ 獣医療用放射性汚染物が漏れ又はこぼれにくく、かつ、粉じんが飛散しにくい構造とすること。
 - ロ 液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。

七 獣医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合には、次に掲げる基準に適合する保管廃棄設備を設けること。

イ 外部と区画された構造とすること。

ロ 扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。

ハ 耐火性の構造で、かつ、前項第四号イからニまでに掲げる基準に適合する保管廃棄容器を備えること。ただし、放射性同位元素によって汚染された物が大型機械等であってこれを容器に封入することが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。

ニ 保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。

八 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。

九 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。

4 前項第四号から第六号までに掲げる排水設備又は排気設備について、第六条の十第一項第二号イ又は第三号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設けることが著しく困難な場合において、廃棄施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備が有することにつき農林水産大臣の承認を受けた場合においては、同項第二号イ又は第三号イの規定は適用しない。この場合において、排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視し、又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、廃棄施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下としなければならない。

5 前項の規定により承認を受けた排水設備又は排気設備がその能力を有すると認められなくなったときは、農林水産大臣は当該承認を取り消すことができる。

(飼育動物の収容制限)

第十条の四 診療施設の管理者は、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された飼育動物（現に治療を受けているものを除く。）を放射性同位元素使用室内収容室又は陽電子使用室内収容室に収容しなければならない。

2 診療施設の管理者は、診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている飼育動物又は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を放射線治療収容室に収容しなければならない。

3 診療施設の管理者は、前二項の規定にかかわらず、農林水産大臣が定める基準に適合する飼育動物を、放射性同位元素使用室内収容室、陽電子使用室内収容室又は放射線治療収容室から退出させることができる。

4 診療施設の管理者は、前項の規定により飼育動物を退出させる場合には、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を投与された飼育動物にあつては、放射性同位元素の種類、ベクレル単位をもって表した投与量及び投与日時

二 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている飼育動物にあつては、放射性同位元素の種類、ベクレル単位をもって表した適用量及び治療開始の日時

三 飼育動物の退出の日時

四 放射性同位元素による汚染が認められた場合にあつては、その汚染の除去の概要

5 診療施設の管理者は、放射線治療収容室に、第二項の飼育動物以外の飼育動物を収容してはならない。

(管理区域)

第十一条 診療施設の管理者は、診療施設内における管理区域に、管理区域である旨を示す標識を付さなければならない。

2 診療施設の管理者は、必要のある者以外の者が前項の管理区域内に立ち入らないような措置を講じなければならない。

(敷地の境界等における防護)

第十二条 診療施設の管理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当なしゃへい物を設ける等の措置を講ずることにより、診療施設の敷地内の人が居住する区域及び診療施設の敷地の境界における線量を第十八条の二第四項に定める線量限度以下としなければならない。

(放射線診療従事者等の被ばく防止)

第十三条 診療施設の管理者は、放射線診療従事者等（エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素（以下「放射線診療装置等」という。）の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であつて管理区域に立ち入るものをいう。以下同じ。）の受ける実効線量が次に掲げる値を超えないようにしなければならない。

一 平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト

二 四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト

三 女子（妊娠する可能性がないと診断された者、妊娠する意思がない旨を診療施設の管理者に書面で申し出た者及び妊娠中である者を除く。）については、前二号に規定するほか、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間につき五ミリシーベルト

四 妊娠中である女子については、第一号及び第二号に規定するほか、本人の申出等により診療施設の管理者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき、人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること（以下「内部被ばく」という。）について一ミリシーベルト

2 診療施設の管理者は、放射線診療従事者等の受ける等価線量が次に掲げる値を超えないようにしなければならない。

一 眼の水晶体については、四月一日を始期とする一年間につき百五十ミリシーベルト

二 皮膚については、四月一日を始期とする一年間につき五百ミリシーベルト

三 妊娠中である女子の腹部表面については、前項第四号に規定する期間につき二ミリシーベルト

3 診療施設の管理者は、放射線障害を防止するための緊急を要する作業を行うときは、当該作業を行う放射線診療従事者等（女子については、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を診療施設の管理者に書面で申し出た者に限る。）については、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する限度を超えて作業に従事し、又は従事させることができる。ただし、当該作業に従事する間に受ける実効線量は百ミリシーベルトを、眼の水晶体の等価線量は三百ミリシーベルトを、皮膚の等価線量は一シーベルトを、それぞれ超えてはならない。

(線量の測定等)

第十四条 前条の実効線量及び等価線量は、外部放射線に被ばくすること（以下「外部被ばく」という。）による線量及び内部被ばくによる線量について次に定めるところにより測定し、又は計算した結果に基づき、農林水産大臣が定める方法によりその値を求めるものとする。

- 一 外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量（七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれがある場合にあっては、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量並びに中性子線については、一センチメートル線量当量）を放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合は、計算によってこれらの値を求めることができる。
- 二 外部被ばくによる線量は、胸部（女子（妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を診療施設の管理者に書面で申し出た者を除く。この号及び次条第二号において同じ。）にあっては腹部）について測定すること。ただし、体幹部（人体部位のうち、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部をいう。以下同じ。）を頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部に三区別した場合において、被ばくする線量が最大になるおそれのある区分が胸部及び上腕部（女子にあっては腹部及び大たい部）以外であるときは、当該区分についても測定し、また、被ばくする線量が最大になるおそれのある人体部位が体幹部以外の部位であるときは、当該部位についても測定するものとする。
- 三 第一号の規定にかかわらず、前号ただし書の規定により体幹部以外の部位について測定する場合は、七十マイクロメートル線量当量（中性子線については、一センチメートル線量当量）を測定すること。
- 四 外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。
- 五 内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した場合にはその都度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る場合には三月を超えない期間ごとに一回（妊娠中である女子にあっては、本人の申出等により診療施設の管理者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間一月を超えない期間ごとに一回）、農林水産大臣が定めるところにより行うこと。
(放射線診療従事者等に係る線量の記録)

第十五条 診療施設の管理者は、放射線診療従事者等に係る次の各号に掲げる線量を記録し、これを五年間保存しなければならない。

- 一 実効線量について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計。ただし、四月一日を始期とする一年間についての実効線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む第十三条第一項第一号に定める五年間について、四月一日を始期とする一年間ごとに累積した値
- 二 人体の組織別の等価線量について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計（女子の腹部の等価線量にあっては、毎月一日を始期とする各一月間ごとの合計、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計）
(放射線診療従事者等の遵守事項)

第十六条 診療施設の管理者は、放射線診療従事者等に第一号から第三号までに掲げる事項のいずれか及び第四号から第八号までに掲げる事項を遵守させなければならない。

- 一 シャヘイ壁その他のシャヘイ物を用いることにより放射線のシャヘイを行うこと。
 - 二 遠隔操作装置又は鉗子を用いることその他の方法により、放射線診療装置等と人体との間に適当な距離を設けること。
 - 三 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。
 - 四 保定は、保定具又は医薬品により行うこと。ただし、放射線診療装置等（診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置を除く。）を使用する場合にあっては、保定具又は医薬品により保定を行うことが困難であり、かつ、必要な防護措置を講じたときは、この限りでない。
 - 五 エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨を表示すること。
 - 六 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物には適当な表示を付すること。
 - 七 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を収容しているときは、放射線治療収容室の出入口にその旨を表示すること。
 - 八 エックス線装置をエックス線診療室以外の場所において使用するときは、エックス線管の焦点から三メートル以内の場所に必要な者以外の者が立ち入らないような措置を講ずるとともに、人の立ち入らない方向に照射し、又はエックス線をシャヘイする措置を講ずること。
- 2 診療施設の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療収容室において放射線診療従事者等が呼吸する空気に含まれる放射性同位元素の濃度が第十八条の二第二項に定める濃度限度を超えないようにすること。
 - 二 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療収容室内の人が触れるものの放射性同位元素の表面密度が第十八条の二第六項に定める表面密度限度を超えないようにすること。
 - 三 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止すること。
(放射線診療従事者等の教育訓練及び研修)
- 第十六条の二 診療施設の管理者は、放射線診療従事者等（放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第二十二条の規定により教育及び訓練を施された者を除く。）に対し、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後にあっては一年を超えない期間ごとに、次に掲げる事項についての教育及び訓練を施さなければならない。
- 一 放射線の人体に与える影響
 - 二 放射線診療装置等の安全取扱い
 - 三 放射線診療装置等による放射線障害の防止に関する法令
 - 四 放射線障害の予防に関する規程
- 2 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えた診療施設の管理者は、放射線診療従事者等である獣医師（放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十六条の二第一項に規定する定期講習を受けている者を除く。）に対し、初めて診療を行う前及び診療を行った後にあっては三年を超えない期間ごとに、次に掲げる事項についての研修を受けさせなければならない。

- 一 放射線の基本的な安全管理
 - 二 放射性同位元素及び獣医療用放射性汚染物の取扱いの実務
 - 三 診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の安全管理の実務
 - 四 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定の実務
 - 五 その他必要な事項
- 3 診療施設の管理者は、帳簿を備え、第一項に規定する教育及び訓練並びに前項に規定する研修に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
- 一 教育及び訓練の実施年月日又は研修の受講年月日
 - 二 教育及び訓練を施された者又は研修を受けた者の氏名
 - 三 教育及び訓練又は研修の内容
- (獣医療用放射性汚染物の取扱者の遵守事項)

第十六条の三 診療施設の管理者は、獣医療用放射性汚染物を取り扱う者に次に掲げる事項を遵守させなければならない。

- 一 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療収容室においては作業衣等を着用し、また、これらを着用してみだりにこれらの室又は施設の外に出ないこと。
 - 二 放射性同位元素によって汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第十八条の二第六項に定める表面密度限度を超えているものは、みだりに診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療収容室から持ち出さないこと。
 - 三 放射性同位元素によって汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第十八条の二第六項に定める表面密度限度の十分の一を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。
- (エックス線装置等の定期検査等)

第十七条 診療施設の管理者は、エックス線装置については定期的に検査を行い、診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置についてはその放射線量を六月を超えない期間ごとに一回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。

(放射線障害が発生するおそれのある場所の測定)

第十八条 診療施設の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後には一月を超えない期間ごとに一回（第一号に掲げる測定にあっては六月を超えない期間ごとに一回、第二号に掲げる測定にあっては排水し、又は排気する都度（連続して排水し、又は排気する場合は、連続して））放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。

- 一 エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合であって、取扱いの方法及びしゃへい壁その他しゃへい物の位置が一定している場合におけるエックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、管理区域の境界、診療施設内の人が居住する区域及び診療施設の敷地の境界における放射線の量の測定
 - 二 排水設備の排水口、排気設備の排気口、排水監視設備のある場所及び排気監視設備のある場所における放射性同位元素による汚染の状況の測定
- 2 前項の規定による放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
- 一 放射線の量の測定は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うこと。ただし、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うこと。
 - 二 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、これらを測定するために最も適した位置において、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。
 - 三 前二号の測定は、次の表の上欄に掲げる項目に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる場所について行うこと。

項目	場所
放射線の量	イ エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
	ロ 貯蔵施設
	ハ 廃棄施設
	ニ 放射線治療収容室
	ホ 管理区域の境界
	ヘ 診療施設内の人が居住する区域
	ト 診療施設の敷地の境界

放射性同位元素による汚染の状況	イ	診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
	ロ	診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を収容する放射線治療収容室
	ハ	排水設備の排水口
	ニ	排気設備の排気口
	ホ	排水監視設備のある場所
	ヘ	排気監視設備のある場所
	ト	管理区域の境界

(濃度限度等)

第十八条の二 第六条の十第一項第二号イ及び第三号イに規定する濃度限度は、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中の放射性同位元素の三月間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。

- 一 放射性同位元素の種類(別表第二に掲げるものをいう。次号及び第三号において同じ。)が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、別表第二の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、排液中又は排水中の濃度については第三欄、排気中又は空気中の濃度については第四欄に掲げる濃度
 - 二 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中にそれぞれ二種類以上の放射性同位元素がある場合にあっては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性同位元素の濃度
 - 三 放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあっては、別表第二の第三欄又は第四欄に掲げる排液中若しくは排水中の濃度又は排気中若しくは空気中の濃度(それぞれ当該排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの
 - 四 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第二に掲げられていない場合にあっては、別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じて排液中又は排水中の濃度については第三欄、排気中又は空気中の濃度については第四欄に掲げる濃度
- 2 第六条の十第一項第三号ロ及び第十六条第二項第一号に規定する空気中の放射性同位元素の濃度限度は、一週間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。
- 一 放射性同位元素の種類(別表第二に掲げるものをいう。次号及び第三号において同じ。)が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、別表第二の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、第二欄に掲げる濃度
 - 二 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、空気中に二種類以上の放射性同位元素がある場合にあっては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性同位元素の濃度
 - 三 放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあっては、別表第二の第二欄に掲げる濃度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの
 - 四 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第二に掲げられていない場合にあっては、別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じてそれぞれ第二欄に掲げる濃度
- 3 管理区域に係る外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度は、次のとおりとする。
- 一 外部放射線の線量については、実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルト
 - 二 空気中の放射性同位元素の濃度については、三月間についての平均濃度が前項に規定する濃度の十分の一
 - 三 放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については、第六項に規定する密度の十分の一
 - 四 第一号及び第二号の規定にかかわらず、外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中の放射性同位元素を吸入摂取するおそれがあるときは、実効線量の第一号に規定する線量に対する割合と空気中の放射性同位元素の濃度の第二号に規定する濃度に対する割合の和が一となるような実効線量及び空気中の放射性同位元素の濃度
- 4 第十二条の線量限度は、実効線量が三月間につき二百五十マイクロシーベルトとする。
- 5 第一項及び前項の規定については、同時に外部放射線に被ばくするおそれがあり、又は空気中の放射性同位元素を吸入摂取し若しくは水中の放射性同位元素を経口摂取するおそれがあるときは、それぞれの濃度限度又は線量限度に対する割合の和が一となるようなその空気中若しくは水中の濃度又は線量をもって、その濃度限度又は線量限度とする。
- 6 第十六条第二項第二号並びに第十六条の三第二号及び第三号の表面密度限度は、別表第四の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる密度とする。

(記帳)

第十九条 診療施設の管理者は、帳簿を備え、エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後三年間保存しなければならない。

- 2 診療施設の管理者は、帳簿を備え、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手、使用及び廃棄並びに放射性同位元素によって汚染された物の廃棄に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
 - 一 入手、使用又は廃棄の年月日
 - 二 入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の形式及び個数
 - 三 入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
 - 四 入手、使用又は廃棄に係る獣医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位をもって表した数量
 - 五 使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の氏名並びに廃棄の方法及び場所
(廃止後の措置)

第十九条の二 診療施設の管理者は、その診療施設に診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなったときは、三十日以内に次に掲げる措置を講じなければならない。

- 一 放射性同位元素による汚染を除去すること。
- 二 放射性同位元素によって汚染された物を譲渡し、又は廃棄すること。

(事故の場合の措置)

第二十条 診療施設の管理者は、地震、火災その他の災害又は盗難その他の事故により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちにその旨を当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長に報告するとともに放射線障害の防止に努めなければならない。

2 診療施設の管理者は、前項の事故が発生したときは、当該事故に関する記録を五年間保存しなければならない。

第三章 都道府県計画等

(都道府県計画)

第二十一条 [法第十一条第一項](#)の都道府県計画（以下「都道府県計画」という。）は、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき作成するものとする。

2 都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、獣医療に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(畜産業の振興に資するための診療施設の整備)

第二十二条 [法第十四条第三項](#)に規定する畜産業の振興に資するための診療施設の整備とは、整備を図ろうとする診療施設に係る一年間の診療の業務量に占める牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏、うずらその他の畜産業に係る飼育動物の診療の業務量の割合が五十パーセント以上となることが見込まれる場合における診療施設の整備とする。

第二十三条 削除

第四章 広告制限の特例

(広告制限の特例)

第二十四条 [法第十七条第二項](#)前段の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

- 一 [獣医師法](#)（昭和二十四年法律第八十六号）[第六条](#)の獣医師名簿への登録年月日をもって[同法第三条](#)の規定による免許を受けていること及び第一条第一項第四号の開設の年月日をもって診療施設を開設していること。
 - 二 [医薬品医療機器等法第二条第四項](#)に規定する医療機器を所有していること。
 - 三 [家畜改良増殖法](#)（昭和二十五年法律第二百九号）[第三条之三第二項第四号](#)に規定する家畜体内受精卵の採取を行うこと。
 - 四 犬又は猫の生殖を不能にする手術を行うこと。
 - 五 狂犬病その他の動物の疾病の予防注射を行うこと。
 - 六 医薬品であって、動物のために使用されることが目的とされているものによる犬糸状虫症の予防措置を行うこと。
 - 七 飼育動物の健康診断を行うこと。
 - 八 [家畜伝染病予防法](#)（昭和二十六年法律第六十六号）[第五十三条第三項](#)に規定する家畜防疫員であること。
 - 九 [家畜伝染病予防法第六十二条之二第二項](#)に規定する家畜の伝染性疾病の予防のための自主的措置を実施することを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人から当該措置に係る診療を行うことにつき委託を受けていること。
 - 十 獣医療に関する技術の向上及び獣医事に関する学術研究に寄与することを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人の会員であること。
 - 十一 [獣医師法第十六条之二第一項](#)に規定する農林水産大臣の指定する診療施設であること。
 - 十二 [農業保険法](#)（昭和二十二年法律第八十五号）第十一条第一項に規定する組合等（以下「組合等」という。）若しくは同条第二項に規定する都道府県連合会から[同法第二百二十八条第一項](#)（[同法第一百七十二条](#)において準用する場合を含む。）の施設として診療を行うことにつき委託を受けていること又は同法[第十条第一項](#)に規定する組合員等の委託を受けて共済金の支払を受けることができる旨の契約を組合等と締結していること。
- 2 [法第十七条第二項](#)後段の農林水産省令で定める制限は、次のとおりとする。
- 一 前項第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項を広告する場合にあっては、提供される獣医療の内容が他の獣医師又は診療施設と比較して優良である旨を広告してはならないこと。
 - 二 前項第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項を広告する場合にあっては、提供される獣医療の内容に関して誇大な広告を行ってはならないこと。
 - 三 前項第四号から第七号までに掲げる事項を広告する場合にあっては、提供される獣医療に要する費用を併記してはならないこと。

第五章 雑則

第二十五条 削除

第二十六条 削除

(立入検査をする職員の身分証明書の様式)

第二十七条 [法第八条第三項](#)に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。

(弁明の機会の付与等の方法の特例)

第二十八条 [法第六条](#)又は[法第七条第三項](#)の規定による処分に係る[行政手続法](#)（平成五年法律第八十八号）[第三十条](#)又は[第十五条第一項](#)の通知は、弁明を記載した書面の提出期限（口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時）又は聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

附 則

- 1 この省令は、[獣医師法](#)の一部を改正する法律（平成四年法律第四十五号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成四年九月一日）から施行する。
- 2 この省令の施行の際現に改正法による改正前の[獣医師法第二十二条](#)の規定による届出を行っている診療施設については、平成五年二月二十八日までの間、[第二条](#)から[第五条](#)までの規定は、適用しない。

附 則 (平成四年一〇月二二日農林水産省令第五二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第二章の規定は、平成五年五月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の第二章の規定の施行の際現にエックス線装置を備えている診療施設についての改正後の第六条及び第十八条の規定の適用については、改正後の第六条中「その診療施設にエックス線装置を備えたときは、十日以内に」とあるのは「平成五年五月一日から十日以内に」と、改正後の第十八条第一項中「診療を開始する前に一回及び診療を開始した後」とあるのは「平成五年五月一日以後」とする。

附 則 (平成四年一〇月二二日農林水産省令第五二号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十七号)の施行の日(平成四年十一月十九日)から施行する。

附 則 (平成五年七月三〇日農林水産省令第三八号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成五年八月一日から施行する。

附 則 (平成六年九月三〇日農林水産省令第六四号)

この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附 則 (平成一二年二月二五日農林水産省令第一二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行前に生じた事由に係る改正前の獣医療法施行規則(次項において「旧規則」という。)第六条の規定による届出については、なお従前の例による。

2 この省令の施行前にされた旧規則第六条の規定による届出(前項の規定によりなお従前の例によることとされた届出を含む。)は、改正後の獣医療法施行規則第一条第五号及び第七号に規定する事項に係る獣医療法第三条の規定による届出とみなす。

附 則 (平成一三年三月二六日農林水産省令第六五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の獣医療法施行規則第七条、第十一条及び第十二条の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

2 この省令の施行の際現に診療施設に備えられている診療用エックス線装置に対するこの省令による改正後の獣医療法施行規則第八条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

附 則 (平成一四年三月二八日農林水産省令第二三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に診療施設に備えられているエックス線装置に対するこの省令による改正後の獣医療法施行規則第八条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

附 則 (平成二〇年一月七日農林水産省令第二号)

この省令は、平成二十年八月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年一二月二八日農林水産省令第七三号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則 (平成二一年二月二〇日農林水産省令第七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際、改正後の獣医療法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第一項第七号に規定する診療用高エネルギー放射線発生装置を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後一月以内に、同号イからホまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

2 この省令の施行の際、新規則第一条第一項第八号に規定する診療用放射線照射装置を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後一月以内に、同号イからニまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

3 この省令の施行の際、新規則第一条第一項第九号に規定する診療用放射線照射器具を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後一月以内に、同号イからホまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

4 この省令の施行の際、新規則第一条第一項第十号に規定する放射性同位元素装備診療機器を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後一月以内に、同号イからホまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

5 この省令の施行の際、新規則第一条第一項第十一号に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後一月以内に、同号イからホまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

附 則 (平成二三年八月三〇日農林水産省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二六年六月二六日農林水産省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 （平成二六年十一月一八日農林水産省令第五八号） 抄

（施行期日）

第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十六年十一月二十五日）から施行する。

附 則 （平成三〇年三月一三日農林水産省令第一〇号）

（施行期日）

第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

（作物統計調査規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条 第三条の規定による改正後の作物統計調査規則第三条第五項の規定は、平成三十一年産の農作物及び果実に係る共済減収調査から適用し、平成三十年産の農作物及び果実に係る共済減収調査については、なお従前の例による。

別表第一（第一条関係）

放射線を放出する同位元素の数量及び濃度

第一欄		第二欄	第三欄
放射線を放出する同位元素の種類		数量（Bq）	濃度（Bq/g）
核種	化学形等		
3H		1×10 ⁹	1×10 ⁶
7Be		1×10 ⁷	1×10 ³
10Be		1×10 ⁶	1×10 ⁴
11C	一酸化物及び二酸化物以外のもの	1×10 ⁶	1×10 ¹
11C	一酸化物及び二酸化物	1×10 ⁹	1×10 ¹
14C	一酸化物	1×10 ¹¹	1×10 ⁸
14C	二酸化物	1×10 ¹¹	1×10 ⁷
14C	一酸化物及び二酸化物以外のもの	1×10 ⁷	1×10 ⁴
13N		1×10 ⁹	1×10 ²
15O		1×10 ⁹	1×10 ²
18F		1×10 ⁶	1×10 ¹
19Ne		1×10 ⁹	1×10 ²
22Na		1×10 ⁶	1×10 ¹
24Na		1×10 ⁵	1×10 ¹
28Mg	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×10 ⁵	1×10 ¹
26Al		1×10 ⁵	1×10 ¹
31Si		1×10 ⁶	1×10 ³
32Si		1×10 ⁶	1×10 ³
32P		1×10 ⁵	1×10 ³
33P		1×10 ⁸	1×10 ⁵
35S	蒸気	1×10 ⁹	1×10 ⁶
35S	蒸気以外のもの	1×10 ⁸	1×10 ⁵
36Cl		1×10 ⁶	1×10 ⁴
38Cl		1×10 ⁵	1×10 ¹
39Cl		1×10 ⁵	1×10 ¹
37Ar		1×10 ⁸	1×10 ⁶
39Ar		1×10 ⁴	1×10 ⁷
41Ar		1×10 ⁹	1×10 ²
40K		1×10 ⁶	1×10 ²
42K		1×10 ⁶	1×10 ²

43K		1×106	1×101
44K		1×105	1×101
45K		1×105	1×101
41Ca		1×107	1×105
45Ca		1×107	1×104
47Ca		1×106	1×101
43Sc		1×106	1×101
44Sc		1×105	1×101
44mSc		1×107	1×102
46Sc		1×106	1×101
47Sc		1×106	1×102
48Sc		1×105	1×101
49Sc		1×105	1×103
44Ti	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×101
45Ti		1×106	1×101
47V		1×105	1×101
48V		1×105	1×101
49V		1×107	1×104
48Cr		1×106	1×102
49Cr		1×106	1×101
51Cr		1×107	1×103
51Mn		1×105	1×101
52Mn		1×105	1×101
52mMn		1×105	1×101
53Mn		1×109	1×104
54Mn		1×106	1×101
56Mn		1×105	1×101
52Fe		1×106	1×101
55Fe		1×106	1×104
59Fe		1×106	1×101
60Fe	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×102
55Co		1×106	1×101
56Co		1×105	1×101
57Co		1×106	1×102
58Co		1×106	1×101
58mCo		1×107	1×104
60Co		1×105	1×101
60mCo		1×106	1×103
61Co		1×106	1×102
62mCo		1×105	1×101
56Ni		1×106	1×101
57Ni		1×106	1×101
59Ni		1×108	1×104

63Ni		1×10 ⁸	1×10 ⁵
65Ni		1×10 ⁶	1×10 ¹
66Ni		1×10 ⁷	1×10 ⁴
60Cu		1×10 ⁵	1×10 ¹
61Cu		1×10 ⁶	1×10 ¹
64Cu		1×10 ⁶	1×10 ²
67Cu		1×10 ⁶	1×10 ²
62Zn		1×10 ⁶	1×10 ²
63Zn		1×10 ⁵	1×10 ¹
65Zn		1×10 ⁶	1×10 ¹
69Zn		1×10 ⁶	1×10 ⁴
69mZn		1×10 ⁶	1×10 ²
71mZn		1×10 ⁶	1×10 ¹
72Zn		1×10 ⁶	1×10 ²
65Ga		1×10 ⁵	1×10 ¹
66Ga		1×10 ⁵	1×10 ¹
67Ga		1×10 ⁶	1×10 ²
68Ga		1×10 ⁵	1×10 ¹
70Ga		1×10 ⁶	1×10 ³
72Ga		1×10 ⁵	1×10 ¹
73Ga		1×10 ⁶	1×10 ²
66Ge		1×10 ⁶	1×10 ¹
67Ge		1×10 ⁵	1×10 ¹
68Ge	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×10 ⁵	1×10 ¹
69Ge		1×10 ⁶	1×10 ¹
71Ge		1×10 ⁸	1×10 ⁴
75Ge		1×10 ⁶	1×10 ³
77Ge		1×10 ⁵	1×10 ¹
78Ge		1×10 ⁶	1×10 ²
69As		1×10 ⁵	1×10 ¹
70As		1×10 ⁵	1×10 ¹
71As		1×10 ⁶	1×10 ¹
72As		1×10 ⁵	1×10 ¹
73As		1×10 ⁷	1×10 ³
74As		1×10 ⁶	1×10 ¹
76As		1×10 ⁵	1×10 ²
77As		1×10 ⁶	1×10 ³
78As		1×10 ⁵	1×10 ¹
70Se		1×10 ⁶	1×10 ¹
73Se		1×10 ⁶	1×10 ¹
73mSe		1×10 ⁶	1×10 ²
75Se		1×10 ⁶	1×10 ²
79Se		1×10 ⁷	1×10 ⁴

81Se		1×106	1×103
81mSe		1×107	1×103
83Se		1×105	1×101
74Br		1×105	1×101
74mBr		1×105	1×101
75Br		1×106	1×101
76Br		1×105	1×101
77Br		1×106	1×102
80Br		1×105	1×102
80mBr		1×107	1×103
82Br		1×106	1×101
83Br		1×106	1×103
84Br		1×105	1×101
74Kr		1×109	1×102
76Kr		1×109	1×102
77Kr		1×109	1×102
79Kr		1×105	1×103
81Kr		1×107	1×104
81mKr		1×1010	1×103
83mKr		1×1012	1×105
85Kr		1×104	1×105
85mKr		1×1010	1×103
87Kr		1×109	1×102
88Kr		1×109	1×102
79Rb		1×105	1×101
81Rb		1×106	1×101
81mRb		1×107	1×103
82mRb		1×106	1×101
83Rb	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×102
84Rb		1×106	1×101
86Rb		1×105	1×102
87Rb		1×107	1×104
88Rb		1×105	1×101
89Rb		1×105	1×101
80Sr		1×107	1×103
81Sr		1×105	1×101
82Sr	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×101
83Sr		1×106	1×101
85Sr		1×106	1×102
85mSr		1×107	1×102
87mSr		1×106	1×102
89Sr		1×106	1×103
90Sr	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×104	1×102

91Sr		1×105	1×101
92Sr		1×106	1×101
86Y		1×105	1×101
86mY		1×107	1×102
87Y	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×101
88Y		1×106	1×101
90Y		1×105	1×103
90mY		1×106	1×101
91Y		1×106	1×103
91mY		1×106	1×102
92Y		1×105	1×102
93Y		1×105	1×102
94Y		1×105	1×101
95Y		1×105	1×101
86Zr		1×107	1×102
88Zr		1×106	1×102
89Zr		1×106	1×101
93Zr	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×107	1×103
95Zr		1×106	1×101
97Zr	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×101
88Nb		1×105	1×101
89Nb		1×105	1×101
90Nb		1×105	1×101
93mNb		1×107	1×104
94Nb		1×106	1×101
95Nb		1×106	1×101
95mNb		1×107	1×102
96Nb		1×105	1×101
97Nb		1×106	1×101
98Nb		1×105	1×101
90Mo		1×106	1×101
93Mo		1×108	1×103
93mMo		1×106	1×101
99Mo		1×106	1×102
101Mo		1×106	1×101
93Tc		1×106	1×101
93mTc		1×106	1×101
94Tc		1×106	1×101
94mTc		1×105	1×101
95Tc		1×106	1×101
95mTc	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×101
96Tc		1×106	1×101
96mTc		1×107	1×103

97Tc		1×108	1×103
97mTc		1×107	1×103
98Tc		1×106	1×101
99Tc		1×107	1×104
99mTc		1×107	1×102
101Tc		1×106	1×102
104Tc		1×105	1×101
94Ru		1×106	1×102
97Ru		1×107	1×102
103Ru		1×106	1×102
105Ru		1×106	1×101
106Ru	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×102
99Rh		1×106	1×101
99mRh		1×106	1×101
100Rh		1×106	1×101
101Rh		1×107	1×102
101mRh		1×107	1×102
102Rh		1×106	1×101
102mRh		1×106	1×102
103mRh		1×108	1×104
105Rh		1×107	1×102
106mRh		1×105	1×101
107Rh		1×106	1×102
100Pd		1×107	1×102
101Pd		1×106	1×102
103Pd		1×108	1×103
107Pd		1×108	1×105
109Pd		1×106	1×103
102Ag		1×105	1×101
103Ag		1×106	1×101
104Ag		1×106	1×101
104mAg		1×106	1×101
105Ag		1×106	1×102
106Ag		1×106	1×101
106mAg		1×106	1×101
108mAg	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×101
110mAg		1×106	1×101
111Ag		1×106	1×103
112Ag		1×105	1×101
115Ag		1×105	1×101
104Cd		1×107	1×102
107Cd		1×107	1×103
109Cd		1×106	1×104

113Cd		1×10 ⁶	1×10 ³
113mCd		1×10 ⁶	1×10 ³
115Cd		1×10 ⁶	1×10 ²
115mCd		1×10 ⁶	1×10 ³
117Cd		1×10 ⁶	1×10 ¹
117mCd		1×10 ⁶	1×10 ¹
109In		1×10 ⁶	1×10 ¹
110In	物理的半減期が4.90時間のもの	1×10 ⁶	1×10 ¹
110In	物理的半減期が1.15時間のもの	1×10 ⁵	1×10 ¹
111In		1×10 ⁶	1×10 ²
112In		1×10 ⁶	1×10 ²
113mIn		1×10 ⁶	1×10 ²
114In		1×10 ⁵	1×10 ³
114mIn		1×10 ⁶	1×10 ²
115In		1×10 ⁵	1×10 ³
115mIn		1×10 ⁶	1×10 ²
116mIn		1×10 ⁵	1×10 ¹
117In		1×10 ⁶	1×10 ¹
117mIn		1×10 ⁶	1×10 ²
119mIn		1×10 ⁵	1×10 ²
110Sn		1×10 ⁷	1×10 ²
111Sn		1×10 ⁶	1×10 ²
113Sn		1×10 ⁷	1×10 ³
117mSn		1×10 ⁶	1×10 ²
119mSn		1×10 ⁷	1×10 ³
121Sn		1×10 ⁷	1×10 ⁵
121mSn	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×10 ⁷	1×10 ³
123Sn		1×10 ⁶	1×10 ³
123mSn		1×10 ⁶	1×10 ²
125Sn		1×10 ⁵	1×10 ²
126Sn	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×10 ⁵	1×10 ¹
127Sn		1×10 ⁶	1×10 ¹
128Sn		1×10 ⁶	1×10 ¹
115Sb		1×10 ⁶	1×10 ¹
116Sb		1×10 ⁶	1×10 ¹
116mSb		1×10 ⁵	1×10 ¹
117Sb		1×10 ⁷	1×10 ²
118mSb		1×10 ⁶	1×10 ¹
119Sb		1×10 ⁷	1×10 ³
120Sb	物理的半減期が5.76日のもの	1×10 ⁶	1×10 ¹
120Sb	物理的半減期が0.265時間のもの	1×10 ⁶	1×10 ²
122Sb		1×10 ⁴	1×10 ²
124Sb		1×10 ⁶	1×10 ¹

1 2 4 m S b		1 × 1 0 6	1 × 1 0 2
1 2 5 S b		1 × 1 0 6	1 × 1 0 2
1 2 6 S b		1 × 1 0 5	1 × 1 0 1
1 2 6 m S b		1 × 1 0 5	1 × 1 0 1
1 2 7 S b		1 × 1 0 6	1 × 1 0 1
1 2 8 S b		1 × 1 0 5	1 × 1 0 1
1 2 9 S b		1 × 1 0 6	1 × 1 0 1
1 3 0 S b		1 × 1 0 5	1 × 1 0 1
1 3 1 S b		1 × 1 0 6	1 × 1 0 1
1 1 6 T e		1 × 1 0 7	1 × 1 0 2
1 2 1 T e		1 × 1 0 6	1 × 1 0 1
1 2 1 m T e		1 × 1 0 6	1 × 1 0 2
1 2 3 T e		1 × 1 0 6	1 × 1 0 3
1 2 3 m T e		1 × 1 0 7	1 × 1 0 2
1 2 5 m T e		1 × 1 0 7	1 × 1 0 3
1 2 7 T e		1 × 1 0 6	1 × 1 0 3
1 2 7 m T e		1 × 1 0 7	1 × 1 0 3
1 2 9 T e		1 × 1 0 6	1 × 1 0 2
1 2 9 m T e		1 × 1 0 6	1 × 1 0 3
1 3 1 T e		1 × 1 0 5	1 × 1 0 2
1 3 1 m T e		1 × 1 0 6	1 × 1 0 1
1 3 2 T e		1 × 1 0 7	1 × 1 0 2
1 3 3 T e		1 × 1 0 5	1 × 1 0 1
1 3 3 m T e		1 × 1 0 5	1 × 1 0 1
1 3 4 T e		1 × 1 0 6	1 × 1 0 1
1 2 0 I		1 × 1 0 5	1 × 1 0 1
1 2 0 m I		1 × 1 0 5	1 × 1 0 1
1 2 1 I		1 × 1 0 6	1 × 1 0 2
1 2 3 I		1 × 1 0 7	1 × 1 0 2
1 2 4 I		1 × 1 0 6	1 × 1 0 1
1 2 5 I		1 × 1 0 6	1 × 1 0 3
1 2 6 I		1 × 1 0 6	1 × 1 0 2
1 2 8 I		1 × 1 0 5	1 × 1 0 2
1 2 9 I		1 × 1 0 5	1 × 1 0 2
1 3 0 I		1 × 1 0 6	1 × 1 0 1
1 3 1 I		1 × 1 0 6	1 × 1 0 2
1 3 2 I		1 × 1 0 5	1 × 1 0 1
1 3 2 m I		1 × 1 0 6	1 × 1 0 2
1 3 3 I		1 × 1 0 6	1 × 1 0 1
1 3 4 I		1 × 1 0 5	1 × 1 0 1
1 3 5 I		1 × 1 0 6	1 × 1 0 1
1 2 0 X e		1 × 1 0 9	1 × 1 0 2
1 2 1 X e		1 × 1 0 9	1 × 1 0 2

1 2 2 X e	放射平衡中の子孫核種を含む。	1 × 1 0 9	1 × 1 0 2
1 2 3 X e		1 × 1 0 9	1 × 1 0 2
1 2 5 X e		1 × 1 0 9	1 × 1 0 3
1 2 7 X e		1 × 1 0 5	1 × 1 0 3
1 2 9 m X e		1 × 1 0 4	1 × 1 0 3
1 3 1 m X e		1 × 1 0 4	1 × 1 0 4
1 3 3 X e		1 × 1 0 4	1 × 1 0 3
1 3 3 m X e		1 × 1 0 4	1 × 1 0 3
1 3 5 X e		1 × 1 0 1 0	1 × 1 0 3
1 3 5 m X e		1 × 1 0 9	1 × 1 0 2
1 3 8 X e		1 × 1 0 9	1 × 1 0 2
1 2 5 C s		1 × 1 0 4	1 × 1 0 1
1 2 7 C s		1 × 1 0 5	1 × 1 0 2
1 2 9 C s		1 × 1 0 5	1 × 1 0 2
1 3 0 C s		1 × 1 0 6	1 × 1 0 2
1 3 1 C s		1 × 1 0 6	1 × 1 0 3
1 3 2 C s		1 × 1 0 5	1 × 1 0 1
1 3 4 C s		1 × 1 0 4	1 × 1 0 1
1 3 4 m C s		1 × 1 0 5	1 × 1 0 3
1 3 5 C s		1 × 1 0 7	1 × 1 0 4
1 3 5 m C s		1 × 1 0 6	1 × 1 0 1
1 3 6 C s		1 × 1 0 5	1 × 1 0 1
1 3 7 C s	放射平衡中の子孫核種を含む。	1 × 1 0 4	1 × 1 0 1
1 3 8 C s		1 × 1 0 4	1 × 1 0 1
1 2 6 B a		1 × 1 0 7	1 × 1 0 2
1 2 8 B a		1 × 1 0 7	1 × 1 0 2
1 3 1 B a		1 × 1 0 6	1 × 1 0 2
1 3 1 m B a		1 × 1 0 7	1 × 1 0 2
1 3 3 B a		1 × 1 0 6	1 × 1 0 2
1 3 3 m B a		1 × 1 0 6	1 × 1 0 2
1 3 5 m B a		1 × 1 0 6	1 × 1 0 2
1 3 7 m B a		1 × 1 0 6	1 × 1 0 1
1 3 9 B a		1 × 1 0 5	1 × 1 0 2
1 4 0 B a	放射平衡中の子孫核種を含む。	1 × 1 0 5	1 × 1 0 1
1 4 1 B a		1 × 1 0 5	1 × 1 0 1
1 4 2 B a		1 × 1 0 6	1 × 1 0 1
1 3 1 L a		1 × 1 0 6	1 × 1 0 1
1 3 2 L a		1 × 1 0 6	1 × 1 0 1
1 3 5 L a		1 × 1 0 7	1 × 1 0 3
1 3 7 L a		1 × 1 0 7	1 × 1 0 3
1 3 8 L a		1 × 1 0 6	1 × 1 0 1
1 4 0 L a		1 × 1 0 5	1 × 1 0 1
1 4 1 L a		1 × 1 0 5	1 × 1 0 2

142La		1×105	1×101
143La		1×105	1×102
134Ce		1×107	1×103
135Ce		1×106	1×101
137Ce		1×107	1×103
137mCe		1×106	1×103
139Ce		1×106	1×102
141Ce		1×107	1×102
143Ce		1×106	1×102
144Ce	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×102
136Pr		1×105	1×101
137Pr		1×106	1×102
138mPr		1×106	1×101
139Pr		1×107	1×102
142Pr		1×105	1×102
142mPr		1×109	1×107
143Pr		1×106	1×104
144Pr		1×105	1×102
145Pr		1×105	1×103
147Pr		1×105	1×101
136Nd		1×106	1×102
138Nd		1×107	1×103
139Nd		1×106	1×102
139mNd		1×106	1×101
141Nd		1×107	1×102
147Nd		1×106	1×102
149Nd		1×106	1×102
151Nd		1×105	1×101
141Pm		1×105	1×101
143Pm		1×106	1×102
144Pm		1×106	1×101
145Pm		1×107	1×103
146Pm		1×106	1×101
147Pm		1×107	1×104
148Pm		1×105	1×101
148mPm	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×101
149Pm		1×106	1×103
150Pm		1×105	1×101
151Pm		1×106	1×102
141Sm		1×105	1×101
141mSm		1×106	1×101
142Sm		1×107	1×102
145Sm		1×107	1×102

146Sm		1×105	1×101
147Sm	サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えたもの	1×104	1×101
147Sm	サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えていないもの	1×104	1.3×102
151Sm		1×108	1×104
153Sm		1×106	1×102
155Sm		1×106	1×102
156Sm		1×106	1×102
145Eu		1×106	1×101
146Eu		1×106	1×101
147Eu		1×106	1×102
148Eu		1×106	1×101
149Eu		1×107	1×102
150Eu	物理的半減期が34.2年のもの	1×106	1×101
150Eu	物理的半減期が12.6時間のもの	1×106	1×103
152Eu		1×106	1×101
152mEu		1×106	1×102
154Eu		1×106	1×101
155Eu		1×107	1×102
156Eu		1×106	1×101
157Eu		1×106	1×102
158Eu		1×105	1×101
145Gd		1×105	1×101
146Gd	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×101
147Gd		1×106	1×101
148Gd		1×104	1×101
149Gd		1×106	1×102
151Gd		1×107	1×102
152Gd		1×104	1×101
153Gd		1×107	1×102
159Gd		1×106	1×103
147Tb		1×106	1×101
149Tb		1×106	1×101
150Tb		1×106	1×101
151Tb		1×106	1×101
153Tb		1×107	1×102
154Tb		1×106	1×101
155Tb		1×107	1×102
156Tb		1×106	1×101
156mTb	物理的半減期が1.02日のもの	1×107	1×103
156mTb	物理的半減期が5.00時間のもの	1×107	1×104
157Tb		1×107	1×104
158Tb		1×106	1×101
160Tb		1×106	1×101

161Tb		1×106	1×103
155Dy		1×106	1×101
157Dy		1×106	1×102
159Dy		1×107	1×103
165Dy		1×106	1×103
166Dy		1×106	1×103
155Ho		1×106	1×102
157Ho		1×106	1×102
159Ho		1×106	1×102
161Ho		1×107	1×102
162Ho		1×107	1×102
162mHo		1×106	1×101
164Ho		1×106	1×103
164mHo		1×107	1×103
166Ho		1×105	1×103
166mHo		1×106	1×101
167Ho		1×106	1×102
161Er		1×106	1×101
165Er		1×107	1×103
169Er		1×107	1×104
171Er		1×106	1×102
172Er		1×106	1×102
162Tm		1×106	1×101
166Tm		1×106	1×101
167Tm		1×106	1×102
170Tm		1×106	1×103
171Tm		1×108	1×104
172Tm		1×106	1×102
173Tm		1×106	1×102
175Tm		1×106	1×101
162Yb		1×107	1×102
166Yb		1×107	1×102
167Yb		1×106	1×102
169Yb		1×107	1×102
175Yb		1×107	1×103
177Yb		1×106	1×102
178Yb		1×106	1×103
169Lu		1×106	1×101
170Lu		1×106	1×101
171Lu		1×106	1×101
172Lu		1×106	1×101
173Lu		1×107	1×102
174Lu		1×107	1×102

174mLu		1×107	1×102
176Lu		1×106	1×102
176mLu		1×106	1×103
177Lu		1×107	1×103
177mLu		1×106	1×101
178Lu		1×105	1×102
178mLu		1×105	1×101
179Lu		1×106	1×103
170Hf		1×106	1×102
172Hf	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×101
173Hf		1×106	1×102
175Hf		1×106	1×102
177mHf		1×105	1×101
178mHf		1×106	1×101
179mHf		1×106	1×101
180mHf		1×106	1×101
181Hf		1×106	1×101
182Hf		1×106	1×102
182mHf		1×106	1×101
183Hf		1×106	1×101
184Hf		1×106	1×102
172Ta		1×106	1×101
173Ta		1×106	1×101
174Ta		1×106	1×101
175Ta		1×106	1×101
176Ta		1×106	1×101
177Ta		1×107	1×102
178Ta		1×106	1×101
179Ta		1×107	1×103
180Ta		1×106	1×101
180mTa		1×107	1×103
182Ta		1×104	1×101
182mTa		1×106	1×102
183Ta		1×106	1×102
184Ta		1×106	1×101
185Ta		1×105	1×102
186Ta		1×105	1×101
176W		1×106	1×102
177W		1×106	1×101
178W	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×101
179W		1×107	1×102
181W		1×107	1×103
185W		1×107	1×104

187W		1×106	1×102
188W	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×102
177Re		1×106	1×101
178Re		1×106	1×101
181Re		1×106	1×101
182Re		1×106	1×101
184Re		1×106	1×101
184mRe		1×106	1×102
186Re		1×106	1×103
186mRe		1×107	1×103
187Re		1×109	1×106
188Re		1×105	1×102
188mRe		1×107	1×102
189Re	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×102
180Os		1×107	1×102
181Os		1×106	1×101
182Os		1×106	1×102
185Os		1×106	1×101
189mOs		1×107	1×104
191Os		1×107	1×102
191mOs		1×107	1×103
193Os		1×106	1×102
194Os	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×102
182Ir		1×105	1×101
184Ir		1×106	1×101
185Ir		1×106	1×101
186Ir		1×106	1×101
187Ir		1×106	1×102
188Ir		1×106	1×101
189Ir	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×107	1×102
190Ir		1×106	1×101
190mIr	物理的半減期が3.10時間のもの	1×106	1×101
190mIr	物理的半減期が1.20時間のもの	1×107	1×104
192Ir		1×104	1×101
192mIr		1×107	1×102
193mIr		1×107	1×104
194Ir		1×105	1×102
194mIr		1×106	1×101
195Ir		1×106	1×102
195mIr		1×106	1×102
186Pt		1×106	1×101
188Pt	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×101
189Pt		1×106	1×102

191Pt		1×106	1×102
193Pt		1×107	1×104
193mPt		1×107	1×103
195mPt		1×106	1×102
197Pt		1×106	1×103
197mPt		1×106	1×102
199Pt		1×106	1×102
200Pt		1×106	1×102
193Au		1×107	1×102
194Au		1×106	1×101
195Au		1×107	1×102
198Au		1×106	1×102
198mAu		1×106	1×101
199Au		1×106	1×102
200Au		1×105	1×102
200mAu		1×106	1×101
201Au		1×106	1×102
193Hg		1×106	1×102
193mHg		1×106	1×101
194Hg	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×101
195Hg		1×106	1×102
195mHg	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×106	1×102
197Hg		1×107	1×102
197mHg		1×106	1×102
199mHg		1×106	1×102
203Hg		1×105	1×102
194Tl		1×106	1×101
194mTl		1×106	1×101
195Tl		1×106	1×101
197Tl		1×106	1×102
198Tl		1×106	1×101
198mTl		1×106	1×101
199Tl		1×106	1×102
200Tl		1×106	1×101
201Tl		1×106	1×102
202Tl		1×106	1×102
204Tl		1×104	1×104
195mPb		1×106	1×101
198Pb		1×106	1×102
199Pb		1×106	1×101
200Pb		1×106	1×102
201Pb		1×106	1×101
202Pb		1×106	1×103

202mPb		1×106	1×101
203Pb		1×106	1×102
205Pb		1×107	1×104
209Pb		1×106	1×105
210Pb	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×104	1×101
211Pb		1×106	1×102
212Pb	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×101
214Pb		1×106	1×102
200Bi		1×106	1×101
201Bi		1×106	1×101
202Bi		1×106	1×101
203Bi		1×106	1×101
205Bi		1×106	1×101
206Bi		1×105	1×101
207Bi		1×106	1×101
210Bi		1×106	1×103
210mBi	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×101
212Bi	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×101
213Bi		1×106	1×102
214Bi		1×105	1×101
203Po		1×106	1×101
205Po		1×106	1×101
206Po		1×106	1×101
207Po		1×106	1×101
208Po		1×104	1×101
209Po		1×104	1×101
210Po		1×104	1×101
207At		1×106	1×101
211At		1×107	1×103
220Rn	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×107	1×104
222Rn	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×108	1×101
222Fr		1×105	1×103
223Fr		1×106	1×102
223Ra	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×102
224Ra	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×101
225Ra		1×105	1×102
226Ra	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×104	1×101
227Ra		1×106	1×102
228Ra	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×105	1×101
224Ac		1×106	1×102
225Ac	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×104	1×101
226Ac		1×105	1×102
227Ac	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×103	1×10—1

228Ac		1×106	1×101
227Pa		1×106	1×103
228Pa		1×106	1×101
230Pa		1×106	1×101
231Pa		1×103	1×100
232Pa		1×106	1×101
233Pa		1×107	1×102
234Pa		1×106	1×101
232Np		1×106	1×101
233Np		1×107	1×102
234Np		1×106	1×101
235Np		1×107	1×103
236Np	物理的半減期が1.15×105年のもの	1×105	1×102
236Np	物理的半減期が2.5時間のもの	1×107	1×103
237Np	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×103	1×100
238Np		1×106	1×102
239Np		1×107	1×102
240Np		1×106	1×101
237Am		1×106	1×102
238Am		1×106	1×101
239Am		1×106	1×102
240Am		1×106	1×101
241Am		1×104	1×100
242Am		1×106	1×103
242mAm	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×104	1×100
243Am	放射平衡中の子孫核種を含む。	1×103	1×100
244Am		1×106	1×101
244mAm		1×107	1×104
245Am		1×106	1×103
246Am		1×105	1×101
246mAm		1×106	1×101
238Cm		1×107	1×102
240Cm		1×105	1×102
241Cm		1×106	1×102
242Cm		1×105	1×102
243Cm		1×104	1×100
244Cm		1×104	1×101
245Cm		1×103	1×100
246Cm		1×103	1×100
247Cm		1×104	1×100
248Cm		1×103	1×100
249Cm		1×106	1×103
250Cm		1×103	1×10—1

245Bk		1×106	1×102
246Bk		1×106	1×101
247Bk		1×104	1×100
249Bk		1×106	1×103
250Bk		1×106	1×101
244Cf		1×107	1×104
246Cf		1×106	1×103
248Cf		1×104	1×101
249Cf		1×103	1×100
250Cf		1×104	1×101
251Cf		1×103	1×100
252Cf		1×104	1×101
253Cf		1×105	1×102
254Cf		1×103	1×100
250Es		1×106	1×102
251Es		1×107	1×102
253Es		1×105	1×102
254Es		1×104	1×101
254mEs		1×106	1×102
252Fm		1×106	1×103
253Fm		1×106	1×102
254Fm		1×107	1×104
255Fm		1×106	1×103
257Fm		1×105	1×101
257Md		1×107	1×102
258Md		1×105	1×102
その他の同位元素	アルファ線を放出するもの	1×103	1×10—1
	アルファ線を放出しないもの	1×104	1×10—1

備考 第二欄及び第三欄に掲げる数量及び濃度について、放射平衡に含める親核種と子孫核種は次表による。

親核種	子孫核種
28Mg	28Al
44Ti	44Sc
60Fe	60mCo
68Ge	68Ga
83Rb	83mKr
82Sr	82Rb
90Sr	90Y
87Y	87mSr
93Zr	93mNb
97Zr	97Nb
95mTc	95Tc (0.04)
106Ru	106Rh

108mA g	108Ag (0.089)
121mS n	121Sn (0.776)
126Sn	126mSb
122Xe	122I
137Cs	137mBa
140Ba	140La
144Ce	144Pr
148mP m	148Pm (0.046)
146Gd	146Eu
172Hf	172Lu
178W	178Ta
188W	188Re
189Re	189mOs (0.241)
194Os	194Ir
189Ir	189mOs
188Pt	188Ir
194Hg	194Au
195mH g	195Hg (0.542)
210Pb	210Bi、210Po
212Pb	212Bi、208Tl (0.36)、212Po (0.64)
210mB i	206Tl
212Bi	208Tl (0.36)、212Po (0.64)
220Rn	216Po
222Rn	218Po、214Pb、214Bi、214Po
223Ra	219Rn、215Po、211Pb、211Bi、207Tl
224Ra	220Rn、216Po、212Pb、212Bi、208Tl (0.36)、212Po (0.64)
226Ra	222Rn、218Po、214Pb、214Bi、214Po、210Pb、210Bi、210Po
228Ra	228Ac
225Ac	221Fr、217At、213Bi、213Po (0.978)、209Tl (0.0216)、209Pb (0.978)
227Ac	223Fr (0.0138)
237Np	233Pa
242mA m	242Am
243Am	239Np

別表第二（第十八条の二関係）

放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、一種類である場合の空気中の濃度限度等

第一欄 放射性同位元素の種類	第二欄 空気 中濃	第三欄 排液 中又	第四欄 排 気中 又は
-------------------	-----------------	-----------------	----------------------

核種	化学形等	度限度 (B q/ cm 3)	は排 水中 の濃 度限 度 (B q/ cm 3)	空気 中の 濃度 限度 (B q/ cm 3)
3 H	元素状水素	1 × 10 4		7 × 10 1
3 H	メタン	1 × 10 2		7 × 10 —1
3 H	水	8 × 10 —1	6 × 10 1	5 × 10 —3
3 H	有機物 (メタンを除く)	5 × 10 —1	2 × 10 1	3 × 10 —3
3 H	上記を除く化合物	7 × 10 —1	4 × 10 1	3 × 10 —3
7 B e	酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	5 × 10 —1	3 × 10 1	2 × 10 —3
7 B e	酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	5 × 10 —1	3 × 10 1	2 × 10 —3
10 B e	酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	3 × 10 —3	7 × 10 —1	1 × 10 —5
10 B e	酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1 × 10 —3	7 × 10 —1	4 × 10 —6
10 C	[サブマージョン]	9 × 10 —2		4 × 10 —4
11 C	[サブマージョン]	2 × 10 —1		7 × 10 —4
11 C	蒸気	7 × 10 0		4 × 10 —2
11 C	標識有機化合物 [経口摂取]		4 × 10 1	
11 C	一酸化物	2 × 10 1		1 × 10 —1
11 C	二酸化物	9 × 10 0		5 × 10 —2

11C	メタン	8× 10 2		4× 10 0	
14C	蒸気	4× 10 -2		2× 10 -4	
14C	標識有機化合物〔経口摂取〕		2× 10 0		
14C	一酸化物	3× 10 1		1× 10 -1	
14C	二酸化物	3× 10 0		2× 10 -2	
14C	メタン	7× 10 0		5× 10 -2	
13N	〔サブマージョン〕	2× 10 -1		7× 10 -4	
16N	〔サブマージョン〕	3× 10 -2		1× 10 -4	
14O	〔サブマージョン〕	4× 10 -2		2× 10 -4	
15O	〔サブマージョン〕	2× 10 -1		7× 10 -4	
19O	〔サブマージョン〕	2× 10 -1		7× 10 -4	
18F	H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのフッ化物、Seの無機化合物のフッ化物、Hgの有機化合物のフッ化物及び大部分の六価のウラン化合物（六フッ化ウラン、フッ化ウラニル等）のフッ化物	4× 10 -1	2× 10 1	4× 10 -3	
18F	Mg、Al、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Cu、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Hf、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのフッ化物、Hgの無機化合物のフッ化物及び難溶性のウラン化合物（四フッ化ウラン等）のフッ化物	2× 10 -1	2× 10 1	2× 10 -3	
18F	Be、Sc、Co、Zn、Ce、Pr、Nd、Pm、Yb、Lu、Taのフッ化物及び不溶性のウラン化合物のフッ化物	2× 10 -1	2× 10 1	2× 10 -3	
22Na	すべての化合物	1× 10 -2	3× 10 -1	9× 10 -5	
24Na	すべての化合物	4× 10 -2	2× 10 0	4× 10 -4	
27Mg	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 0	4× 10 1	2× 10 -2	

28Mg	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1× 10 0	4× 10 1	1× 10 -2
28Mg	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -2	4× 10 -1	2× 10 -4
28Mg	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1× 10 -2	4× 10 -1	1× 10 -4
26Al	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物	1× 10 -3	2× 10 -1	1× 10 -5
26Al	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム	2× 10 -3	2× 10 -1	6× 10 -6
28Al	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物	4× 10 0	8× 10 1	4× 10 -2
28Al	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム	3× 10 0	8× 10 1	3× 10 -2
29Al	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物	2× 10 0	4× 10 1	2× 10 -2
29Al	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム	1× 10 0	4× 10 1	1× 10 -2
31Si	酸化物、水酸化物、炭化物、硝酸塩及びアルミノケイ酸ガラスのエーロゾル以外の化合物	4× 10 -1	5× 10 0	4× 10 -3
31Si	酸化物、水酸化物、炭化物及び硝酸塩	2× 10 -1	5× 10 0	2× 10 -3
31Si	アルミノケイ酸ガラスのエーロゾル	2× 10 -1	5× 10 0	1× 10 -3
32Si	酸化物、水酸化物、炭化物、硝酸塩及びアルミノケイ酸ガラスのエーロゾル以外の化合物	6× 10 -3	1× 10 0	4× 10 -5
32Si	酸化物、水酸化物、炭化物及び硝酸塩	2× 10 -3	1× 10 0	7× 10 -6
32Si	アルミノケイ酸ガラスのエーロゾル	4× 10 -4	1× 10 0	1× 10 -6
30P	Snのリン酸塩以外の化合物	4× 10 0	7× 10 1	4× 10 -2
30P	Snのリン酸塩	3× 10 0	7× 10 1	3× 10 -2
32P	Snのリン酸塩以外の化合物	2× 10 -2	3× 10 -1	1× 10 -4

32P	Snのリン酸塩	7× 10 -3	3× 10 -1	4× 10 -5	
33P	Snのリン酸塩以外の化合物	1× 10 -1	3× 10 0	1× 10 -3	
33P	Snのリン酸塩	2× 10 -2	3× 10 0	8× 10 -5	
35S	蒸気（二酸化硫黄を含む）	2× 10 -1		1× 10 -3	
35S	二硫化炭素	3× 10 -2		2× 10 -4	
35S	元素状硫黄〔経口摂取〕		6× 10 0		
35S	元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕		6× 10 0		
35S	食品中の硫黄〔経口摂取〕		1× 10 0		
35S	H、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩	3× 10 -1		2× 10 -3	
35S	元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩	2× 10 -2		9× 10 -5	
37S	蒸気（二酸化硫黄を含む）	2× 10 0		1× 10 -2	
37S	二硫化炭素	2× 10 0		9× 10 -3	
37S	元素状硫黄〔経口摂取〕		5× 10 1		
37S	元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕		5× 10 1		
37S	食品中の硫黄〔経口摂取〕		5× 10 1		

37S	H、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩	2× 10 0		2× 10 -2	
37S	元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩	1× 10 0		2× 10 -2	
38S	蒸気（二酸化硫黄を含む）	1× 10 -1		6× 10 -4	
38S	二硫化炭素	1× 10 -1		7× 10 -4	
38S	元素状硫黄〔経口摂取〕		3× 10 0		
38S	元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕		3× 10 0		
38S	食品中の硫黄〔経口摂取〕		3× 10 0		
38S	H、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩	9× 10 -2		8× 10 -4	
38S	元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩	6× 10 -2		4× 10 -4	
34Cl	H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物	3× 10 2	4× 10 3	3× 10 0	
34Cl	Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性（四塩化ウラン等）、不溶性のウラン化合物の塩化物	3× 10 2	4× 10 3	3× 10 0	
34mCl	〔サブマージョン〕	7× 10 -2		3× 10 -4	
34mCl	H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物	4× 10 -1	8× 10 0	4× 10 -3	

34mCl	Be, Mg, Al, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Y, Zr, Nb, Tc, Ru, Rh, Pd, Cd, In, Sn, Sb, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Au, Bi, Ra, Ac, Th, Pa, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性（四塩化ウラン等）、不溶性のウラン化合物の塩化物	3× 10 -1	8× 10 0	3× 10 -3
36Cl	H, Li, Na, Si, P, K, Ni, Rb, Sr, Mo, Ag, Te, I, Cs, Ba, La, Gd, W, Pt, Tl, Pb, Po, Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物	4× 10 -2	9× 10 -1	3× 10 -4
36Cl	Be, Mg, Al, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Y, Zr, Nb, Tc, Ru, Rh, Pd, Cd, In, Sn, Sb, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Au, Bi, Ra, Ac, Th, Pa, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性（四塩化ウラン等）、不溶性のウラン化合物の塩化物	4× 10 -3	9× 10 -1	2× 10 -5
38Cl	H, Li, Na, Si, P, K, Ni, Rb, Sr, Mo, Ag, Te, I, Cs, Ba, La, Gd, W, Pt, Tl, Pb, Po, Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物	5× 10 -1	7× 10 0	5× 10 -3
38Cl	Be, Mg, Al, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Y, Zr, Nb, Tc, Ru, Rh, Pd, Cd, In, Sn, Sb, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Au, Bi, Ra, Ac, Th, Pa, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性（四塩化ウラン等）、不溶性のウラン化合物の塩化物	3× 10 -1	7× 10 0	3× 10 -3
39Cl	H, Li, Na, Si, P, K, Ni, Rb, Sr, Mo, Ag, Te, I, Cs, Ba, La, Gd, W, Pt, Tl, Pb, Po, Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物	4× 10 -1	1× 10 1	5× 10 -3
39Cl	Be, Mg, Al, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Y, Zr, Nb, Tc, Ru, Rh, Pd, Cd, In, Sn, Sb, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Au, Bi, Ra, Ac, Th, Pa, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性（四塩化ウラン等）、不溶性のウラン化合物の塩化物	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3
40Cl	H, Li, Na, Si, P, K, Ni, Rb, Sr, Mo, Ag, Te, I, Cs, Ba, La, Gd, W, Pt, Tl, Pb, Po, Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物	5× 10 0	1× 10 2	5× 10 -2
40Cl	Be, Mg, Al, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Y, Zr, Nb, Tc, Ru, Rh, Pd, Cd, In, Sn, Sb, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Au, Bi, Ra, Ac, Th, Pa, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性（四塩化ウラン等）、不溶性のウラン化合物の塩化物	4× 10 0	1× 10 2	4× 10 -2
37Ar	[サブマージョン]	1× 10 5		7× 10 2
39Ar	[サブマージョン]	5× 10 1		2× 10 -1
41Ar	[サブマージョン]	1× 10 -1		5× 10 -4
42Ar	[サブマージョン]	5× 10 1		2× 10 -1
44Ar	[サブマージョン]	7× 10 -2		3× 10 -4
38K	すべての化合物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2

40K	すべての化合物	7× 10 -3	1× 10 -1	5× 10 -5	
42K	すべての化合物	1× 10 -1	2× 10 0	9× 10 -4	
43K	すべての化合物	8× 10 -2	3× 10 0	8× 10 -4	
44K	すべての化合物	6× 10 -1	1× 10 1	6× 10 -3	
45K	すべての化合物	7× 10 -1	2× 10 1	8× 10 -3	
41Ca	すべての化合物	1× 10 -1	4× 10 0	1× 10 -3	
45Ca	すべての化合物	9× 10 -3	1× 10 0	5× 10 -5	
47Ca	すべての化合物	1× 10 -2	5× 10 -1	7× 10 -5	
49Ca	すべての化合物	7× 10 -1	2× 10 1	7× 10 -3	
43Sc	すべての化合物	1× 10 -1	4× 10 0	1× 10 -3	
44Sc	すべての化合物	7× 10 -2	2× 10 0	6× 10 -4	
44mSc	すべての化合物	1× 10 -2	3× 10 -1	8× 10 -5	
46Sc	すべての化合物	4× 10 -3	6× 10 -1	2× 10 -5	
47Sc	すべての化合物	3× 10 -2	1× 10 0	2× 10 -4	
48Sc	すべての化合物	1× 10 -2	5× 10 -1	1× 10 -4	
49Sc	すべての化合物	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3	
44Ti	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物	3× 10 -4	1× 10 -1	2× 10 -6	
44Ti	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	8× 10 -4	1× 10 -1	3× 10 -6	

4 4 T i	チタン酸ストロンチウム	3 × 1 0 — 4	1 × 1 0 — 1	1 × 1 0 — 6	
4 5 T i	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物	3 × 1 0 — 1	6 × 1 0 0	3 × 1 0 — 3	
4 5 T i	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1 × 1 0 — 1	6 × 1 0 0	1 × 1 0 — 3	
4 5 T i	チタン酸ストロンチウム	1 × 1 0 — 1	6 × 1 0 0	1 × 1 0 — 3	
5 1 T i	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物	2 × 1 0 0	5 × 1 0 1	2 × 1 0 — 2	
5 1 T i	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2 × 1 0 0	5 × 1 0 1	2 × 1 0 — 2	
5 1 T i	チタン酸ストロンチウム	2 × 1 0 0	5 × 1 0 1	2 × 1 0 — 2	
4 7 V	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物	7 × 1 0 — 1	1 × 1 0 1	7 × 1 0 — 3	
4 7 V	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物	4 × 1 0 — 1	1 × 1 0 1	4 × 1 0 — 3	
4 8 V	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物	1 × 1 0 — 2	4 × 1 0 — 1	1 × 1 0 — 4	
4 8 V	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物	8 × 1 0 — 3	4 × 1 0 — 1	5 × 1 0 — 5	
4 9 V	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物	8 × 1 0 — 1	4 × 1 0 1	5 × 1 0 — 3	
4 9 V	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物	9 × 1 0 — 1	4 × 1 0 1	3 × 1 0 — 3	
5 0 V	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物	2 × 1 0 — 4	2 × 1 0 — 1	2 × 1 0 — 6	
5 0 V	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物	8 × 1 0 — 4	2 × 1 0 — 1	4 × 1 0 — 6	
5 2 V	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物	3 × 1 0 0	6 × 1 0 1	3 × 1 0 — 2	
5 2 V	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物	2 × 1 0 0	6 × 1 0 1	2 × 1 0 — 2	
5 3 V	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物	6 × 1 0 0	1 × 1 0 2	6 × 1 0 — 2	

53V	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物	5× 10 0	1× 10 2	5× 10 -2	
48Cr	六価の化合物〔経口摂取〕		4× 10 0		
48Cr	三価の化合物〔経口摂取〕		4× 10 0		
48Cr	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 -1		1× 10 -3	
48Cr	ハロゲン化物及び硝酸塩	9× 10 -2		6× 10 -4	
48Cr	酸化物及び水酸化物	8× 10 -2		6× 10 -4	
49Cr	六価の化合物〔経口摂取〕		1× 10 1		
49Cr	三価の化合物〔経口摂取〕		1× 10 1		
49Cr	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	6× 10 -1		6× 10 -3	
49Cr	ハロゲン化物及び硝酸塩	4× 10 -1		4× 10 -3	
49Cr	酸化物及び水酸化物	4× 10 -1		3× 10 -3	
51Cr	六価の化合物〔経口摂取〕		2× 10 1		
51Cr	三価の化合物〔経口摂取〕		2× 10 1		
51Cr	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	7× 10 -1		6× 10 -3	
51Cr	ハロゲン化物及び硝酸塩	6× 10 -1		4× 10 -3	
51Cr	酸化物及び水酸化物	6× 10 -1		3× 10 -3	
55Cr	六価の化合物〔経口摂取〕		7× 10 1		
55Cr	三価の化合物〔経口摂取〕		7× 10 1		

55Cr	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	4× 10 0		4× 10 -2	
55Cr	ハロゲン化物及び硝酸塩	3× 10 0		3× 10 -2	
55Cr	酸化物及び水酸化物	3× 10 0		3× 10 -2	
51Mn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	5× 10 -1	9× 10 0	5× 10 -3	
51Mn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	3× 10 -1	9× 10 0	3× 10 -3	
52Mn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 -2	5× 10 -1	1× 10 -4	
52Mn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1× 10 -2	5× 10 -1	9× 10 -5	
52mMn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	6× 10 -1	1× 10 1	6× 10 -3	
52mMn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3	
53Mn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	6× 10 -1	3× 10 1	4× 10 -3	
53Mn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	6× 10 -1	3× 10 1	2× 10 -3	
54Mn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -2	1× 10 0	1× 10 -4	
54Mn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -2	1× 10 0	8× 10 -5	
56Mn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -1	3× 10 0	2× 10 -3	
56Mn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1× 10 -1	3× 10 0	1× 10 -3	
57Mn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	8× 10 0	2× 10 2	8× 10 -2	
57Mn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	7× 10 0	2× 10 2	7× 10 -2	
52Fe	酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物	3× 10 -2	6× 10 -1	3× 10 -4	

52Fe	酸化物、水酸化物及びハロゲン化物	2× 10 -2	6× 10 -1	2× 10 -4	
53Fe	酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2	
53Fe	酸化物、水酸化物及びハロゲン化物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2	
55Fe	酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物	2× 10 -2	2× 10 0	2× 10 -4	
55Fe	酸化物、水酸化物及びハロゲン化物	6× 10 -2	2× 10 0	3× 10 -4	
59Fe	酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物	7× 10 -3	4× 10 -1	5× 10 -5	
59Fe	酸化物、水酸化物及びハロゲン化物	7× 10 -3	4× 10 -1	3× 10 -5	
60Fe	酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物	6× 10 -5	8× 10 -3	5× 10 -7	
60Fe	酸化物、水酸化物及びハロゲン化物	2× 10 -4	8× 10 -3	1× 10 -6	
55Co	酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕		9× 10 -1		
55Co	酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕		9× 10 -1		
55Co	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	3× 10 -2		2× 10 -4	
55Co	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	3× 10 -2		2× 10 -4	
56Co	酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕		3× 10 -1		
56Co	酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕		3× 10 -1		
56Co	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	5× 10 -3		3× 10 -5	
56Co	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	4× 10 -3		2× 10 -5	
57Co	酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕		4× 10 0		

57C○	酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕		4 × 10 0		
57C○	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	5 × 10 -2		2 × 10 -4	
57C○	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	3 × 10 -2		1 × 10 -4	
58C○	酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕		1 × 10 0		
58C○	酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕		1 × 10 0		
58C○	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1 × 10 -2		8 × 10 -5	
58C○	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1 × 10 -2		6 × 10 -5	
58mC○	酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕		4 × 10 1		
58mC○	酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕		4 × 10 1		
58mC○	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1 × 10 0		9 × 10 -3	
58mC○	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1 × 10 0		7 × 10 -3	
60C○	酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕		2 × 10 -1		
60C○	酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕		2 × 10 -1		
60C○	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	3 × 10 -3		1 × 10 -5	
60C○	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1 × 10 -3		4 × 10 -6	
60mC○	酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕		5 × 10 2		
60mC○	酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕		5 × 10 2		
60mC○	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	2 × 10 1		1 × 10 -1	

60mC o	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2 × 10 1		9 × 10 -2	
61C o	酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕		1 × 10 1		
61C o	酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕		1 × 10 1		
61C o	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	3 × 10 -1		3 × 10 -3	
61C o	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	3 × 10 -1		2 × 10 -3	
62C o	酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕		9 × 10 1		
62C o	酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕		9 × 10 1		
62C o	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	5 × 10 0		5 × 10 -2	
62C o	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	5 × 10 0		5 × 10 -2	
62mC o	酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕		2 × 10 1		
62mC o	酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕		2 × 10 1		
62mC o	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	6 × 10 -1		6 × 10 -3	
62mC o	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	6 × 10 -1		6 × 10 -3	
56Ni	ニッケルカルボニル	2 × 10 -2		1 × 10 -4	
56Ni	酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物	3 × 10 -2	1 × 10 0	2 × 10 -4	
56Ni	酸化物、水酸化物及び炭化物	2 × 10 -2	1 × 10 0	1 × 10 -4	
57Ni	ニッケルカルボニル	4 × 10 -2		2 × 10 -4	
57Ni	酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物	4 × 10 -2	1 × 10 0	5 × 10 -4	

57Ni	酸化物、水酸化物及び炭化物	3× 10 -2	1× 10 0	2× 10 -4
59Ni	ニッケルカルボニル	3× 10 -2		1× 10 -4
59Ni	酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物	9× 10 -2	1× 10 1	7× 10 -4
59Ni	酸化物、水酸化物及び炭化物	2× 10 -1	1× 10 1	9× 10 -4
63Ni	ニッケルカルボニル	1× 10 -2		6× 10 -5
63Ni	酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物	4× 10 -2	6× 10 0	3× 10 -4
63Ni	酸化物、水酸化物及び炭化物	7× 10 -2	6× 10 0	3× 10 -4
65Ni	ニッケルカルボニル	6× 10 -2		3× 10 -4
65Ni	酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物	3× 10 -1	5× 10 0	3× 10 -3
65Ni	酸化物、水酸化物及び炭化物	2× 10 -1	5× 10 0	1× 10 -3
66Ni	ニッケルカルボニル	1× 10 -2		8× 10 -5
66Ni	酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物	3× 10 -2	3× 10 -1	3× 10 -4
66Ni	酸化物、水酸化物及び炭化物	1× 10 -2	3× 10 -1	7× 10 -5
57Cu	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物	2× 10 3	2× 10 4	1× 10 1
57Cu	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 3	2× 10 4	1× 10 1
57Cu	酸化物及び水酸化物	2× 10 3	2× 10 4	1× 10 1
60Cu	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物	5× 10 -1	1× 10 1	5× 10 -3
60Cu	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	3× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3

60Cu	酸化物及び水酸化物	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3
61Cu	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物	3× 10 -1	7× 10 0	3× 10 -3
61Cu	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3
61Cu	酸化物及び水酸化物	2× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3
62Cu	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物	1× 10 0	2× 10 1	1× 10 -2
62Cu	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	9× 10 -1	2× 10 1	9× 10 -3
62Cu	酸化物及び水酸化物	9× 10 -1	2× 10 1	9× 10 -3
64Cu	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物	3× 10 -1	7× 10 0	3× 10 -3
64Cu	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1× 10 -1	7× 10 0	1× 10 -3
64Cu	酸化物及び水酸化物	1× 10 -1	7× 10 0	1× 10 -3
66Cu	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物	3× 10 0	5× 10 1	3× 10 -2
66Cu	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 0	5× 10 1	2× 10 -2
66Cu	酸化物及び水酸化物	2× 10 0	5× 10 1	2× 10 -2
67Cu	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物	1× 10 -1	2× 10 0	1× 10 -3
67Cu	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	4× 10 -2	2× 10 0	2× 10 -4
67Cu	酸化物及び水酸化物	4× 10 -2	2× 10 0	2× 10 -4
62Zn	すべての化合物	3× 10 -2	9× 10 -1	2× 10 -4
63Zn	すべての化合物	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3

65Zn	すべての化合物	7× 10 -3	2× 10 -1	6× 10 -5
69Zn	すべての化合物	5× 10 -1	3× 10 1	4× 10 -3
69mZn	すべての化合物	6× 10 -2	3× 10 0	4× 10 -4
71mZn	すべての化合物	9× 10 -2	4× 10 0	7× 10 -4
72Zn	すべての化合物	1× 10 -2	6× 10 -1	9× 10 -5
65Ga	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 0	2× 10 1	1× 10 -2
65Ga	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	7× 10 -1	2× 10 1	7× 10 -3
66Ga	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	4× 10 -2	7× 10 -1	4× 10 -4
66Ga	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	3× 10 -2	7× 10 -1	3× 10 -4
67Ga	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -1	4× 10 0	2× 10 -3
67Ga	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	7× 10 -2	4× 10 0	5× 10 -4
68Ga	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	4× 10 -1	8× 10 0	4× 10 -3
68Ga	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	3× 10 -1	8× 10 0	2× 10 -3
70Ga	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2
70Ga	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	8× 10 -1	3× 10 1	7× 10 -3
72Ga	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	4× 10 -2	8× 10 -1	4× 10 -4
72Ga	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -2	8× 10 -1	2× 10 -4
73Ga	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -1	3× 10 0	2× 10 -3

7 3 G a	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1 × 1 0 —1	3 × 1 0 0	8 × 1 0 —4
6 6 G e	酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物	2 × 1 0 —1	9 × 1 0 0	2 × 1 0 —3
6 6 G e	酸化物、硫化物及びハロゲン化物	2 × 1 0 —1	9 × 1 0 0	1 × 1 0 —3
6 7 G e	酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物	7 × 1 0 —1	1 × 1 0 1	8 × 1 0 —3
6 7 G e	酸化物、硫化物及びハロゲン化物	5 × 1 0 —1	1 × 1 0 1	5 × 1 0 —3
6 8 G e	酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物	3 × 1 0 —2	7 × 1 0 —1	2 × 1 0 —4
6 8 G e	酸化物、硫化物及びハロゲン化物	3 × 1 0 —3	7 × 1 0 —1	9 × 1 0 —6
6 9 G e	酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物	8 × 1 0 —2	4 × 1 0 0	9 × 1 0 —4
6 9 G e	酸化物、硫化物及びハロゲン化物	6 × 1 0 —2	4 × 1 0 0	4 × 1 0 —4
7 1 G e	酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物	3 × 1 0 0	7 × 1 0 1	2 × 1 0 —2
7 1 G e	酸化物、硫化物及びハロゲン化物	2 × 1 0 0	7 × 1 0 1	1 × 1 0 —2
7 5 G e	酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物	8 × 1 0 —1	2 × 1 0 1	8 × 1 0 —3
7 5 G e	酸化物、硫化物及びハロゲン化物	4 × 1 0 —1	2 × 1 0 1	3 × 1 0 —3
7 7 G e	酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物	8 × 1 0 —2	3 × 1 0 0	8 × 1 0 —4
7 7 G e	酸化物、硫化物及びハロゲン化物	5 × 1 0 —2	3 × 1 0 0	3 × 1 0 —4
7 8 G e	酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物	3 × 1 0 —1	7 × 1 0 0	3 × 1 0 —3
7 8 G e	酸化物、硫化物及びハロゲン化物	1 × 1 0 —1	7 × 1 0 0	1 × 1 0 —3
6 8 A s	すべての化合物	2 × 1 0 0	4 × 1 0 1	2 × 1 0 —2

69As	すべての化合物	6× 10 -1	1× 10 1	6× 10 -3	
70As	すべての化合物	2× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3	
71As	すべての化合物	4× 10 -2	2× 10 0	3× 10 -4	
72As	すべての化合物	2× 10 -2	5× 10 -1	1× 10 -4	
73As	すべての化合物	3× 10 -2	3× 10 0	1× 10 -4	
74As	すべての化合物	1× 10 -2	7× 10 -1	6× 10 -5	
76As	すべての化合物	2× 10 -2	5× 10 -1	2× 10 -4	
77As	すべての化合物	5× 10 -2	2× 10 0	3× 10 -4	
78As	すべての化合物	1× 10 -1	4× 10 0	1× 10 -3	
79As	すべての化合物	9× 10 -1	3× 10 1	9× 10 -3	
70Se	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		7× 10 0		
70Se	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		7× 10 0		
70Se	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	3× 10 -1		3× 10 -3	
70Se	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	2× 10 -1		2× 10 -3	
71Se	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		4× 10 1		
71Se	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		4× 10 1		
71Se	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	2× 10 0		2× 10 -2	
71Se	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	2× 10 0		1× 10 -2	

7 2 S e	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		1 × 1 0 — 1		
7 2 S e	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		1 × 1 0 — 1		
7 2 S e	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	7 × 1 0 — 3		5 × 1 0 — 5	
7 2 S e	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	5 × 1 0 — 3		4 × 1 0 — 5	
7 3 S e	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		4 × 1 0 0		
7 3 S e	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		4 × 1 0 0		
7 3 S e	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	1 × 1 0 — 1		1 × 1 0 — 3	
7 3 S e	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	9 × 1 0 — 2		6 × 1 0 — 4	
7 3 m S e	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		3 × 1 0 1		
7 3 m S e	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		3 × 1 0 1		
7 3 m S e	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	1 × 1 0 0		1 × 1 0 — 2	
7 3 m S e	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	8 × 1 0 — 1		6 × 1 0 — 3	
7 5 S e	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		3 × 1 0 — 1		
7 5 S e	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		3 × 1 0 — 1		
7 5 S e	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	1 × 1 0 — 2		1 × 1 0 — 4	
7 5 S e	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	1 × 1 0 — 2		1 × 1 0 — 4	
7 7 m S e	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		1 × 1 0 4		
7 7 m S e	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		1 × 1 0 4		

77mSe	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	5× 10 1		6× 10 -1	
77mSe	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	5× 10 1		5× 10 -1	
79Se	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		2× 10 -1		
79Se	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		2× 10 -1		
79Se	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	1× 10 -2		8× 10 -5	
79Se	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	7× 10 -3		5× 10 -5	
81Se	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		3× 10 1		
81Se	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		3× 10 1		
81Se	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	1× 10 0		1× 10 -2	
81Se	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	9× 10 -1		8× 10 -3	
81mSe	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		2× 10 1		
81mSe	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		2× 10 1		
81mSe	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	7× 10 -1		7× 10 -3	
81mSe	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	3× 10 -1		3× 10 -3	
83Se	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		2× 10 1		
83Se	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		2× 10 1		
83Se	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	6× 10 -1		6× 10 -3	
83Se	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	4× 10 -1		4× 10 -3	

74Br	H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3
74Br	Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3
74mBr	H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	3× 10 -1	6× 10 0	3× 10 -3
74mBr	Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	2× 10 -1	6× 10 0	2× 10 -3
75Br	H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3
75Br	Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	2× 10 -1	1× 10 1	2× 10 -3
76Br	H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	5× 10 -2	2× 10 0	5× 10 -4
76Br	Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	4× 10 -2	2× 10 0	3× 10 -4
77Br	H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	2× 10 -1	9× 10 0	2× 10 -3
77Br	Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	2× 10 -1	9× 10 0	1× 10 -3
78Br	H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	2× 10 0	4× 10 1	2× 10 -2
78Br	Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	1× 10 0	4× 10 1	1× 10 -2
80Br	H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	2× 10 0	3× 10 1	2× 10 -2

80Br	Be, Mg, Al, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Y, Zr, Nb, Tc, Ru, Rh, Pd, Cd, In, Sn, Sb, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Au, Bi, Ra, Ac, Th, Pa, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2
80mBr	H, Li, Na, Si, P, K, Ni, Rb, Sr, Mo, Ag, Te, I, Cs, Ba, La, Gd, W, Pt, Tl, Pb, Po, Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	4× 10 -1	7× 10 0	3× 10 -3
80mBr	Be, Mg, Al, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Y, Zr, Nb, Tc, Ru, Rh, Pd, Cd, In, Sn, Sb, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Au, Bi, Ra, Ac, Th, Pa, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	2× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3
82Br	H, Li, Na, Si, P, K, Ni, Rb, Sr, Mo, Ag, Te, I, Cs, Ba, La, Gd, W, Pt, Tl, Pb, Po, Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	3× 10 -2	2× 10 0	3× 10 -4
82Br	Be, Mg, Al, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Y, Zr, Nb, Tc, Ru, Rh, Pd, Cd, In, Sn, Sb, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Au, Bi, Ra, Ac, Th, Pa, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	2× 10 -2	2× 10 0	2× 10 -4
83Br	H, Li, Na, Si, P, K, Ni, Rb, Sr, Mo, Ag, Te, I, Cs, Ba, La, Gd, W, Pt, Tl, Pb, Po, Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	7× 10 -1	2× 10 1	7× 10 -3
83Br	Be, Mg, Al, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Y, Zr, Nb, Tc, Ru, Rh, Pd, Cd, In, Sn, Sb, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Au, Bi, Ra, Ac, Th, Pa, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	3× 10 -1	2× 10 1	3× 10 -3
84Br	H, Li, Na, Si, P, K, Ni, Rb, Sr, Mo, Ag, Te, I, Cs, Ba, La, Gd, W, Pt, Tl, Pb, Po, Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	5× 10 -1	1× 10 1	5× 10 -3
84Br	Be, Mg, Al, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Y, Zr, Nb, Tc, Ru, Rh, Pd, Cd, In, Sn, Sb, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Au, Bi, Ra, Ac, Th, Pa, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3
84mBr	H, Li, Na, Si, P, K, Ni, Rb, Sr, Mo, Ag, Te, I, Cs, Ba, La, Gd, W, Pt, Tl, Pb, Po, Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	1× 10 0	4× 10 1	2× 10 -2
84mBr	Be, Mg, Al, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Y, Zr, Nb, Tc, Ru, Rh, Pd, Cd, In, Sn, Sb, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Au, Bi, Ra, Ac, Th, Pa, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	1× 10 0	4× 10 1	1× 10 -2
74Kr	[サブマージョン]	1× 10 -1		6× 10 -4
75Kr	[サブマージョン]	1× 10 -1		5× 10 -4
76Kr	[サブマージョン]	4× 10 -1		2× 10 -3

77Kr	[サブマージョン]	2× 10 -1		7× 10 -4	
79Kr	[サブマージョン]	6× 10 -1		3× 10 -3	
81Kr	[サブマージョン]	3× 10 1		1× 10 -1	
81mKr	[サブマージョン]	1× 10 0		6× 10 -3	
83mKr	[サブマージョン]	3× 10 3		1× 10 1	
85Kr	[サブマージョン]	3× 10 1		1× 10 -1	
85mKr	[サブマージョン]	1× 10 0		5× 10 -3	
87Kr	[サブマージョン]	2× 10 -1		8× 10 -4	
88Kr	[サブマージョン]	7× 10 -2		3× 10 -4	
89Kr	[サブマージョン]	7× 10 -2		3× 10 -4	
90Kr	[サブマージョン]	1× 10 -1		5× 10 -4	
77Rb	すべての化合物	2× 10 0	3× 10 1	2× 10 -2	
78Rb	すべての化合物	6× 10 -1	1× 10 1	6× 10 -3	
79Rb	すべての化合物	7× 10 -1	2× 10 1	7× 10 -3	
80Rb	すべての化合物	1× 10 1	2× 10 2	1× 10 -1	
81Rb	すべての化合物	3× 10 -1	2× 10 1	3× 10 -3	
81mRb	すべての化合物	2× 10 0	9× 10 1	2× 10 -2	
82Rb	すべての化合物	7× 10 0	1× 10 2	7× 10 -2	

8 2 m R b	すべての化合物	9 × 1 0 —2	7 × 1 0 0	1 × 1 0 —3
8 3 R b	すべての化合物	2 × 1 0 —2	5 × 1 0 —1	2 × 1 0 —4
8 4 R b	すべての化合物	1 × 1 0 —2	3 × 1 0 —1	1 × 1 0 —4
8 4 m R b	すべての化合物	2 × 1 0 0	1 × 1 0 2	2 × 1 0 —2
8 6 R b	すべての化合物	2 × 1 0 —2	3 × 1 0 —1	1 × 1 0 —4
8 7 R b	すべての化合物	3 × 1 0 —2	6 × 1 0 —1	2 × 1 0 —4
8 8 R b	すべての化合物	7 × 1 0 —1	9 × 1 0 0	7 × 1 0 —3
8 9 R b	すべての化合物	8 × 1 0 —1	2 × 1 0 1	8 × 1 0 —3
9 0 R b	すべての化合物	3 × 1 0 0	4 × 1 0 1	3 × 1 0 —2
8 0 S r	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	2 × 1 0 —1	2 × 1 0 0	2 × 1 0 —3
8 0 S r	チタン酸ストロンチウム	1 × 1 0 —1	2 × 1 0 0	8 × 1 0 —4
8 1 S r	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	5 × 1 0 —1	1 × 1 0 1	6 × 1 0 —3
8 1 S r	チタン酸ストロンチウム	3 × 1 0 —1	1 × 1 0 1	3 × 1 0 —3
8 2 S r	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	6 × 1 0 —3	1 × 1 0 —1	5 × 1 0 —5
8 2 S r	チタン酸ストロンチウム	3 × 1 0 —3	1 × 1 0 —1	1 × 1 0 —5
8 3 S r	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	7 × 1 0 —2	2 × 1 0 0	7 × 1 0 —4
8 3 S r	チタン酸ストロンチウム	4 × 1 0 —2	2 × 1 0 0	3 × 1 0 —4
8 5 S r	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	4 × 1 0 —2	1 × 1 0 0	3 × 1 0 —4

85Sr	チタン酸ストロンチウム	3× 10 -2	1× 10 0	1× 10 -4
85mSr	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	4× 10 0	1× 10 2	4× 10 -2
85mSr	チタン酸ストロンチウム	3× 10 0	1× 10 2	3× 10 -2
87mSr	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	9× 10 -1	3× 10 1	1× 10 -2
87mSr	チタン酸ストロンチウム	6× 10 -1	3× 10 1	6× 10 -3
89Sr	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	1× 10 -2	3× 10 -1	1× 10 -4
89Sr	チタン酸ストロンチウム	4× 10 -3	3× 10 -1	2× 10 -5
90Sr	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	7× 10 -4	3× 10 -2	5× 10 -6
90Sr	チタン酸ストロンチウム	3× 10 -4	3× 10 -2	8× 10 -7
91Sr	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	7× 10 -2	1× 10 0	7× 10 -4
91Sr	チタン酸ストロンチウム	4× 10 -2	1× 10 0	3× 10 -4
92Sr	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	1× 10 -1	2× 10 0	1× 10 -3
92Sr	チタン酸ストロンチウム	6× 10 -2	2× 10 0	5× 10 -4
84Y	酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 2	1× 10 3	9× 10 -1
84Y	酸化物及び水酸化物	1× 10 2	1× 10 3	9× 10 -1
84mY	酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3
84mY	酸化物及び水酸化物	2× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3
85Y	酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 -1	4× 10 0	1× 10 -3

85Y	酸化物及び水酸化物	1× 10 -1	4× 10 0	1× 10 -3
85mY	酸化物及び水酸化物以外の化合物	8× 10 -2	2× 10 0	7× 10 -4
85mY	酸化物及び水酸化物	8× 10 -2	2× 10 0	7× 10 -4
86Y	酸化物及び水酸化物以外の化合物	3× 10 -2	9× 10 -1	3× 10 -4
86Y	酸化物及び水酸化物	3× 10 -2	9× 10 -1	2× 10 -4
86mY	酸化物及び水酸化物以外の化合物	4× 10 -1	2× 10 1	4× 10 -3
86mY	酸化物及び水酸化物	4× 10 -1	2× 10 1	4× 10 -3
87Y	酸化物及び水酸化物以外の化合物	4× 10 -2	2× 10 0	3× 10 -4
87Y	酸化物及び水酸化物	4× 10 -2	2× 10 0	3× 10 -4
87mY	酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 -1	4× 10 0	9× 10 -4
87mY	酸化物及び水酸化物	1× 10 -1	4× 10 0	8× 10 -4
88Y	酸化物及び水酸化物以外の化合物	6× 10 -3	7× 10 -1	3× 10 -5
88Y	酸化物及び水酸化物	7× 10 -3	7× 10 -1	3× 10 -5
90Y	酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 -2	3× 10 -1	8× 10 -5
90Y	酸化物及び水酸化物	1× 10 -2	3× 10 -1	8× 10 -5
90mY	酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 -1	5× 10 0	1× 10 -3
90mY	酸化物及び水酸化物	2× 10 -1	5× 10 0	1× 10 -3
91Y	酸化物及び水酸化物以外の化合物	4× 10 -3	3× 10 -1	2× 10 -5

9 1 Y	酸化物及び水酸化物	3 × 1 0 —3	3 × 1 0 —1	1 × 1 0 —5
9 1 m Y	酸化物及び水酸化物以外の化合物	1 × 1 0 0	8 × 1 0 1	1 × 1 0 —2
9 1 m Y	酸化物及び水酸化物	1 × 1 0 0	8 × 1 0 1	1 × 1 0 —2
9 3 T c	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	3 × 1 0 —1	2 × 1 0 1	3 × 1 0 —3
9 3 m T c	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	8 × 1 0 —1	4 × 1 0 1	8 × 1 0 —3
9 3 m T c	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	7 × 1 0 —1	4 × 1 0 1	7 × 1 0 —3
9 4 T c	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1 × 1 0 —1	4 × 1 0 0	1 × 1 0 —3
9 4 T c	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	9 × 1 0 —2	4 × 1 0 0	9 × 1 0 —4
9 4 m T c	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	3 × 1 0 —1	8 × 1 0 0	3 × 1 0 —3
9 4 m T c	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	3 × 1 0 —1	8 × 1 0 0	3 × 1 0 —3
9 5 T c	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1 × 1 0 —1	5 × 1 0 0	1 × 1 0 —3
9 5 T c	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1 × 1 0 —1	5 × 1 0 0	1 × 1 0 —3
9 5 m T c	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	4 × 1 0 —2	2 × 1 0 0	4 × 1 0 —4
9 5 m T c	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2 × 1 0 —2	2 × 1 0 0	1 × 1 0 —4
9 6 T c	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	2 × 1 0 —2	8 × 1 0 —1	2 × 1 0 —4
9 6 T c	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2 × 1 0 —2	8 × 1 0 —1	2 × 1 0 —4
9 6 m T c	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	2 × 1 0 0	7 × 1 0 1	2 × 1 0 —2
9 6 m T c	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2 × 1 0 0	7 × 1 0 1	2 × 1 0 —2

97Tc	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3
97Tc	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1× 10 -1	1× 10 1	6× 10 -4
97mTc	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	5× 10 -2	1× 10 0	4× 10 -4
97mTc	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	8× 10 -3	1× 10 0	4× 10 -5
98Tc	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 -2	4× 10 -1	1× 10 -4
98Tc	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	3× 10 -3	4× 10 -1	2× 10 -5
99Tc	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	5× 10 -2	1× 10 0	4× 10 -4
99Tc	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	7× 10 -3	1× 10 0	3× 10 -5
99mTc	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 0	4× 10 1	9× 10 -3
99mTc	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	7× 10 -1	4× 10 1	6× 10 -3
101Tc	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 0	4× 10 1	1× 10 -2
101Tc	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1× 10 0	4× 10 1	1× 10 -2
102Tc	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 2	1× 10 3	1× 10 0
102Tc	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1× 10 2	1× 10 3	1× 10 0
104Tc	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	5× 10 -1	1× 10 1	5× 10 -3
104Tc	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3
94Ru	四酸化ルテニウム	4× 10 -1		2× 10 -3
94Ru	ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物	4× 10 -1	9× 10 0	4× 10 -3

94Ru	ハロゲン化物	3× 10 -1	9× 10 0	3× 10 -3
94Ru	酸化物及び水酸化物	3× 10 -1	9× 10 0	3× 10 -3
95Ru	四酸化ルテニウム	5× 10 -1		3× 10 -3
95Ru	ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3
95Ru	ハロゲン化物	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3
95Ru	酸化物及び水酸化物	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3
97Ru	四酸化ルテニウム	2× 10 -1		1× 10 -3
97Ru	ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物	2× 10 -1	6× 10 0	2× 10 -3
97Ru	ハロゲン化物	1× 10 -1	6× 10 0	1× 10 -3
97Ru	酸化物及び水酸化物	1× 10 -1	6× 10 0	1× 10 -3
103Ru	四酸化ルテニウム	2× 10 -2		1× 10 -4
103Ru	ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物	3× 10 -2	1× 10 0	2× 10 -4
103Ru	ハロゲン化物	1× 10 -2	1× 10 0	5× 10 -5
103Ru	酸化物及び水酸化物	9× 10 -3	1× 10 0	4× 10 -5
105Ru	四酸化ルテニウム	1× 10 -1		7× 10 -4
105Ru	ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物	2× 10 -1	3× 10 0	2× 10 -3
105Ru	ハロゲン化物	9× 10 -2	3× 10 0	7× 10 -4
105Ru	酸化物及び水酸化物	8× 10 -2	3× 10 0	7× 10 -4

106Ru	四酸化ルテニウム	1× 10 -3		6× 10 -6	
106Ru	ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物	2× 10 -3	1× 10 -1	1× 10 -5	
106Ru	ハロゲン化物	1× 10 -3	1× 10 -1	4× 10 -6	
106Ru	酸化物及び水酸化物	6× 10 -4	1× 10 -1	2× 10 -6	
97Rh	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	7× 10 -1	2× 10 1	8× 10 -3	
97Rh	ハロゲン化物	5× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3	
97Rh	酸化物及び水酸化物	5× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3	
97mRh	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	6× 10 -1	2× 10 1	6× 10 -3	
97mRh	ハロゲン化物	4× 10 -1	2× 10 1	4× 10 -3	
97mRh	酸化物及び水酸化物	4× 10 -1	2× 10 1	4× 10 -3	
98Rh	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 0	2× 10 1	1× 10 -2	
98Rh	ハロゲン化物	9× 10 -1	2× 10 1	9× 10 -3	
98Rh	酸化物及び水酸化物	9× 10 -1	2× 10 1	9× 10 -3	
99Rh	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	4× 10 -2	2× 10 0	4× 10 -4	
99Rh	ハロゲン化物	3× 10 -2	2× 10 0	2× 10 -4	
99Rh	酸化物及び水酸化物	2× 10 -2	2× 10 0	1× 10 -4	
99mRh	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3	
99mRh	ハロゲン化物	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3	

99mRh	酸化物及び水酸化物	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3
100Rh	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	4× 10 -2	1× 10 0	4× 10 -4
100Rh	ハロゲン化物	3× 10 -2	1× 10 0	3× 10 -4
100Rh	酸化物及び水酸化物	3× 10 -2	1× 10 0	3× 10 -4
101Rh	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 -2	2× 10 0	9× 10 -5
101Rh	ハロゲン化物	1× 10 -2	2× 10 0	5× 10 -5
101Rh	酸化物及び水酸化物	7× 10 -3	2× 10 0	2× 10 -5
101mRh	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 -1	4× 10 0	1× 10 -3
101mRh	ハロゲン化物	8× 10 -2	4× 10 0	6× 10 -4
101mRh	酸化物及び水酸化物	8× 10 -2	4× 10 0	6× 10 -4
102Rh	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 -3	4× 10 -1	2× 10 -5
102Rh	ハロゲン化物	4× 10 -3	4× 10 -1	2× 10 -5
102Rh	酸化物及び水酸化物	2× 10 -3	4× 10 -1	7× 10 -6
102mRh	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 -2	7× 10 -1	8× 10 -5
102mRh	ハロゲン化物	8× 10 -3	7× 10 -1	3× 10 -5
102mRh	酸化物及び水酸化物	5× 10 -3	7× 10 -1	2× 10 -5
103mRh	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 1	2× 10 2	1× 10 -1
103mRh	ハロゲン化物	9× 10 0	2× 10 2	5× 10 -2

103m Rh	酸化物及び水酸化物	8× 10 0	2× 10 2	5× 10 -2	
105R h	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 -1	2× 10 0	1× 10 -3	
105R h	ハロゲン化物	5× 10 -2	2× 10 0	4× 10 -4	
105R h	酸化物及び水酸化物	5× 10 -2	2× 10 0	3× 10 -4	
106R h	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 1	3× 10 2	2× 10 -1	
106R h	ハロゲン化物	2× 10 1	3× 10 2	2× 10 -1	
106R h	酸化物及び水酸化物	2× 10 1	3× 10 2	2× 10 -1	
106m Rh	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 -1	5× 10 0	2× 10 -3	
106m Rh	ハロゲン化物	1× 10 -1	5× 10 0	1× 10 -3	
106m Rh	酸化物及び水酸化物	1× 10 -1	5× 10 0	1× 10 -3	
107R h	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2	
107R h	ハロゲン化物	8× 10 -1	3× 10 1	7× 10 -3	
107R h	酸化物及び水酸化物	7× 10 -1	3× 10 1	7× 10 -3	
98Pd	硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	7× 10 -1	1× 10 1	7× 10 -3	
98Pd	硝酸塩及びハロゲン化物	5× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3	
98Pd	酸化物及び水酸化物	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3	
99Pd	硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	9× 10 -1	2× 10 1	9× 10 -3	
99Pd	硝酸塩及びハロゲン化物	6× 10 -1	2× 10 1	6× 10 -3	

99Pd	酸化物及び水酸化物	6× 10 -1	2× 10 1	6× 10 -3
100Pd	硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	3× 10 -2	9× 10 -1	2× 10 -4
100Pd	硝酸塩及びハロゲン化物	2× 10 -2	9× 10 -1	1× 10 -4
100Pd	酸化物及び水酸化物	2× 10 -2	9× 10 -1	1× 10 -4
101Pd	硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	3× 10 -1	9× 10 0	3× 10 -3
101Pd	硝酸塩及びハロゲン化物	2× 10 -1	9× 10 0	2× 10 -3
101Pd	酸化物及び水酸化物	2× 10 -1	9× 10 0	2× 10 -3
103Pd	硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 -1	4× 10 0	1× 10 -3
103Pd	硝酸塩及びハロゲン化物	7× 10 -2	4× 10 0	3× 10 -4
103Pd	酸化物及び水酸化物	7× 10 -2	4× 10 0	3× 10 -4
107Pd	硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	6× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3
107Pd	硝酸塩及びハロゲン化物	4× 10 -1	2× 10 1	1× 10 -3
107Pd	酸化物及び水酸化物	7× 10 -2	2× 10 1	2× 10 -4
109Pd	硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 -1	1× 10 0	9× 10 -4
109Pd	硝酸塩及びハロゲン化物	4× 10 -2	1× 10 0	4× 10 -4
109Pd	酸化物及び水酸化物	4× 10 -2	1× 10 0	3× 10 -4
111Pd	硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 0	2× 10 1	9× 10 -3
111Pd	硝酸塩及びハロゲン化物	6× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3

1 1 1 P d	酸化物及び水酸化物	5 × 1 0 —1	2 × 1 0 1	5 × 1 0 —3	
1 1 2 P d	硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	3 × 1 0 —2	3 × 1 0 —1	2 × 1 0 —4	
1 1 2 P d	硝酸塩及びハロゲン化物	1 × 1 0 —2	3 × 1 0 —1	1 × 1 0 —4	
1 1 2 P d	酸化物及び水酸化物	1 × 1 0 —2	3 × 1 0 —1	1 × 1 0 —4	
1 0 1 A g	硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀	1 × 1 0 0	3 × 1 0 1	1 × 1 0 —2	
1 0 1 A g	硝酸塩及び硫化物	9 × 1 0 —1	3 × 1 0 1	9 × 1 0 —3	
1 0 1 A g	酸化物及び水酸化物	9 × 1 0 —1	3 × 1 0 1	8 × 1 0 —3	
1 0 2 A g	硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀	9 × 1 0 —1	2 × 1 0 1	9 × 1 0 —3	
1 0 2 A g	硝酸塩及び硫化物	7 × 1 0 —1	2 × 1 0 1	7 × 1 0 —3	
1 0 2 A g	酸化物及び水酸化物	7 × 1 0 —1	2 × 1 0 1	6 × 1 0 —3	
1 0 3 A g	硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀	7 × 1 0 —1	2 × 1 0 1	8 × 1 0 —3	
1 0 3 A g	硝酸塩及び硫化物	5 × 1 0 —1	2 × 1 0 1	5 × 1 0 —3	
1 0 3 A g	酸化物及び水酸化物	5 × 1 0 —1	2 × 1 0 1	4 × 1 0 —3	
1 0 4 A g	硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀	4 × 1 0 —1	1 × 1 0 1	4 × 1 0 —3	
1 0 4 A g	硝酸塩及び硫化物	3 × 1 0 —1	1 × 1 0 1	3 × 1 0 —3	
1 0 4 A g	酸化物及び水酸化物	3 × 1 0 —1	1 × 1 0 1	3 × 1 0 —3	
1 0 4 m A g	硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀	7 × 1 0 —1	2 × 1 0 1	7 × 1 0 —3	
1 0 4 m A g	硝酸塩及び硫化物	5 × 1 0 —1	2 × 1 0 1	5 × 1 0 —3	

104m Ag	酸化物及び水酸化物	5× 10 -1	2× 10 1	4× 10 -3
105A g	硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀	3× 10 -2	2× 10 0	2× 10 -4
105A g	硝酸塩及び硫化物	3× 10 -2	2× 10 0	2× 10 -4
105A g	酸化物及び水酸化物	3× 10 -2	2× 10 0	2× 10 -4
105m Ag	硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀	1× 10 2	2× 10 3	1× 10 0
105m Ag	硝酸塩及び硫化物	1× 10 2	2× 10 3	7× 10 -1
105m Ag	酸化物及び水酸化物	1× 10 2	2× 10 3	7× 10 -1
106A g	硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2
106A g	硝酸塩及び硫化物	8× 10 -1	3× 10 1	8× 10 -3
106A g	酸化物及び水酸化物	8× 10 -1	3× 10 1	7× 10 -3
106m Ag	二硫化モリブデン、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀	1× 10 -2	6× 10 -1	1× 10 -4
106m Ag	硝酸塩及び硫化物	1× 10 -2	6× 10 -1	1× 10 -4
106m Ag	酸化物及び水酸化物	1× 10 -2	6× 10 -1	1× 10 -4
108A g	硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀	5× 10 0	2× 10 2	6× 10 -2
108A g	硝酸塩及び硫化物	5× 10 0	2× 10 2	5× 10 -2
108A g	酸化物及び水酸化物	5× 10 0	2× 10 2	5× 10 -2
108m Ag	硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀	3× 10 -3	4× 10 -1	2× 10 -5
108m Ag	硝酸塩及び硫化物	4× 10 -3	4× 10 -1	2× 10 -5

108m Ag	酸化物及び水酸化物	1× 10 —3	4× 10 —1	4× 10 —6	
109m Ag	硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀	4× 10 1	5× 10 3	4× 10 —1	
109m Ag	硝酸塩及び硫化物	4× 10 1	5× 10 3	4× 10 —1	
109m Ag	酸化物及び水酸化物	4× 10 1	5× 10 3	4× 10 —1	
110A g	硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀	3× 10 1	5× 10 2	3× 10 —1	
110A g	硝酸塩及び硫化物	2× 10 1	5× 10 2	2× 10 —1	
110A g	酸化物及び水酸化物	2× 10 1	5× 10 2	2× 10 —1	
110m Ag	硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀	3× 10 —3	3× 10 —1	2× 10 —5	
110m Ag	硝酸塩及び硫化物	4× 10 —3	3× 10 —1	2× 10 —5	
110m Ag	酸化物及び水酸化物	3× 10 —3	3× 10 —1	1× 10 —5	
111A g	硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀	4× 10 —2	6× 10 —1	3× 10 —4	
111A g	硝酸塩及び硫化物	1× 10 —2	6× 10 —1	8× 10 —5	
111A g	酸化物及び水酸化物	1× 10 —2	6× 10 —1	7× 10 —5	
111m Ag	硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀	1× 10 2	2× 10 3	8× 10 —1	
111m Ag	硝酸塩及び硫化物	7× 10 1	2× 10 3	5× 10 —1	
111m Ag	酸化物及び水酸化物	7× 10 1	2× 10 3	4× 10 —1	
112A g	硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀	1× 10 —1	2× 10 0	1× 10 —3	
112A g	硝酸塩及び硫化物	8× 10 —2	2× 10 0	7× 10 —4	

1 1 2 A g	酸化物及び水酸化物	8 × 1 0 —2	2 × 1 0 0	7 × 1 0 —4	
1 1 3 A g	硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀	2 × 1 0 —1	2 × 1 0 0	2 × 1 0 —3	
1 1 3 A g	硝酸塩及び硫化物	9 × 1 0 —2	2 × 1 0 0	7 × 1 0 —4	
1 1 3 A g	酸化物及び水酸化物	8 × 1 0 —2	2 × 1 0 0	7 × 1 0 —4	
1 1 3 m A g	硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀	2 × 1 0 1	4 × 1 0 2	2 × 1 0 —1	
1 1 3 m A g	硝酸塩及び硫化物	1 × 1 0 1	4 × 1 0 2	1 × 1 0 —1	
1 1 3 m A g	酸化物及び水酸化物	1 × 1 0 1	4 × 1 0 2	1 × 1 0 —1	
1 1 5 A g	硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀	8 × 1 0 —1	1 × 1 0 1	8 × 1 0 —3	
1 1 5 A g	硝酸塩及び硫化物	5 × 1 0 —1	1 × 1 0 1	4 × 1 0 —3	
1 1 5 A g	酸化物及び水酸化物	5 × 1 0 —1	1 × 1 0 1	4 × 1 0 —3	
1 0 4 C d	すべての無機化合物〔経口摂取〕		2 × 1 0 1		
1 0 4 C d	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	4 × 1 0 —1		5 × 1 0 —3	
1 0 4 C d	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	3 × 1 0 —1		3 × 1 0 —3	
1 0 4 C d	酸化物及び水酸化物	3 × 1 0 —1		3 × 1 0 —3	
1 0 5 C d	すべての無機化合物〔経口摂取〕		2 × 1 0 1		
1 0 5 C d	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	7 × 1 0 —1		7 × 1 0 —3	
1 0 5 C d	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	5 × 1 0 —1		5 × 1 0 —3	
1 0 5 C d	酸化物及び水酸化物	5 × 1 0 —1		5 × 1 0 —3	

107Cd	すべての無機化合物〔経口摂取〕		1× 10 1		
107Cd	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	5× 10 -1		5× 10 -3	
107Cd	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -1		1× 10 -3	
107Cd	酸化物及び水酸化物	2× 10 -1		2× 10 -3	
109Cd	すべての無機化合物〔経口摂取〕		4× 10 -1		
109Cd	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 -3		2× 10 -5	
109Cd	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	4× 10 -3		2× 10 -5	
109Cd	酸化物及び水酸化物	5× 10 -3		2× 10 -5	
111mCd	すべての無機化合物〔経口摂取〕		6× 10 1		
111mCd	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 0		1× 10 -2	
111mCd	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	6× 10 -1		6× 10 -3	
111mCd	酸化物及び水酸化物	5× 10 -1		5× 10 -3	
113Cd	すべての無機化合物〔経口摂取〕		4× 10 -2		
113Cd	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 -4		1× 10 -6	
113Cd	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	5× 10 -4		2× 10 -6	
113Cd	酸化物及び水酸化物	1× 10 -3		5× 10 -6	
113mCd	すべての無機化合物〔経口摂取〕		4× 10 -2		
113mCd	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 -4		1× 10 -6	

113m Cd	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	5× 10 -4		3× 10 -6	
113m Cd	酸化物及び水酸化物	9× 10 -4		4× 10 -6	
115C d	すべての無機化合物〔経口摂取〕		6× 10 -1		
115C d	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	4× 10 -2		3× 10 -4	
115C d	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -2		1× 10 -4	
115C d	酸化物及び水酸化物	2× 10 -2		1× 10 -4	
115m Cd	すべての無機化合物〔経口摂取〕		3× 10 -1		
115m Cd	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	3× 10 -3		2× 10 -5	
115m Cd	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	4× 10 -3		2× 10 -5	
115m Cd	酸化物及び水酸化物	4× 10 -3		2× 10 -5	
117C d	すべての無機化合物〔経口摂取〕		3× 10 0		
117C d	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 -1		2× 10 -3	
117C d	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	9× 10 -2		7× 10 -4	
117C d	酸化物及び水酸化物	8× 10 -2		7× 10 -4	
117m Cd	すべての無機化合物〔経口摂取〕		3× 10 0		
117m Cd	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 -1		1× 10 -3	
117m Cd	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	7× 10 -2		6× 10 -4	
117m Cd	酸化物及び水酸化物	7× 10 -2		6× 10 -4	

118Cd	すべての無機化合物〔経口摂取〕		4× 10 0		
118Cd	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	3× 10 -1		3× 10 -3	
118Cd	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -1		2× 10 -3	
118Cd	酸化物及び水酸化物	2× 10 -1		1× 10 -3	
107In	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	8× 10 -1	2× 10 1	8× 10 -3	
107In	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	5× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3	
108In	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3	
108In	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -1	1× 10 1	2× 10 -3	
108mIn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	4× 10 -1	1× 10 1	5× 10 -3	
108mIn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3	
109In	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3	
109In	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3	
109mIn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	3× 10 1	1× 10 3	3× 10 -1	
109mIn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 1	1× 10 3	2× 10 -1	
110In (物理的半減期が4.90時間のもの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	9× 10 -2	4× 10 0	1× 10 -3	
110In (物理的半減期が4.90時間のもの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	8× 10 -2	4× 10 0	9× 10 -4	

110In (物理的半減期が1.15時間のもの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	4× 10 -1	8× 10 0	4× 10 -3
110In (物理的半減期が1.15時間のもの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	3× 10 -1	8× 10 0	2× 10 -3
111In	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	9× 10 -2	3× 10 0	9× 10 -4
111In	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	7× 10 -2	3× 10 0	5× 10 -4
111In	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	7× 10 0	3× 10 2	8× 10 -2
111mIn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	6× 10 0	3× 10 2	6× 10 -2
112In	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 0	8× 10 1	3× 10 -2
112In	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 0	8× 10 1	2× 10 -2
112mIn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 0	5× 10 1	1× 10 -2
112mIn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	6× 10 -1	5× 10 1	6× 10 -3
113mIn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2
113mIn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	7× 10 -1	3× 10 1	6× 10 -3
114In	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	9× 10 0	3× 10 2	9× 10 -2
114In	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	8× 10 0	3× 10 2	9× 10 -2
114mIn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -3	2× 10 -1	1× 10 -5
114mIn	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	4× 10 -3	2× 10 -1	2× 10 -5

115 I n	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	5× 10 —5	3× 10 —2	3× 10 —7
115 I n	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 —4	3× 10 —2	8× 10 —7
115 m I n	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	5× 10 —1	9× 10 0	5× 10 —3
115 m I n	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 —1	9× 10 0	2× 10 —3
116 I n	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	4× 10 1	7× 10 2	4× 10 —1
116 I n	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	4× 10 1	7× 10 2	4× 10 —1
116 m I n	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	4× 10 —1	1× 10 1	4× 10 —3
116 m I n	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	3× 10 —1	1× 10 1	3× 10 —3
117 I n	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	7× 10 —1	3× 10 1	8× 10 —3
117 I n	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	4× 10 —1	3× 10 1	4× 10 —3
117 m I n	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	4× 10 —1	7× 10 0	4× 10 —3
117 m I n	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 —1	7× 10 0	2× 10 —3
118 I n	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 2	2× 10 3	1× 10 0
118 I n	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1× 10 2	2× 10 3	1× 10 0
119 I n	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	4× 10 0	2× 10 2	5× 10 —2
119 I n	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	4× 10 0	2× 10 2	4× 10 —2
119 m I n	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 0	2× 10 1	1× 10 —2
119 m I n	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	7× 10 —1	2× 10 1	7× 10 —3

108Sn	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 0	4× 10 1	1× 10 -2
108Sn	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1× 10 0	4× 10 1	1× 10 -2
109Sn	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 0	4× 10 1	1× 10 -2
109Sn	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	9× 10 -1	4× 10 1	1× 10 -2
110Sn	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 -1	2× 10 0	1× 10 -3
110Sn	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	8× 10 -2	2× 10 0	7× 10 -4
111Sn	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 0	4× 10 1	1× 10 -2
111Sn	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	9× 10 -1	4× 10 1	9× 10 -3
113Sn	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	3× 10 -2	1× 10 0	2× 10 -4
113Sn	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1× 10 -2	1× 10 0	5× 10 -5
113mSn	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	7× 10 0	2× 10 2	6× 10 -2
113mSn	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	4× 10 0	2× 10 2	3× 10 -2
117mSn	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	5× 10 -2	1× 10 0	4× 10 -4
117mSn	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	9× 10 -3	1× 10 0	5× 10 -5
119mSn	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	6× 10 -2	2× 10 0	4× 10 -4
119mSn	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1× 10 -2	2× 10 0	6× 10 -5
121Sn	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -1	4× 10 0	2× 10 -3
121Sn	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	7× 10 -2	4× 10 0	5× 10 -4

1 2 1 m S n	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	2 × 1 0 — 2	2 × 1 0 0	1 × 1 0 — 4
1 2 1 m S n	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	6 × 1 0 — 3	2 × 1 0 0	3 × 1 0 — 5
1 2 3 S n	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1 × 1 0 — 2	4 × 1 0 — 1	9 × 1 0 — 5
1 2 3 S n	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	4 × 1 0 — 3	4 × 1 0 — 1	2 × 1 0 — 5
1 2 3 m S n	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	9 × 1 0 — 1	2 × 1 0 1	9 × 1 0 — 3
1 2 3 m S n	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	5 × 1 0 — 1	2 × 1 0 1	4 × 1 0 — 3
1 2 5 S n	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	2 × 1 0 — 2	3 × 1 0 — 1	1 × 1 0 — 4
1 2 5 S n	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	7 × 1 0 — 3	3 × 1 0 — 1	4 × 1 0 — 5
1 2 5 m S n	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	2 × 1 0 0	4 × 1 0 1	2 × 1 0 — 2
1 2 5 m S n	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1 × 1 0 0	4 × 1 0 1	1 × 1 0 — 2
1 2 6 S n	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1 × 1 0 — 3	2 × 1 0 — 1	1 × 1 0 — 5
1 2 6 S n	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1 × 1 0 — 3	2 × 1 0 — 1	4 × 1 0 — 6
1 2 7 S n	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	2 × 1 0 — 1	4 × 1 0 0	2 × 1 0 — 3
1 2 7 S n	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1 × 1 0 — 1	4 × 1 0 0	9 × 1 0 — 4
1 2 8 S n	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	2 × 1 0 — 1	6 × 1 0 0	2 × 1 0 — 3
1 2 8 S n	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1 × 1 0 — 1	6 × 1 0 0	1 × 1 0 — 3
1 1 5 S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	1 × 1 0 0	4 × 1 0 1	1 × 1 0 — 2
1 1 5 S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	9 × 1 0 — 1	4 × 1 0 1	9 × 1 0 — 3

116S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2
116S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	9× 10 -1	3× 10 1	9× 10 -3
116m S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	3× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3
116m S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	2× 10 -1	1× 10 1	2× 10 -3
117S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 0	5× 10 1	1× 10 -2
117S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	8× 10 -1	5× 10 1	7× 10 -3
118S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	4× 10 0	7× 10 1	4× 10 -2
118S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	3× 10 0	7× 10 1	3× 10 -2
118m S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 -1	4× 10 0	1× 10 -3
118m S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	9× 10 -2	4× 10 0	1× 10 -3
119S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	5× 10 -1	1× 10 1	5× 10 -3
119S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	4× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3
120S b (物理 的半減期 が5.7 6日もの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -2	7× 10 -1	2× 10 -4
120S b (物理 的半減期 が5.7 6日もの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	2× 10 -2	7× 10 -1	1× 10 -4
120S b (物理 的半減期 が0.2 65時間 のもの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 0	6× 10 1	3× 10 -2

120S b (物理的半減期が0.265時間のもの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	2× 10 0	6× 10 1	2× 10 -2
122S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	3× 10 -2	5× 10 -1	3× 10 -4
122S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	2× 10 -2	5× 10 -1	1× 10 -4
124S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 -2	3× 10 -1	9× 10 -5
124S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	4× 10 -3	3× 10 -1	2× 10 -5
124m S b (物理的半減期が93秒のもの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	3× 10 1	1× 10 3	3× 10 -1
124m S b (物理的半減期が93秒のもの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	2× 10 1	1× 10 3	2× 10 -1
124m S b (物理的半減期が20.2分のもの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	4× 10 0	1× 10 2	4× 10 -2
124m S b (物理的半減期が20.2分のもの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	3× 10 0	1× 10 2	2× 10 -2
125S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 -2	8× 10 -1	9× 10 -5
125S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	6× 10 -3	8× 10 -1	3× 10 -5
126S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 -2	4× 10 -1	1× 10 -4
126S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	7× 10 -3	4× 10 -1	4× 10 -5

126m S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	9× 10 -1	2× 10 1	1× 10 -2
126m S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	6× 10 -1	2× 10 1	6× 10 -3
127S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	3× 10 -2	5× 10 -1	3× 10 -4
127S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	1× 10 -2	5× 10 -1	7× 10 -5
128S b (物理 的半減期 が9.0 1時間の もの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	5× 10 -2	1× 10 0	5× 10 -4
128S b (物理 的半減期 が9.0 1時間の もの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	3× 10 -2	1× 10 0	3× 10 -4
128S b (物理 的半減期 が0.1 73時間 のもの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2
128S b (物理 的半減期 が0.1 73時間 のもの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	8× 10 -1	3× 10 1	8× 10 -3
129S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 -1	2× 10 0	1× 10 -3
129S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	6× 10 -2	2× 10 0	5× 10 -4
130S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	3× 10 -1	9× 10 0	3× 10 -3
130S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	2× 10 -1	9× 10 0	2× 10 -3
131S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	4× 10 -1	8× 10 0	3× 10 -3
131S b	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	3× 10 -1	8× 10 0	3× 10 -3

116T e	蒸気	2× 10 -1		1× 10 -3	
116T e	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -1	5× 10 0	2× 10 -3	
116T e	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	1× 10 -1	5× 10 0	1× 10 -3	
117T e	蒸気	7× 10 -1		4× 10 -3	
117T e	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	5× 10 -1	2× 10 1	6× 10 -3	
117T e	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	4× 10 -1	2× 10 1	4× 10 -3	
118T e	蒸気	1× 10 -2	6× 10 -5		
118T e	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 -2	3× 10 -1	1× 10 -4	
118T e	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	9× 10 -3	3× 10 -1	5× 10 -5	
119T e	蒸気	2× 10 -1		1× 10 -3	
119T e	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 -1	5× 10 0	2× 10 -3	
119T e	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	1× 10 -1	5× 10 0	1× 10 -3	
119m T e	蒸気	3× 10 -2		2× 10 -4	
119m T e	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	3× 10 -2	1× 10 0	3× 10 -4	
119m T e	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	3× 10 -2	1× 10 0	2× 10 -4	
121T e	蒸気	4× 10 -2		2× 10 -4	
121T e	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	5× 10 -2	2× 10 0	5× 10 -4	
121T e	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	5× 10 -2	2× 10 0	3× 10 -4	

121m Te	蒸気	4× 10 -3		2× 10 -5	
121m Te	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	9× 10 -3	4× 10 -1	7× 10 -5	
121m Te	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	6× 10 -3	4× 10 -1	3× 10 -5	
123T e	蒸気	2× 10 -3		1× 10 -5	
123T e	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	4× 10 -3	2× 10 -1	3× 10 -5	
123T e	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	7× 10 -3	2× 10 -1	7× 10 -5	
123m Te	蒸気	7× 10 -3		4× 10 -5	
123m Te	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -2	6× 10 -1	1× 10 -4	
123m Te	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	6× 10 -3	6× 10 -1	3× 10 -5	
125m Te	蒸気	1× 10 -2		7× 10 -5	
125m Te	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	3× 10 -2	9× 10 -1	2× 10 -4	
125m Te	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	7× 10 -3	9× 10 -1	4× 10 -5	
127T e	蒸気	3× 10 -1		2× 10 -3	
127T e	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	3× 10 -1	5× 10 0	3× 10 -3	
127T e	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	1× 10 -1	5× 10 0	9× 10 -4	
127m Te	蒸気	5× 10 -3		2× 10 -5	
127m Te	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 -2	3× 10 -1	7× 10 -5	
127m Te	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	3× 10 -3	3× 10 -1	2× 10 -5	

129Te	蒸気	6× 10 -1		3× 10 -3	
129Te	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	7× 10 -1	1× 10 1	7× 10 -3	
129Te	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	4× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3	
129mTe	蒸気	6× 10 -3		3× 10 -5	
129mTe	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 -2	3× 10 -1	8× 10 -5	
129mTe	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	4× 10 -3	3× 10 -1	2× 10 -5	
131Te	蒸気	3× 10 -1		2× 10 -3	
131Te	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	5× 10 -1	9× 10 0	5× 10 -3	
131Te	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	3× 10 -1	9× 10 0	4× 10 -3	
131mTe	蒸気	9× 10 -3		4× 10 -5	
131mTe	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -2	4× 10 -1	1× 10 -4	
131mTe	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	1× 10 -2	4× 10 -1	1× 10 -4	
132Te	蒸気	4× 10 -3		2× 10 -5	
132Te	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	9× 10 -3	2× 10 -1	6× 10 -5	
132Te	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	7× 10 -3	2× 10 -1	6× 10 -5	
133Te	蒸気	4× 10 -1		2× 10 -3	
133Te	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	5× 10 -1	1× 10 1	5× 10 -3	
133Te	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	5× 10 -1	1× 10 1	6× 10 -3	

133m Te	蒸気	9× 10 -2		5× 10 -4	
133m Te	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -1	3× 10 0	1× 10 -3	
133m Te	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	1× 10 -1	3× 10 0	1× 10 -3	
134T e	蒸気	2× 10 -1		1× 10 -3	
134T e	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	3× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3	
134T e	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	2× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3	
118I	蒸気	1× 10 -1		6× 10 -4	
118I	ヨウ化メチル	2× 10 -1		1× 10 -3	
118I	ヨウ化メチル以外の化合物	2× 10 -1	4× 10 0	2× 10 -3	
119I	蒸気	4× 10 -1		2× 10 -3	
119I	ヨウ化メチル	1× 10 0		6× 10 -3	
119I	ヨウ化メチル以外の化合物	8× 10 -1	2× 10 1	7× 10 -3	
120I	蒸気	7× 10 -2		4× 10 -4	
120I	ヨウ化メチル	1× 10 -1		5× 10 -4	
120I	ヨウ化メチル以外の化合物	1× 10 -1	2× 10 0	1× 10 -3	
120m I	蒸気	1× 10 -1		6× 10 -4	
120m I	ヨウ化メチル	2× 10 -1		1× 10 -3	
120m I	ヨウ化メチル以外の化合物	1× 10 -1	4× 10 0	1× 10 -3	

1 2 1 I	蒸気	2 × 1 0 — 1		1 × 1 0 — 3	
1 2 1 I	ヨウ化メチル	4 × 1 0 — 1		2 × 1 0 — 3	
1 2 1 I	ヨウ化メチル以外の化合物	5 × 1 0 — 1	1 × 1 0 1	4 × 1 0 — 3	
1 2 2 I	蒸気	1 × 1 0 0		7 × 1 0 — 3	
1 2 2 I	ヨウ化メチル	2 × 1 0 1		1 × 1 0 — 1	
1 2 2 I	ヨウ化メチル以外の化合物	3 × 1 0 0	6 × 1 0 1	3 × 1 0 — 2	
1 2 3 I	蒸気	1 × 1 0 — 1		5 × 1 0 — 4	
1 2 3 I	ヨウ化メチル	1 × 1 0 — 1		7 × 1 0 — 4	
1 2 3 I	ヨウ化メチル以外の化合物	2 × 1 0 — 1	4 × 1 0 0	1 × 1 0 — 3	
1 2 4 I	蒸気	2 × 1 0 — 3		9 × 1 0 — 6	
1 2 4 I	ヨウ化メチル	2 × 1 0 — 3		1 × 1 0 — 5	
1 2 4 I	ヨウ化メチル以外の化合物	3 × 1 0 — 3	6 × 1 0 — 2	2 × 1 0 — 5	
1 2 5 I	蒸気	1 × 1 0 — 3		8 × 1 0 — 6	
1 2 5 I	ヨウ化メチル	2 × 1 0 — 3		1 × 1 0 — 5	
1 2 5 I	ヨウ化メチル以外の化合物	3 × 1 0 — 3	6 × 1 0 — 2	2 × 1 0 — 5	
1 2 6 I	蒸気	8 × 1 0 — 4		4 × 1 0 — 6	
1 2 6 I	ヨウ化メチル	1 × 1 0 — 3		5 × 1 0 — 6	
1 2 6 I	ヨウ化メチル以外の化合物	1 × 1 0 — 3	3 × 1 0 — 2	1 × 1 0 — 5	

128I	蒸気	3× 10 -1		2× 10 -3	
128I	ヨウ化メチル	2× 10 0		8× 10 -3	
128I	ヨウ化メチル以外の化合物	9× 10 -1	2× 10 1	9× 10 -3	
129I	蒸気	2× 10 -4		1× 10 -6	
129I	ヨウ化メチル	3× 10 -4		2× 10 -6	
129I	ヨウ化メチル以外の化合物	4× 10 -4	9× 10 -3	3× 10 -6	
130I	蒸気	1× 10 -2		6× 10 -5	
130I	ヨウ化メチル	1× 10 -2		7× 10 -5	
130I	ヨウ化メチル以外の化合物	2× 10 -2	4× 10 -1	2× 10 -4	
131I	蒸気	1× 10 -3		5× 10 -6	
131I	ヨウ化メチル	1× 10 -3		7× 10 -6	
131I	ヨウ化メチル以外の化合物	2× 10 -3	4× 10 -2	1× 10 -5	
132I	蒸気	7× 10 -2		4× 10 -4	
132I	ヨウ化メチル	1× 10 -1		6× 10 -4	
132I	ヨウ化メチル以外の化合物	1× 10 -1	3× 10 0	1× 10 -3	
132m I	蒸気	8× 10 -2		4× 10 -4	
132m I	ヨウ化メチル	1× 10 -1		6× 10 -4	
132m I	ヨウ化メチル以外の化合物	2× 10 -1	3× 10 0	1× 10 -3	

133I	蒸気	5× 10 -3		3× 10 -5	
133I	ヨウ化メチル	7× 10 -3		3× 10 -5	
133I	ヨウ化メチル以外の化合物	1× 10 -2	2× 10 -1	7× 10 -5	
134I	蒸気	1× 10 -1		8× 10 -4	
134I	ヨウ化メチル	4× 10 -1		2× 10 -3	
134I	ヨウ化メチル以外の化合物	3× 10 -1	8× 10 0	2× 10 -3	
135I	蒸気	2× 10 -2		1× 10 -4	
135I	ヨウ化メチル	3× 10 -2		2× 10 -4	
135I	ヨウ化メチル以外の化合物	5× 10 -2	8× 10 -1	3× 10 -4	
120Xe	[サブマージョン]	4× 10 -1		2× 10 -3	
121Xe	[サブマージョン]	8× 10 -2		4× 10 -4	
122Xe	[サブマージョン]	3× 10 0		1× 10 -2	
123Xe	[サブマージョン]	3× 10 -1		1× 10 -3	
125Xe	[サブマージョン]	6× 10 -1		3× 10 -3	
125mXe	[サブマージョン]	2× 10 0		7× 10 -3	
127Xe	[サブマージョン]	6× 10 -1		3× 10 -3	
127mXe	[サブマージョン]	1× 10 0		5× 10 -3	
129mXe	[サブマージョン]	7× 10 0		3× 10 -2	

131m Xe	[サブマージョン]	2× 10 1		9× 10 -2	
133m Xe	[サブマージョン]	5× 10 0		2× 10 -2	
133X e	[サブマージョン]	5× 10 0		2× 10 -2	
135m Xe	[サブマージョン]	4× 10 -1		2× 10 -3	
135X e	[サブマージョン]	6× 10 -1		2× 10 -3	
137X e	[サブマージョン]	6× 10 -1		3× 10 -3	
138X e	[サブマージョン]	1× 10 -1		6× 10 -4	
139X e	[サブマージョン]	1× 10 -1		6× 10 -4	
124C s	すべての化合物	2× 10 1	2× 10 2	2× 10 -1	
125C s	すべての化合物	9× 10 -1	2× 10 1	1× 10 -2	
126C s	すべての化合物	6× 10 0	1× 10 2	6× 10 -2	
127C s	すべての化合物	5× 10 -1	4× 10 1	6× 10 -3	
128C s	すべての化合物	4× 10 0	7× 10 1	4× 10 -2	
129C s	すべての化合物	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3	
130C s	すべての化合物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2	
131C s	すべての化合物	5× 10 -1	2× 10 1	4× 10 -3	
132C s	すべての化合物	5× 10 -2	2× 10 0	5× 10 -4	
134C s	すべての化合物	2× 10 -3	6× 10 -2	2× 10 -5	

134m Cs	すべての化合物	8× 10 -1	4× 10 1	8× 10 -3
135C s	すべての化合物	2× 10 -2	6× 10 -1	2× 10 -4
135m Cs	すべての化合物	9× 10 -1	5× 10 1	1× 10 -2
136C s	すべての化合物	1× 10 -2	3× 10 -1	1× 10 -4
137C s	すべての化合物	3× 10 -3	9× 10 -2	3× 10 -5
138C s	すべての化合物	5× 10 -1	9× 10 0	5× 10 -3
139C s	すべての化合物	1× 10 0	2× 10 1	1× 10 -2
124B a	すべての化合物	7× 10 -1	1× 10 1	7× 10 -3
126B a	すべての化合物	2× 10 -1	3× 10 0	2× 10 -3
127B a	すべての化合物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2
128B a	すべての化合物	2× 10 -2	3× 10 -1	2× 10 -4
129B a	すべての化合物	6× 10 -1	2× 10 1	6× 10 -3
129m Ba	すべての化合物	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3
131B a	すべての化合物	6× 10 -2	2× 10 0	5× 10 -4
131m Ba	すべての化合物	3× 10 0	2× 10 2	3× 10 -2
133B a	すべての化合物	1× 10 -2	5× 10 -1	7× 10 -5
133m Ba	すべての化合物	7× 10 -2	2× 10 0	7× 10 -4
135m Ba	すべての化合物	9× 10 -2	2× 10 0	8× 10 -4

137m Ba	すべての化合物	2× 10 1	8× 10 2	2× 10 -1	
139B a	すべての化合物	4× 10 -1	7× 10 0	3× 10 -3	
140B a	すべての化合物	1× 10 -2	3× 10 -1	1× 10 -4	
141B a	すべての化合物	6× 10 -1	1× 10 1	6× 10 -3	
142B a	すべての化合物	8× 10 -1	2× 10 1	8× 10 -3	
129L a	酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2	
129L a	酸化物及び水酸化物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2	
130L a	酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2	
130L a	酸化物及び水酸化物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2	
131L a	酸化物及び水酸化物以外の化合物	9× 10 -1	2× 10 1	9× 10 -3	
131L a	酸化物及び水酸化物	6× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3	
132L a	酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 -1	2× 10 0	1× 10 -3	
132L a	酸化物及び水酸化物	7× 10 -2	2× 10 0	7× 10 -4	
132m La	酸化物及び水酸化物以外の化合物	9× 10 -1	2× 10 1	9× 10 -3	
132m La	酸化物及び水酸化物	6× 10 -1	2× 10 1	6× 10 -3	
133L a	酸化物及び水酸化物以外の化合物	8× 10 -1	2× 10 1	8× 10 -3	
133L a	酸化物及び水酸化物	6× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3	
134L a	酸化物及び水酸化物以外の化合物	3× 10 0	5× 10 1	3× 10 -2	

134La	酸化物及び水酸化物	2× 10 0	5× 10 1	2× 10 -2
135La	酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2
135La	酸化物及び水酸化物	8× 10 -1	3× 10 1	8× 10 -3
136La	酸化物及び水酸化物以外の化合物	4× 10 0	9× 10 1	4× 10 -2
136La	酸化物及び水酸化物	3× 10 0	9× 10 1	3× 10 -2
137La	酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 -3	1× 10 1	2× 10 -5
137La	酸化物及び水酸化物	9× 10 -3	1× 10 1	4× 10 -5
138La	酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 -4	8× 10 -1	9× 10 -7
138La	酸化物及び水酸化物	5× 10 -4	8× 10 -1	2× 10 -6
140La	酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 -2	4× 10 -1	2× 10 -4
140La	酸化物及び水酸化物	1× 10 -2	4× 10 -1	1× 10 -4
141La	酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 -1	2× 10 0	2× 10 -3
141La	酸化物及び水酸化物	9× 10 -2	2× 10 0	8× 10 -4
142La	酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 -1	5× 10 0	2× 10 -3
142La	酸化物及び水酸化物	1× 10 -1	5× 10 0	1× 10 -3
143La	酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 0	1× 10 1	1× 10 -2
143La	酸化物及び水酸化物	6× 10 -1	1× 10 1	6× 10 -3
130Ce	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	4× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3

130C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3	
131C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	9× 10 -1	3× 10 1	8× 10 -3	
131C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物	9× 10 -1	3× 10 1	8× 10 -3	
132C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	9× 10 -2	3× 10 0	9× 10 -4	
132C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物	9× 10 -2	3× 10 0	8× 10 -4	
133C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	3× 10 -1	9× 10 0	2× 10 -3	
133C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物	3× 10 -1	9× 10 0	2× 10 -3	
133m C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	1× 10 -1	4× 10 0	1× 10 -3	
133m C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物	9× 10 -2	4× 10 0	1× 10 -3	
134C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	1× 10 -2	3× 10 -1	9× 10 -5	
134C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物	1× 10 -2	3× 10 -1	9× 10 -5	
135C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	3× 10 -2	1× 10 0	2× 10 -4	
135C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物	3× 10 -2	1× 10 0	2× 10 -4	
137C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2	
137C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2	
137m C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	4× 10 -2	1× 10 0	3× 10 -4	
137m C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物	4× 10 -2	1× 10 0	3× 10 -4	
139C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 -2	3× 10 0	7× 10 -5	

139C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物	1× 10 -2	3× 10 0	7× 10 -5	
141C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	8× 10 -3	1× 10 0	4× 10 -5	
141C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物	7× 10 -3	1× 10 0	3× 10 -5	
143C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 -2	7× 10 -1	2× 10 -4	
143C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物	2× 10 -2	7× 10 -1	1× 10 -4	
144C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	9× 10 -4	2× 10 -1	3× 10 -6	
144C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物	7× 10 -4	2× 10 -1	2× 10 -6	
146C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	5× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3	
146C e	酸化物、水酸化物及びフッ化物	5× 10 -1	2× 10 1	4× 10 -3	
134P r	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3	
134P r	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3	
134m Pr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	6× 10 -1	2× 10 1	6× 10 -3	
134m Pr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	6× 10 -1	2× 10 1	6× 10 -3	
135P r	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	5× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3	
135P r	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3	
136P r	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	9× 10 -1	3× 10 1	9× 10 -3	
136P r	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	8× 10 -1	3× 10 1	8× 10 -3	
137P r	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	6× 10 -1	2× 10 1	6× 10 -3	

137Pr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	6× 10 -1	2× 10 1	6× 10 -3
138Pr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	7× 10 0	1× 10 2	7× 10 -2
138Pr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	7× 10 0	1× 10 2	7× 10 -2
138mPr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3
138mPr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	2× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3
139Pr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	7× 10 -1	3× 10 1	6× 10 -3
139Pr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	7× 10 -1	3× 10 1	6× 10 -3
140Pr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	5× 10 0	1× 10 2	5× 10 -2
140Pr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	5× 10 0	1× 10 2	5× 10 -2
142Pr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	3× 10 -2	6× 10 -1	2× 10 -4
142Pr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	3× 10 -2	6× 10 -1	2× 10 -4
142mPr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 0	5× 10 1	2× 10 -2
142mPr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	2× 10 0	5× 10 1	2× 10 -2
143Pr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	1× 10 -2	7× 10 -1	6× 10 -5
143Pr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	9× 10 -3	7× 10 -1	5× 10 -5
144Pr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	7× 10 -1	2× 10 1	7× 10 -3
144Pr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	7× 10 -1	2× 10 1	6× 10 -3
144mPr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 0	4× 10 1	2× 10 -2

144m Pr	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	2× 10 0	4× 10 1	2× 10 -2	
145P r	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	8× 10 -2	2× 10 0	7× 10 -4	
145P r	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	8× 10 -2	2× 10 0	7× 10 -4	
146P r	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3	
146P r	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3	
147P r	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	7× 10 -1	3× 10 1	7× 10 -3	
147P r	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	7× 10 -1	3× 10 1	7× 10 -3	
135N d	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3	
135N d	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3	
136N d	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 -1	9× 10 0	2× 10 -3	
136N d	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	2× 10 -1	9× 10 0	2× 10 -3	
137N d	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3	
137N d	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3	
138N d	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	6× 10 -2	1× 10 0	5× 10 -4	
138N d	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	5× 10 -2	1× 10 0	5× 10 -4	
139N d	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	1× 10 0	4× 10 1	1× 10 -2	
139N d	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	1× 10 0	4× 10 1	1× 10 -2	
139m Nd	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	8× 10 -2	3× 10 0	8× 10 -4	

139m Nd	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	8× 10 -2	3× 10 0	8× 10 -4
140Nd	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 -2	4× 10 -1	1× 10 -4
140Nd	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	2× 10 -2	4× 10 -1	1× 10 -4
141Nd	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 0	1× 10 2	2× 10 -2
141Nd	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	2× 10 0	1× 10 2	2× 10 -2
141m Nd	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	3× 10 1	2× 10 3	4× 10 -1
141m Nd	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	3× 10 1	2× 10 3	4× 10 -1
144Nd	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	4× 10 -6	2× 10 -2	2× 10 -8
144Nd	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	1× 10 -5	2× 10 -2	4× 10 -8
147Nd	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	1× 10 -2	7× 10 -1	6× 10 -5
147Nd	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	1× 10 -2	7× 10 -1	5× 10 -5
149Nd	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 -1	7× 10 0	1× 10 -3
149Nd	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	2× 10 -1	7× 10 0	1× 10 -3
151Nd	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	7× 10 -1	3× 10 1	7× 10 -3
151Nd	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	7× 10 -1	3× 10 1	7× 10 -3
152Nd	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	5× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3
152Nd	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	5× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3
140P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	5× 10 1	7× 10 2	4× 10 -1

140 P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	5× 10 1	7× 10 2	4× 10 -1	
141 P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	9× 10 -1	2× 10 1	8× 10 -3	
141 P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	8× 10 -1	2× 10 1	8× 10 -3	
142 P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	1× 10 1	3× 10 2	1× 10 -1	
142 P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	1× 10 1	3× 10 2	1× 10 -1	
143 P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 -2	4× 10 0	8× 10 -5	
143 P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	3× 10 -2	4× 10 0	9× 10 -5	
144 P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	4× 10 -3	9× 10 -1	2× 10 -5	
144 P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	5× 10 -3	9× 10 -1	2× 10 -5	
145 P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	9× 10 -3	7× 10 0	4× 10 -5	
145 P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	2× 10 -2	7× 10 0	6× 10 -5	
146 P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 -3	9× 10 -1	6× 10 -6	
146 P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	2× 10 -3	9× 10 -1	8× 10 -6	
147 P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	6× 10 -3	3× 10 0	3× 10 -5	
147 P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	7× 10 -3	3× 10 0	3× 10 -5	
148 P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	1× 10 -2	3× 10 -1	6× 10 -5	
148 P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	9× 10 -3	3× 10 -1	6× 10 -5	
148 m Pm	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	5× 10 -3	5× 10 -1	2× 10 -5	

148m Pm	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	5× 10 -3	5× 10 -1	2× 10 -5
149P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	3× 10 -2	8× 10 -1	2× 10 -4
149P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	3× 10 -2	8× 10 -1	2× 10 -4
150P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	1× 10 -1	3× 10 0	1× 10 -3
150P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	1× 10 -1	3× 10 0	9× 10 -4
151P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	3× 10 -2	1× 10 0	3× 10 -4
151P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	3× 10 -2	1× 10 0	3× 10 -4
152P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 0	5× 10 1	2× 10 -2
152P m	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	2× 10 0	5× 10 1	2× 10 -2
140S m	すべての化合物	4× 10 -1	8× 10 0	4× 10 -3
141S m	すべての化合物	8× 10 -1	2× 10 1	8× 10 -3
141m Sm	すべての化合物	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3
142S m	すべての化合物	2× 10 -1	4× 10 0	2× 10 -3
143S m	すべての化合物	2× 10 0	6× 10 1	2× 10 -2
145S m	すべての化合物	2× 10 -2	4× 10 0	8× 10 -5
146S m	すべての化合物	3× 10 -6	2× 10 -2	1× 10 -8
147S m	すべての化合物	3× 10 -6	2× 10 -2	1× 10 -8
148S m	すべての化合物	4× 10 -6	2× 10 -2	2× 10 -8

151Sm	すべての化合物	8× 10 -3	8× 10 0	3× 10 -5	
153Sm	すべての化合物	3× 10 -2	1× 10 0	2× 10 -4	
155Sm	すべての化合物	7× 10 -1	3× 10 1	7× 10 -3	
156Sm	すべての化合物	7× 10 -2	3× 10 0	5× 10 -4	
145Eu	すべての化合物	3× 10 -2	1× 10 0	2× 10 -4	
146Eu	すべての化合物	2× 10 -2	7× 10 -1	1× 10 -4	
147Eu	すべての化合物	2× 10 -2	2× 10 0	1× 10 -4	
148Eu	すべての化合物	9× 10 -3	7× 10 -1	5× 10 -5	
149Eu	すべての化合物	9× 10 -2	8× 10 0	4× 10 -4	
150Eu (物理的半減期が34.2年のもの)	すべての化合物	6× 10 -4	7× 10 -1	3× 10 -6	
150Eu (物理的半減期が12.6時間のもの)	すべての化合物	7× 10 -2	2× 10 0	6× 10 -4	
152Eu	すべての化合物	8× 10 -4	6× 10 -1	3× 10 -6	
152mEu (物理的半減期が96分のもの)	すべての化合物	2× 10 0	6× 10 1	1× 10 -2	
152mEu (物理的半減期が9.32時間のもの)	すべての化合物	7× 10 -2	2× 10 0	5× 10 -4	

154Eu	すべての化合物	6× 10 -4	4× 10 -1	2× 10 -6
154mEu	すべての化合物	4× 10 0	9× 10 1	3× 10 -2
155Eu	すべての化合物	4× 10 -3	3× 10 0	2× 10 -5
156Eu	すべての化合物	7× 10 -3	4× 10 -1	4× 10 -5
157Eu	すべての化合物	5× 10 -2	1× 10 0	4× 10 -4
158Eu	すべての化合物	3× 10 -1	9× 10 0	3× 10 -3
159Eu	すべての化合物	6× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3
145Gd	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	8× 10 -1	2× 10 1	8× 10 -3
145Gd	酸化物、水酸化物及びフッ化物	6× 10 -1	2× 10 1	6× 10 -3
146Gd	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	4× 10 -3	9× 10 -1	3× 10 -5
146Gd	酸化物、水酸化物及びフッ化物	5× 10 -3	9× 10 -1	2× 10 -5
147Gd	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	5× 10 -2	1× 10 0	4× 10 -4
147Gd	酸化物、水酸化物及びフッ化物	4× 10 -2	1× 10 0	3× 10 -4
148Gd	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	7× 10 -7	1× 10 -2	5× 10 -9
148Gd	酸化物、水酸化物及びフッ化物	3× 10 -6	1× 10 -2	1× 10 -8
149Gd	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	5× 10 -2	2× 10 0	4× 10 -4
149Gd	酸化物、水酸化物及びフッ化物	3× 10 -2	2× 10 0	2× 10 -4
150Gd	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	7× 10 -7	2× 10 -2	5× 10 -9

150G d	酸化物、水酸化物及びフッ化物	3× 10 -6	2× 10 -2	1× 10 -8
151G d	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 -2	4× 10 0	1× 10 -4
151G d	酸化物、水酸化物及びフッ化物	3× 10 -2	4× 10 0	1× 10 -4
152G d	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	9× 10 -7	2× 10 -2	7× 10 -9
152G d	酸化物、水酸化物及びフッ化物	4× 10 -6	2× 10 -2	2× 10 -8
153G d	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	8× 10 -3	3× 10 0	6× 10 -5
153G d	酸化物、水酸化物及びフッ化物	1× 10 -2	3× 10 0	6× 10 -5
159G d	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	1× 10 -1	2× 10 0	1× 10 -3
159G d	酸化物、水酸化物及びフッ化物	5× 10 -2	2× 10 0	4× 10 -4
147T b	すべての化合物	2× 10 -1	5× 10 0	2× 10 -3
148T b	すべての化合物	2× 10 -1	6× 10 0	2× 10 -3
148m T b	すべての化合物	5× 10 0	2× 10 2	4× 10 -2
149T b	すべての化合物	7× 10 -3	3× 10 0	3× 10 -5
150T b	すべての化合物	1× 10 -1	3× 10 0	1× 10 -3
151T b	すべての化合物	6× 10 -2	3× 10 0	5× 10 -4
152T b	すべての化合物	4× 10 -2	1× 10 0	4× 10 -4
153T b	すべての化合物	9× 10 -2	3× 10 0	6× 10 -4
154T b	すべての化合物	3× 10 -2	1× 10 0	3× 10 -4

155T b	すべての化合物	8× 10 -2	4× 10 0	6× 10 -4
156T b	すべての化合物	1× 10 -2	7× 10 -1	1× 10 -4
156m T b (物 理的半減 期が1. 02日の もの)	すべての化合物	9× 10 -2	5× 10 0	6× 10 -4
156m T b (物 理的半減 期が5. 00時間 のもの)	すべての化合物	2× 10 -1	1× 10 1	1× 10 -3
157T b	すべての化合物	3× 10 -2	2× 10 1	1× 10 -4
158T b	すべての化合物	7× 10 -4	8× 10 -1	3× 10 -6
160T b	すべての化合物	4× 10 -3	5× 10 -1	2× 10 -5
161T b	すべての化合物	2× 10 -2	1× 10 0	1× 10 -4
163T b	すべての化合物	7× 10 -1	4× 10 1	7× 10 -3
151D y	すべての化合物	2× 10 -1	4× 10 1	1× 10 -3
152D y	すべての化合物	2× 10 -1	8× 10 0	2× 10 -3
153D y	すべての化合物	1× 10 -1	5× 10 0	1× 10 -3
154D y	すべての化合物	3× 10 -6	2× 10 -2	1× 10 -8
155D y	すべての化合物	2× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3
157D y	すべての化合物	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3
159D y	すべての化合物	8× 10 -2	8× 10 0	3× 10 -4

165D y	すべての化合物	2× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3	
166D y	すべての化合物	1× 10 -2	5× 10 -1	6× 10 -5	
154H o	すべての化合物	8× 10 -1	2× 10 1	8× 10 -3	
155H o	すべての化合物	7× 10 -1	2× 10 1	6× 10 -3	
156H o	すべての化合物	2× 10 -1	8× 10 0	2× 10 -3	
157H o	すべての化合物	3× 10 0	1× 10 2	3× 10 -2	
158H o	すべての化合物	8× 10 -1	5× 10 1	8× 10 -3	
159H o	すべての化合物	2× 10 0	1× 10 2	2× 10 -2	
160H o	すべての化合物	9× 10 -1	5× 10 1	9× 10 -3	
161H o	すべての化合物	2× 10 0	6× 10 1	2× 10 -2	
162H o	すべての化合物	5× 10 0	3× 10 2	4× 10 -2	
162m Ho	すべての化合物	6× 10 -1	3× 10 1	6× 10 -3	
163H o	すべての化合物	1× 10 -1	1× 10 2	5× 10 -4	
164H o	すべての化合物	2× 10 0	9× 10 1	1× 10 -2	
164m Ho	すべての化合物	1× 10 0	5× 10 1	1× 10 -2	
166H o	すべての化合物	3× 10 -2	6× 10 -1	2× 10 -4	
166m Ho	すべての化合物	3× 10 -4	4× 10 -1	1× 10 -6	
167H o	すべての化合物	2× 10 -1	1× 10 1	2× 10 -3	

156E r	すべての化合物	7× 10 -1	2× 10 1	6× 10 -3
159E r	すべての化合物	7× 10 -1	4× 10 1	7× 10 -3
161E r	すべての化合物	2× 10 -1	1× 10 1	2× 10 -3
163E r	すべての化合物	9× 10 0	3× 10 2	1× 10 -1
165E r	すべての化合物	1× 10 0	4× 10 1	1× 10 -2
167m E r	すべての化合物	3× 10 2	5× 10 4	3× 10 0
169E r	すべての化合物	2× 10 -2	2× 10 0	1× 10 -4
171E r	すべての化合物	7× 10 -2	2× 10 0	5× 10 -4
172E r	すべての化合物	2× 10 -2	8× 10 -1	1× 10 -4
162T m	すべての化合物	8× 10 -1	3× 10 1	7× 10 -3
163T m	すべての化合物	3× 10 -1	2× 10 1	3× 10 -3
164T m	すべての化合物	7× 10 0	2× 10 2	7× 10 -2
165T m	すべての化合物	7× 10 -2	2× 10 0	5× 10 -4
166T m	すべての化合物	7× 10 -2	3× 10 0	7× 10 -4
167T m	すべての化合物	2× 10 -2	1× 10 0	1× 10 -4
168T m	すべての化合物	6× 10 -3	8× 10 -1	3× 10 -5
170T m	すべての化合物	4× 10 -3	6× 10 -1	2× 10 -5
171T m	すべての化合物	2× 10 -2	7× 10 0	9× 10 -5

172T m	すべての化合物	1× 10 -2	5× 10 -1	1× 10 -4
173T m	すべての化合物	8× 10 -2	3× 10 0	7× 10 -4
175T m	すべての化合物	7× 10 -1	3× 10 1	7× 10 -3
162Y b	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	9× 10 -1	4× 10 1	9× 10 -3
162Y b	酸化物、水酸化物及びフッ化物	9× 10 -1	4× 10 1	8× 10 -3
163Y b	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	1× 10 0	5× 10 1	1× 10 -2
163Y b	酸化物、水酸化物及びフッ化物	1× 10 0	5× 10 1	1× 10 -2
164Y b	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	3× 10 -1	9× 10 0	3× 10 -3
164Y b	酸化物、水酸化物及びフッ化物	3× 10 -1	9× 10 0	3× 10 -3
165Y b	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	3× 10 0	1× 10 2	2× 10 -2
165Y b	酸化物、水酸化物及びフッ化物	3× 10 0	1× 10 2	2× 10 -2
166Y b	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 -2	9× 10 -1	2× 10 -4
166Y b	酸化物、水酸化物及びフッ化物	2× 10 -2	9× 10 -1	2× 10 -4
167Y b	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 0	1× 10 2	2× 10 -2
167Y b	酸化物、水酸化物及びフッ化物	2× 10 0	1× 10 2	2× 10 -2
169Y b	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	1× 10 -2	1× 10 0	5× 10 -5
169Y b	酸化物、水酸化物及びフッ化物	9× 10 -3	1× 10 0	4× 10 -5
175Y b	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	3× 10 -2	2× 10 0	2× 10 -4

175Y b	酸化物、水酸化物及びフッ化物	3× 10 -2	2× 10 0	2× 10 -4	
177Y b	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 -1	9× 10 0	2× 10 -3	
177Y b	酸化物、水酸化物及びフッ化物	2× 10 -1	9× 10 0	2× 10 -3	
178Y b	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3	
178Y b	酸化物、水酸化物及びフッ化物	2× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3	
165L u	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	9× 10 -1	4× 10 1	9× 10 -3	
165L u	酸化物、水酸化物及びフッ化物	9× 10 -1	4× 10 1	8× 10 -3	
167L u	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	4× 10 -1	2× 10 1	3× 10 -3	
167L u	酸化物、水酸化物及びフッ化物	4× 10 -1	2× 10 1	3× 10 -3	
169L u	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	4× 10 -2	2× 10 0	3× 10 -4	
169L u	酸化物、水酸化物及びフッ化物	4× 10 -2	2× 10 0	3× 10 -4	
169m Lu	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	3× 10 1	1× 10 3	2× 10 -1	
169m Lu	酸化物、水酸化物及びフッ化物	3× 10 1	1× 10 3	2× 10 -1	
170L u	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 -2	9× 10 -1	2× 10 -4	
170L u	酸化物、水酸化物及びフッ化物	2× 10 -2	9× 10 -1	2× 10 -4	
171L u	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 -2	1× 10 0	2× 10 -4	
171L u	酸化物、水酸化物及びフッ化物	2× 10 -2	1× 10 0	2× 10 -4	
172L u	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	1× 10 -2	7× 10 -1	9× 10 -5	

172Lu	酸化物、水酸化物及びフッ化物	1× 10 -2	7× 10 -1	8× 10 -5	
173Lu	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	1× 10 -2	3× 10 0	6× 10 -5	
173Lu	酸化物、水酸化物及びフッ化物	1× 10 -2	3× 10 0	5× 10 -5	
174Lu	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	7× 10 -3	3× 10 0	3× 10 -5	
174Lu	酸化物、水酸化物及びフッ化物	8× 10 -3	3× 10 0	3× 10 -5	
174mLu	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	9× 10 -3	2× 10 0	3× 10 -5	
174mLu	酸化物、水酸化物及びフッ化物	8× 10 -3	2× 10 0	3× 10 -5	
176mLu	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	5× 10 -4	5× 10 -1	2× 10 -6	
176Lu	酸化物、水酸化物及びフッ化物	7× 10 -4	5× 10 -1	2× 10 -6	
176mLu	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	1× 10 -1	5× 10 0	1× 10 -3	
176mLu	酸化物、水酸化物及びフッ化物	1× 10 -1	5× 10 0	1× 10 -3	
177Lu	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 -2	2× 10 0	1× 10 -4	
177Lu	酸化物、水酸化物及びフッ化物	2× 10 -2	2× 10 0	1× 10 -4	
177mLu	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	2× 10 -3	5× 10 -1	1× 10 -5	
177mLu	酸化物、水酸化物及びフッ化物	2× 10 -3	5× 10 -1	8× 10 -6	
178Lu	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	5× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3	
178Lu	酸化物、水酸化物及びフッ化物	5× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3	
178mLu	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	4× 10 -1	2× 10 1	4× 10 -3	

178m Lu	酸化物、水酸化物及びフッ化物	4× 10 -1	2× 10 1	4× 10 -3
179L u	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	1× 10 -1	4× 10 0	1× 10 -3
179L u	酸化物、水酸化物及びフッ化物	1× 10 -1	4× 10 0	1× 10 -3
169H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	9× 10 0	3× 10 2	1× 10 -1
169H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	8× 10 0	3× 10 2	7× 10 -2
170H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	7× 10 -2	2× 10 0	7× 10 -4
170H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	5× 10 -2	2× 10 0	4× 10 -4
172H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	6× 10 -4	8× 10 -1	4× 10 -6
172H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	2× 10 -3	8× 10 -1	6× 10 -6
173H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -1	4× 10 0	2× 10 -3
173H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	9× 10 -2	4× 10 0	7× 10 -4
174H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	6× 10 -7	4× 10 -3	4× 10 -9
174H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	3× 10 -6	4× 10 -3	1× 10 -8
175H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -2	2× 10 0	2× 10 -4
175H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	2× 10 -2	2× 10 0	1× 10 -4
177m Hf	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3
177m Hf	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	1× 10 -1	1× 10 1	1× 10 -3
178m Hf	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	7× 10 -5	2× 10 -1	5× 10 -7

178m H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	3× 10 -4	2× 10 -1	1× 10 -6	
179m H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 -2	7× 10 -1	1× 10 -4	
179m H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	7× 10 -3	7× 10 -1	3× 10 -5	
180m H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -1	5× 10 0	2× 10 -3	
180m H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	1× 10 -1	5× 10 0	9× 10 -4	
181H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 -2	7× 10 -1	8× 10 -5	
181H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	5× 10 -3	7× 10 -1	3× 10 -5	
182H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	6× 10 -5	3× 10 -1	4× 10 -7	
182H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	3× 10 -4	3× 10 -1	1× 10 -6	
182m H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	5× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3	
182m H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	3× 10 -1	2× 10 1	3× 10 -3	
183H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	5× 10 -1	1× 10 1	5× 10 -3	
183H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	3× 10 -1	1× 10 1	2× 10 -3	
184H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	9× 10 -2	2× 10 0	9× 10 -4	
184H f	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	5× 10 -2	2× 10 0	4× 10 -4	
172T a	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	4× 10 -1	2× 10 1	4× 10 -3	
172T a	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	4× 10 -1	2× 10 1	3× 10 -3	
173T a	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	1× 10 -1	4× 10 0	1× 10 -3	

173Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	1× 10 -1	4× 10 0	1× 10 -3
174Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3
174Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3
175Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	1× 10 -1	4× 10 0	1× 10 -3
175Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	1× 10 -1	4× 10 0	9× 10 -4
176Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	7× 10 -2	3× 10 0	6× 10 -4
176Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	6× 10 -2	3× 10 0	6× 10 -4
177Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	2× 10 -1	8× 10 0	1× 10 -3
177Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	2× 10 -1	8× 10 0	1× 10 -3
178Ta (物理的半減期が2.2時間のもの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	2× 10 -1	1× 10 1	2× 10 -3
178Ta (物理的半減期が2.2時間のもの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	2× 10 -1	1× 10 1	2× 10 -3
178Ta (物理的半減期が9.31分のもの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	8× 10 0	6× 10 2	8× 10 -2
178Ta (物理的半減期が9.31分のもの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	8× 10 0	6× 10 2	8× 10 -2
179Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	2× 10 -1	1× 10 1	6× 10 -4

179Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	7× 10 -2	1× 10 1	2× 10 -4	
180Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	5× 10 -3	1× 10 0	2× 10 -5	
180Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	1× 10 -3	1× 10 0	5× 10 -6	
180mTa	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	4× 10 -1	2× 10 1	3× 10 -3	
180mTa	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	3× 10 -1	2× 10 1	3× 10 -3	
182Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	4× 10 -3	6× 10 -1	2× 10 -5	
182Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	3× 10 -3	6× 10 -1	1× 10 -5	
182mTa	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	6× 10 -1	7× 10 1	6× 10 -3	
182mTa	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	6× 10 -1	7× 10 1	6× 10 -3	
183Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	1× 10 -2	6× 10 -1	7× 10 -5	
183Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	1× 10 -2	6× 10 -1	6× 10 -5	
184Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	3× 10 -2	1× 10 0	3× 10 -4	
184Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	3× 10 -2	1× 10 0	3× 10 -4	
185Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3	
185Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3	
186Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	7× 10 -1	3× 10 1	7× 10 -3	
186Ta	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	7× 10 -1	3× 10 1	7× 10 -3	
176W	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		9× 10 0		

176W	タングステン酸〔経口摂取〕		9 × 10 0		
176W	すべての化合物	3 × 10 -1		3 × 10 -3	
177W	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		2 × 10 1		
177W	タングステン酸〔経口摂取〕		2 × 10 1		
177W	すべての化合物	5 × 10 -1		5 × 10 -3	
178W	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		4 × 10 0		
178W	タングステン酸〔経口摂取〕		4 × 10 0		
178W	すべての化合物	2 × 10 -1		2 × 10 -3	
179W	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		3 × 10 2		
179W	タングステン酸〔経口摂取〕		3 × 10 2		
179W	すべての化合物	1 × 10 1		1 × 10 -1	
179m W	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		2 × 10 2		
179m W	タングステン酸〔経口摂取〕		2 × 10 2		
179m W	すべての化合物	2 × 10 0		2 × 10 -2	
181W	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		1 × 10 1		
181W	タングステン酸〔経口摂取〕		1 × 10 1		
181W	すべての化合物	5 × 10 -1		4 × 10 -3	
183m W	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		1 × 10 4		

183m W	タングステン酸〔経口摂取〕		1× 10 4		
183m W	すべての化合物	2× 10 2		2× 10 0	
185W	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		2× 10 0		
185W	タングステン酸〔経口摂取〕		2× 10 0		
185W	すべての化合物	9× 10 -2		9× 10 -4	
185m W	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		9× 10 2		
185m W	タングステン酸〔経口摂取〕		9× 10 2		
185m W	すべての化合物	7× 10 0		7× 10 -2	
187W	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		1× 10 0		
187W	タングステン酸〔経口摂取〕		1× 10 0		
187W	すべての化合物	6× 10 -2		6× 10 -4	
188W	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		4× 10 -1		
188W	タングステン酸〔経口摂取〕		4× 10 -1		
188W	すべての化合物	2× 10 -2		2× 10 -4	
190W	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		1× 10 1		
190W	タングステン酸〔経口摂取〕		1× 10 1		
190W	すべての化合物	3× 10 -1		3× 10 -3	
177R e	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 0	4× 10 1	1× 10 -2	

177Re	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	9× 10 -1	4× 10 1	8× 10 -3
178Re	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2
178Re	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	9× 10 -1	3× 10 1	8× 10 -3
179Re	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 0	5× 10 1	1× 10 -2
179Re	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1× 10 0	5× 10 1	1× 10 -2
180Re	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	6× 10 0	4× 10 2	6× 10 -2
180Re	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	5× 10 0	4× 10 2	5× 10 -2
181Re	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	7× 10 -2	2× 10 0	6× 10 -4
181Re	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	6× 10 -2	2× 10 0	5× 10 -4
182Re (物理的半減期が2.67日のもの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -2	6× 10 -1	2× 10 -4
182Re (物理的半減期が2.67日のもの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1× 10 -2	6× 10 -1	1× 10 -4
182Re (物理的半減期が12.7時間のもの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	9× 10 -2	3× 10 0	8× 10 -4
182Re (物理的半減期が12.7時間のもの)	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	7× 10 -2	3× 10 0	6× 10 -4
183Re	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	4× 10 -2	8× 10 -1	3× 10 -4

183 R e	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	9× 10 -3	8× 10 -1	4× 10 -5	
184 R e	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	3× 10 -2	9× 10 -1	3× 10 -4	
184 R e	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1× 10 -2	9× 10 -1	7× 10 -5	
184 m R e	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -2	6× 10 -1	2× 10 -4	
184 m R e	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	4× 10 -3	6× 10 -1	2× 10 -5	
186 R e	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	3× 10 -2	5× 10 -1	2× 10 -4	
186 R e	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -2	5× 10 -1	1× 10 -4	
186 m R e	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -2	4× 10 -1	1× 10 -4	
186 m R e	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	3× 10 -3	4× 10 -1	1× 10 -5	
187 R e	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	8× 10 0	2× 10 2	6× 10 -2	
187 R e	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	5× 10 0	2× 10 2	2× 10 -2	
188 R e	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	3× 10 -2	6× 10 -1	2× 10 -4	
188 R e	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	3× 10 -2	6× 10 -1	2× 10 -4	
188 m R e	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2	
188 m R e	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	1× 10 0	3× 10 1	9× 10 -3	
189 R e	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	5× 10 -2	1× 10 0	4× 10 -4	
189 R e	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	3× 10 -2	1× 10 0	3× 10 -4	
190 R e	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	3× 10 0	1× 10 2	3× 10 -2	

190R e	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 0	1× 10 2	2× 10 -2
1800 s	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 0	5× 10 1	1× 10 -2
1800 s	ハロゲン化物及び硝酸塩	9× 10 -1	5× 10 1	8× 10 -3
1800 s	酸化物及び水酸化物	8× 10 -1	5× 10 1	8× 10 -3
1810 s	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3
1810 s	ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -1	1× 10 1	2× 10 -3
1810 s	酸化物及び水酸化物	2× 10 -1	1× 10 1	2× 10 -3
1820 s	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	7× 10 -2	2× 10 0	7× 10 -4
1820 s	ハロゲン化物及び硝酸塩	4× 10 -2	2× 10 0	3× 10 -4
1820 s	酸化物及び水酸化物	4× 10 -2	2× 10 0	3× 10 -4
1830 s	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 -1	4× 10 0	1× 10 -3
1830 s	ハロゲン化物及び硝酸塩	9× 10 -2	4× 10 0	7× 10 -4
1830 s	酸化物及び水酸化物	8× 10 -2	4× 10 0	6× 10 -4
183m Os	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 -1	4× 10 0	1× 10 -3
183m Os	ハロゲン化物及び硝酸塩	9× 10 -2	4× 10 0	8× 10 -4
183m Os	酸化物及び水酸化物	9× 10 -2	4× 10 0	9× 10 -4
1850 s	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 -2	2× 10 0	1× 10 -4
1850 s	ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -2	2× 10 0	1× 10 -4

1850s	酸化物及び水酸化物	2× 10 -2	2× 10 0	8× 10 -5	
1860s	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 -5	3× 10 -2	2× 10 -7	
1860s	ハロゲン化物及び硝酸塩	3× 10 -5	3× 10 -2	1× 10 -7	
1860s	酸化物及び水酸化物	9× 10 -6	3× 10 -2	3× 10 -8	
189m Os	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	4× 10 0	4× 10 1	4× 10 -2	
189m Os	ハロゲン化物及び硝酸塩	3× 10 0	4× 10 1	2× 10 -2	
189m Os	酸化物及び水酸化物	3× 10 0	4× 10 1	2× 10 -2	
190m Os	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 0	1× 10 2	2× 10 -2	
190m Os	ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 0	1× 10 2	2× 10 -2	
190m Os	酸化物及び水酸化物	2× 10 0	1× 10 2	2× 10 -2	
1910s	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	6× 10 -2	1× 10 0	5× 10 -4	
1910s	ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -2	1× 10 0	7× 10 -5	
1910s	酸化物及び水酸化物	1× 10 -2	1× 10 0	7× 10 -5	
191m Os	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	5× 10 -1	8× 10 0	5× 10 -3	
191m Os	ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -1	8× 10 0	9× 10 -4	
191m Os	酸化物及び水酸化物	1× 10 -1	8× 10 0	8× 10 -4	
1930s	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	7× 10 -2	1× 10 0	7× 10 -4	
1930s	ハロゲン化物及び硝酸塩	3× 10 -2	1× 10 0	2× 10 -4	

1930s	酸化物及び水酸化物	3× 10 -2	1× 10 0	2× 10 -4	
1940s	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 -3	3× 10 -1	1× 10 -5	
1940s	ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -3	3× 10 -1	6× 10 -6	
1940s	酸化物及び水酸化物	5× 10 -4	3× 10 -1	2× 10 -6	
1960s	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	4× 10 -1	7× 10 0	4× 10 -3	
1960s	ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3	
1960s	酸化物及び水酸化物	2× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3	
182I r	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	8× 10 -1	2× 10 1	8× 10 -3	
182I r	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	5× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3	
182I r	酸化物及び水酸化物	5× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3	
183I r	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	5× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3	
183I r	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	3× 10 -1	2× 10 1	3× 10 -3	
183I r	酸化物及び水酸化物	3× 10 -1	2× 10 1	3× 10 -3	
184I r	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	2× 10 -1	5× 10 0	2× 10 -3	
184I r	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	1× 10 -1	5× 10 0	1× 10 -3	
184I r	酸化物及び水酸化物	1× 10 -1	5× 10 0	1× 10 -3	
185I r	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	1× 10 -1	3× 10 0	1× 10 -3	
185I r	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	8× 10 -2	3× 10 0	7× 10 -4	

185 I r	酸化物及び水酸化物	8× 10 -2	3× 10 0	6× 10 -4
186 I r (物理 的半減期 が15. 8時間の もの)	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	6× 10 -2	2× 10 0	7× 10 -4
186 I r (物理 的半減期 が15. 8時間の もの)	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	4× 10 -2	2× 10 0	4× 10 -4
186 I r (物理 的半減期 が15. 8時間の もの)	酸化物及び水酸化物	4× 10 -2	2× 10 0	4× 10 -4
186 I r (物理 的半減期 が1.7 5時間の もの)	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	5× 10 -1	1× 10 1	5× 10 -3
186 I r (物理 的半減期 が1.7 5時間の もの)	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3
186 I r (物理 的半減期 が1.7 5時間の もの)	酸化物及び水酸化物	3× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3
187 I r	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	3× 10 -1	7× 10 0	3× 10 -3
187 I r	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	2× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3
187 I r	酸化物及び水酸化物	2× 10 -1	7× 10 0	1× 10 -3
188 I r	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	5× 10 -2	1× 10 0	5× 10 -4
188 I r	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	3× 10 -2	1× 10 0	3× 10 -4

188 I r	酸化物及び水酸化物	3× 10 -2	1× 10 0	3× 10 -4	
189 I r	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	1× 10 -1	3× 10 0	1× 10 -3	
189 I r	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	5× 10 -2	3× 10 0	2× 10 -4	
189 I r	酸化物及び水酸化物	5× 10 -2	3× 10 0	2× 10 -4	
190 I r	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	2× 10 -2	7× 10 -1	2× 10 -4	
190 I r	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	9× 10 -3	7× 10 -1	6× 10 -5	
190 I r	酸化物及び水酸化物	8× 10 -3	7× 10 -1	5× 10 -5	
190m I r (物理的半減期が3.10時間のもの)	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	2× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3	
190m I r (物理的半減期が3.10時間のもの)	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	1× 10 -1	7× 10 0	1× 10 -3	
190m I r (物理的半減期が3.10時間のもの)	酸化物及び水酸化物	1× 10 -1	7× 10 0	1× 10 -3	
190m I r (物理的半減期が1.20時間のもの)	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	4× 10 0	1× 10 2	3× 10 -2	
190m I r (物理的半減期が1.20時間のもの)	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	2× 10 0	1× 10 2	1× 10 -2	

190m I r (物 理的半減 期が1. 20時間 のもの)	酸化物及び水酸化物	2 × 10 0	1 × 10 2	1 × 10 -2
191m I r	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	4 × 10 2	3 × 10 4	4 × 10 0
191m I r	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	4 × 10 2	3 × 10 4	4 × 10 0
191m I r	酸化物及び水酸化物	4 × 10 2	3 × 10 4	4 × 10 0
192 I r	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	9 × 10 -3	6 × 10 -1	7 × 10 -5
192 I r	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	5 × 10 -3	6 × 10 -1	2 × 10 -5
192 I r	酸化物及び水酸化物	4 × 10 -3	6 × 10 -1	2 × 10 -5
192m I r	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	4 × 10 -3	3 × 10 0	3 × 10 -5
192m I r	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	6 × 10 -3	3 × 10 0	2 × 10 -5
192m I r	酸化物及び水酸化物	1 × 10 -3	3 × 10 0	3 × 10 -6
193m I r	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	1 × 10 -1	3 × 10 0	1 × 10 -3
193m I r	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	2 × 10 -2	3 × 10 0	1 × 10 -4
193m I r	酸化物及び水酸化物	2 × 10 -2	3 × 10 0	1 × 10 -4
194 I r	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	6 × 10 -2	6 × 10 -1	5 × 10 -4
194 I r	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	3 × 10 -2	6 × 10 -1	2 × 10 -4
194 I r	酸化物及び水酸化物	3 × 10 -2	6 × 10 -1	2 × 10 -4
194m I r	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	3 × 10 -3	4 × 10 -1	2 × 10 -5

194m I r	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	3× 10 -3	4× 10 -1	1× 10 -5	
194m I r	酸化物及び水酸化物	3× 10 -3	4× 10 -1	1× 10 -5	
195I r	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	5× 10 -1	8× 10 0	5× 10 -3	
195I r	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	2× 10 -1	8× 10 0	2× 10 -3	
195I r	酸化物及び水酸化物	2× 10 -1	8× 10 0	2× 10 -3	
195m I r	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	2× 10 -1	4× 10 0	2× 10 -3	
195m I r	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	9× 10 -2	4× 10 0	8× 10 -4	
195m I r	酸化物及び水酸化物	9× 10 -2	4× 10 0	7× 10 -4	
196I r	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	1× 10 1	2× 10 2	1× 10 -1	
196I r	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	1× 10 1	2× 10 2	1× 10 -1	
196I r	酸化物及び水酸化物	1× 10 1	2× 10 2	1× 10 -1	
196m I r	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	2× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3	
196m I r	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	1× 10 -1	7× 10 0	1× 10 -3	
196m I r	酸化物及び水酸化物	1× 10 -1	7× 10 0	1× 10 -3	
197I r	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	1× 10 -1	5× 10 0	1× 10 -3	
197I r	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	1× 10 -1	5× 10 0	1× 10 -3	
197I r	酸化物及び水酸化物	1× 10 -1	5× 10 0	1× 10 -3	
184P t	すべての化合物	8× 10 -1	3× 10 1	8× 10 -3	

186 P t	すべての化合物	3× 10 -1	9× 10 0	3× 10 -3
187 P t	すべての化合物	3× 10 -1	9× 10 0	4× 10 -3
188 P t	すべての化合物	3× 10 -2	1× 10 0	3× 10 -4
189 P t	すべての化合物	3× 10 -1	7× 10 0	3× 10 -3
190 P t	すべての化合物	2× 10 -4	1× 10 -1	1× 10 -6
191 P t	すべての化合物	1× 10 -1	2× 10 0	1× 10 -3
193 P t	すべての化合物	8× 10 -1	3× 10 1	5× 10 -3
193m P t	すべての化合物	1× 10 -1	2× 10 0	9× 10 -4
195m P t	すべての化合物	7× 10 -2	1× 10 0	6× 10 -4
197 P t	すべての化合物	1× 10 -1	2× 10 0	1× 10 -3
197m P t	すべての化合物	5× 10 -1	1× 10 1	5× 10 -3
199 P t	すべての化合物	9× 10 -1	2× 10 1	1× 10 -2
200 P t	すべての化合物	5× 10 -2	7× 10 -1	5× 10 -4
202 P t	すべての化合物	1× 10 -2	2× 10 -1	1× 10 -4
186 A u	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	9× 10 -1	2× 10 1	9× 10 -3
186 A u	ハロゲン化物及び硝酸塩	6× 10 -1	2× 10 1	6× 10 -3
186 A u	酸化物及び水酸化物	6× 10 -1	2× 10 1	6× 10 -3
190 A u	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	6× 10 -1	2× 10 1	7× 10 -3

190Au	ハロゲン化物及び硝酸塩	5× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3	
190Au	酸化物及び水酸化物	5× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3	
191Au	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3	
191Au	ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -1	1× 10 1	2× 10 -3	
191Au	酸化物及び水酸化物	2× 10 -1	1× 10 1	2× 10 -3	
192Au	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 -1	5× 10 0	2× 10 -3	
192Au	ハロゲン化物及び硝酸塩	1× 10 -1	5× 10 0	1× 10 -3	
192Au	酸化物及び水酸化物	1× 10 -1	5× 10 0	1× 10 -3	
193Au	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	3× 10 -1	6× 10 0	3× 10 -3	
193Au	ハロゲン化物及び硝酸塩	1× 10 -1	6× 10 0	1× 10 -3	
193Au	酸化物及び水酸化物	1× 10 -1	6× 10 0	1× 10 -3	
194Au	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	7× 10 -2	2× 10 0	8× 10 -4	
194Au	ハロゲン化物及び硝酸塩	6× 10 -2	2× 10 0	5× 10 -4	
194Au	酸化物及び水酸化物	5× 10 -2	2× 10 0	5× 10 -4	
195Au	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 -1	3× 10 0	2× 10 -3	
195Au	ハロゲン化物及び硝酸塩	3× 10 -2	3× 10 0	1× 10 -4	
195Au	酸化物及び水酸化物	2× 10 -2	3× 10 0	7× 10 -5	
195mAu	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	4× 10 1	3× 10 3	4× 10 -1	

195m Au	ハロゲン化物及び硝酸塩	4× 10 1	3× 10 3	4× 10 -1
195m Au	酸化物及び水酸化物	4× 10 1	3× 10 3	4× 10 -1
196A u	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	8× 10 -2	2× 10 0	8× 10 -4
196A u	ハロゲン化物及び硝酸塩	3× 10 -2	2× 10 0	2× 10 -4
196A u	酸化物及び水酸化物	3× 10 -2	2× 10 0	2× 10 -4
196m Au	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 -1	2× 10 0	1× 10 -3
196m Au	ハロゲン化物及び硝酸塩	4× 10 -2	2× 10 0	3× 10 -4
196m Au	酸化物及び水酸化物	3× 10 -2	2× 10 0	3× 10 -4
198A u	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	5× 10 -2	8× 10 -1	5× 10 -4
198A u	ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -2	8× 10 -1	2× 10 -4
198A u	酸化物及び水酸化物	2× 10 -2	8× 10 -1	1× 10 -4
198m Au	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	4× 10 -2	6× 10 -1	4× 10 -4
198m Au	ハロゲン化物及び硝酸塩	1× 10 -2	6× 10 -1	7× 10 -5
198m Au	酸化物及び水酸化物	1× 10 -2	6× 10 -1	6× 10 -5
199A u	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 -1	2× 10 0	1× 10 -3
199A u	ハロゲン化物及び硝酸塩	3× 10 -2	2× 10 0	2× 10 -4
199A u	酸化物及び水酸化物	3× 10 -2	2× 10 0	2× 10 -4
200A u	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	7× 10 -1	1× 10 1	7× 10 -3

200Au	ハロゲン化物及び硝酸塩	4× 10 -1	1× 10 1	4× 10 -3	
200Au	酸化物及び水酸化物	4× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3	
200mAu	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	4× 10 -2	8× 10 -1	4× 10 -4	
200mAu	ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -2	8× 10 -1	2× 10 -4	
200mAu	酸化物及び水酸化物	2× 10 -2	8× 10 -1	2× 10 -4	
201Au	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 0	3× 10 1	1× 10 -2	
201Au	ハロゲン化物及び硝酸塩	7× 10 -1	3× 10 1	7× 10 -3	
201Au	酸化物及び水酸化物	7× 10 -1	3× 10 1	7× 10 -3	
202Au	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 1	5× 10 2	2× 10 -1	
202Au	ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 1	5× 10 2	2× 10 -1	
202Au	酸化物及び水酸化物	2× 10 1	5× 10 2	2× 10 -1	
191mHg	蒸気	7× 10 -2		4× 10 -4	
191mHg	すべての無機化合物〔経口摂取〕		2× 10 1		
191mHg	無機化合物の硫酸塩	5× 10 -1		5× 10 -3	
191mHg	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	3× 10 -1		3× 10 -3	
191mHg	メチル水銀〔経口摂取〕		3× 10 1		
191mHg	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		2× 10 1		
191mHg	すべての有機化合物	5× 10 -1		5× 10 -3	

192Hg	蒸気	2× 10 —2		1× 10 —4	
192Hg	すべての無機化合物〔経口摂取〕		4× 10 0		
192Hg	無機化合物の硫酸塩	1× 10 —1		2× 10 —3	
192Hg	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	1× 10 —1		1× 10 —3	
192Hg	メチル水銀〔経口摂取〕		1× 10 1		
192Hg	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		5× 10 0		
192Hg	すべての有機化合物	1× 10 —1		2× 10 —3	
193Hg	蒸気	2× 10 —2		1× 10 —4	
193Hg	すべての無機化合物〔経口摂取〕		1× 10 1		
193Hg	無機化合物の硫酸塩	4× 10 —1		4× 10 —3	
193Hg	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	2× 10 —1		2× 10 —3	
193Hg	メチル水銀〔経口摂取〕		3× 10 1		
193Hg	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		1× 10 1		
193Hg	すべての有機化合物	4× 10 —1		5× 10 —3	
193Hg	蒸気	7× 10 —3		4× 10 —5	
193mHg	すべての無機化合物〔経口摂取〕		2× 10 0		
193mHg	無機化合物の硫酸塩	9× 10 —2		1× 10 —3	
193mHg	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	5× 10 —2		5× 10 —4	

193m Hg	メチル水銀〔経口摂取〕		7× 10 0		
193m Hg	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		3× 10 0		
193m Hg	すべての有機化合物	1× 10 -1		1× 10 -3	
194H g	蒸気	5× 10 -4		3× 10 -6	
194H g	すべての無機化合物〔経口摂取〕		7× 10 -1		
194H g	無機化合物の硫酸塩	1× 10 -3		1× 10 -5	
194H g	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	4× 10 -3		2× 10 -5	
194H g	メチル水銀〔経口摂取〕		2× 10 -2		
194H g	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		5× 10 -2		
194H g	すべての有機化合物	1× 10 -3		9× 10 -6	
195H g	蒸気	1× 10 -2		9× 10 -5	
195H g	すべての無機化合物〔経口摂取〕		9× 10 0		
195H g	無機化合物の硫酸塩	4× 10 -1		4× 10 -3	
195H g	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	2× 10 -1		2× 10 -3	
195H g	メチル水銀〔経口摂取〕		3× 10 1		
195H g	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		1× 10 1		
195H g	すべての有機化合物	5× 10 -1		5× 10 -3	
195m Hg	蒸気	3× 10 -3		2× 10 -5	

195m Hg	すべての無機化合物〔経口摂取〕		1 × 10 0		
195m Hg	無機化合物の硫酸塩	8 × 10 -2		8 × 10 -4	
195m Hg	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	3 × 10 -2		2 × 10 -4	
195m Hg	メチル水銀〔経口摂取〕		4 × 10 0		
195m Hg	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		2 × 10 0		
195m Hg	すべての有機化合物	9 × 10 -2		9 × 10 -4	
197H g	蒸気	5 × 10 -3		3 × 10 -5	
197H g	すべての無機化合物〔経口摂取〕		4 × 10 0		
197H g	無機化合物の硫酸塩	2 × 10 -1		2 × 10 -3	
197H g	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	7 × 10 -2		4 × 10 -4	
197H g	メチル水銀〔経口摂取〕		9 × 10 0		
197H g	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		5 × 10 0		
197H g	すべての有機化合物	2 × 10 -1		2 × 10 -3	
197m Hg	蒸気	4 × 10 -3		2 × 10 -5	
197m Hg	すべての無機化合物〔経口摂取〕		2 × 10 0		
197m Hg	無機化合物の硫酸塩	1 × 10 -1		1 × 10 -3	
197m Hg	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	3 × 10 -2		2 × 10 -4	
197m Hg	メチル水銀〔経口摂取〕		6 × 10 0		

197m Hg	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		2 × 10 0		
197m Hg	すべての有機化合物	1 × 10 -1		1 × 10 -3	
199m Hg	蒸気	1 × 10 -1		7 × 10 -4	
199m Hg	すべての無機化合物〔経口摂取〕		3 × 10 1		
199m Hg	無機化合物の硫酸塩	8 × 10 -1		8 × 10 -3	
199m Hg	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	4 × 10 -1		4 × 10 -3	
199m Hg	メチル水銀〔経口摂取〕		3 × 10 1		
199m Hg	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		3 × 10 1		
199m Hg	すべての有機化合物	8 × 10 -1		8 × 10 -3	
203H g	蒸気	3 × 10 -3		2 × 10 -5	
203H g	すべての無機化合物〔経口摂取〕		2 × 10 0		
203H g	無機化合物の硫酸塩	4 × 10 -2		3 × 10 -4	
203H g	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	1 × 10 -2		5 × 10 -5	
203H g	メチル水銀〔経口摂取〕		5 × 10 -1		
203H g	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		8 × 10 -1		
203H g	すべての有機化合物	3 × 10 -2		2 × 10 -4	
206H g	蒸気	5 × 10 -1		3 × 10 -3	
206H g	すべての無機化合物〔経口摂取〕		4 × 10 1		

206Hg	無機化合物の硫酸塩	1× 10 0		1× 10 -2
206Hg	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	8× 10 -1		8× 10 -3
206Hg	メチル水銀〔経口摂取〕		4× 10 1	
206Hg	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		4× 10 1	
206Hg	すべての有機化合物	1× 10 0		1× 10 -2
194Tl	すべての化合物	2× 10 0	1× 10 2	3× 10 -2
194mTl	すべての化合物	6× 10 -1	2× 10 1	6× 10 -3
195Tl	すべての化合物	7× 10 -1	3× 10 1	8× 10 -3
196Tl	すべての化合物	4× 10 -1	2× 10 1	4× 10 -3
197Tl	すべての化合物	8× 10 -1	4× 10 1	8× 10 -3
198Tl	すべての化合物	2× 10 -1	1× 10 1	2× 10 -3
198mTl	すべての化合物	3× 10 -1	2× 10 1	3× 10 -3
199Tl	すべての化合物	6× 10 -1	3× 10 1	6× 10 -3
200Tl	すべての化合物	8× 10 -2	5× 10 0	9× 10 -4
201Tl	すべての化合物	3× 10 -1	9× 10 0	3× 10 -3
202Tl	すべての化合物	7× 10 -2	2× 10 0	6× 10 -4
204Tl	すべての化合物	3× 10 -2	7× 10 -1	3× 10 -4
206Tl	すべての化合物	4× 10 0	1× 10 2	4× 10 -2

207T I	すべての化合物	3× 10 0	1× 10 2	3× 10 -2
208T I	すべての化合物	2× 10 0	1× 10 2	3× 10 -2
209T I	すべての化合物	4× 10 0	1× 10 2	4× 10 -2
210T I	すべての化合物	4× 10 0	1× 10 2	4× 10 -2
195m P b	すべての化合物	7× 10 -1	3× 10 1	7× 10 -3
196P b	すべての化合物	7× 10 -1	3× 10 1	7× 10 -3
197P b	すべての化合物	3× 10 0	1× 10 2	3× 10 -2
197m P b	すべての化合物	5× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3
198P b	すべての化合物	2× 10 -1	9× 10 0	3× 10 -3
199P b	すべての化合物	4× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3
200P b	すべての化合物	8× 10 -2	2× 10 0	8× 10 -4
201P b	すべての化合物	2× 10 -1	6× 10 0	2× 10 -3
202P b	すべての化合物	1× 10 -3	1× 10 -1	1× 10 -5
202m P b	すべての化合物	2× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3
203P b	すべての化合物	1× 10 -1	4× 10 0	1× 10 -3
204m P b	すべての化合物	5× 10 -1	2× 10 1	6× 10 -3
205P b	すべての化合物	5× 10 -2	3× 10 0	4× 10 -4
209P b	すべての化合物	7× 10 -1	1× 10 1	7× 10 -3

210P b	すべての化合物	2× 10 -5	1× 10 -3	1× 10 -7	
211P b	すべての化合物	4× 10 -3	4× 10 0	3× 10 -5	
212P b	すべての化合物	6× 10 -4	1× 10 -1	6× 10 -6	
214P b	すべての化合物	4× 10 -3	5× 10 0	4× 10 -5	
200B i	硝酸ビスマス	5× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3	
200B i	硝酸ビスマス以外の化合物	4× 10 -1	2× 10 1	4× 10 -3	
201B i	硝酸ビスマス	3× 10 -1	7× 10 0	3× 10 -3	
201B i	硝酸ビスマス以外の化合物	2× 10 -1	7× 10 0	2× 10 -3	
202B i	硝酸ビスマス	2× 10 -1	1× 10 1	3× 10 -3	
202B i	硝酸ビスマス以外の化合物	2× 10 -1	1× 10 1	2× 10 -3	
203B i	硝酸ビスマス	6× 10 -2	2× 10 0	6× 10 -4	
203B i	硝酸ビスマス以外の化合物	5× 10 -2	2× 10 0	4× 10 -4	
204B i	硝酸ビスマス	4× 10 -2	1× 10 0	5× 10 -4	
204B i	硝酸ビスマス以外の化合物	4× 10 -2	1× 10 0	4× 10 -4	
205B i	硝酸ビスマス	3× 10 -2	1× 10 0	3× 10 -4	
205B i	硝酸ビスマス以外の化合物	2× 10 -2	1× 10 0	1× 10 -4	
206B i	硝酸ビスマス	2× 10 -2	5× 10 -1	2× 10 -4	
206B i	硝酸ビスマス以外の化合物	1× 10 -2	5× 10 -1	7× 10 -5	

207B i	硝酸ビスマス	2× 10 -2	7× 10 -1	2× 10 -4	
207B i	硝酸ビスマス以外の化合物	7× 10 -3	7× 10 -1	2× 10 -5	
208B i	硝酸ビスマス	2× 10 -2	8× 10 -1	2× 10 -4	
208B i	硝酸ビスマス以外の化合物	7× 10 -3	8× 10 -1	3× 10 -5	
210B i	硝酸ビスマス	1× 10 -2	6× 10 -1	1× 10 -4	
210B i	硝酸ビスマス以外の化合物	3× 10 -4	6× 10 -1	1× 10 -6	
210B i	硝酸ビスマス	4× 10 -4	5× 10 -2	3× 10 -6	
210B i	硝酸ビスマス以外の化合物	1× 10 -5	5× 10 -2	4× 10 -8	
211B i	硝酸ビスマス	1× 10 -2	7× 10 1	1× 10 -4	
211B i	硝酸ビスマス以外の化合物	1× 10 -2	7× 10 1	1× 10 -4	
212B i	硝酸ビスマス	1× 10 -3	3× 10 0	1× 10 -5	
212B i	硝酸ビスマス以外の化合物	5× 10 -4	3× 10 0	4× 10 -6	
213B i	硝酸ビスマス	1× 10 -3	4× 10 0	1× 10 -5	
213B i	硝酸ビスマス以外の化合物	5× 10 -4	4× 10 0	4× 10 -6	
214B i	硝酸ビスマス	2× 10 -3	7× 10 0	2× 10 -5	
214B i	硝酸ビスマス以外の化合物	1× 10 -3	7× 10 0	9× 10 -6	
203P o	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	5× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3	
203P o	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	3× 10 -1	2× 10 1	3× 10 -3	

204P o	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	9× 10 -2	4× 10 0	9× 10 -4	
204P o	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	4× 10 -2	4× 10 0	3× 10 -4	
205P o	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	3× 10 -1	2× 10 1	3× 10 -3	
205P o	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	2× 10 -1	2× 10 1	2× 10 -3	
206P o	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -3	5× 10 -2	1× 10 -5	
206P o	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	5× 10 -4	5× 10 -2	2× 10 -6	
207P o	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -1	8× 10 0	2× 10 -3	
207P o	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	1× 10 -1	8× 10 0	1× 10 -3	
208P o	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -5	5× 10 -4	1× 10 -7	
208P o	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	8× 10 -6	5× 10 -4	3× 10 -8	
209P o	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -5	5× 10 -4	1× 10 -7	
209P o	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	8× 10 -6	5× 10 -4	3× 10 -8	
210P o	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	3× 10 -5	6× 10 -4	2× 10 -7	
210P o	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	9× 10 -6	6× 10 -4	4× 10 -8	
218P o	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	2× 10 -2	2× 10 1	1× 10 -4	
218P o	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	7× 10 -3	2× 10 1	5× 10 -5	
205A t	H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物	7× 10 -2	1× 10 1	5× 10 -4	

205A t	Be, Mg, Al, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Y, Zr, Nb, Tc, Ru, Rh, Pd, Cd, In, Sn, Sb, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Au, Bi, Ra, Ac, Th, Pa, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Mdのアスタチン化合物、Hgの無機化合物のアスタチン化合物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化合物	3× 10 -2	1× 10 1	2× 10 -4
207A t	H, Li, Na, Si, P, K, Ni, Rb, Sr, Mo, Ag, Te, I, Cs, Ba, La, Gd, W, Pt, Tl, Pb, Po, Frのアスタチン化合物、Seの無機化合物のアスタチン化合物、Hgの有機化合物のアスタチン化合物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化合物	5× 10 -2	3× 10 0	4× 10 -4
207A t	Be, Mg, Al, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Y, Zr, Nb, Tc, Ru, Rh, Pd, Cd, In, Sn, Sb, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Au, Bi, Ra, Ac, Th, Pa, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Mdのアスタチン化合物、Hgの無機化合物のアスタチン化合物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化合物	1× 10 -2	3× 10 0	6× 10 -5
208A t	H, Li, Na, Si, P, K, Ni, Rb, Sr, Mo, Ag, Te, I, Cs, Ba, La, Gd, W, Pt, Tl, Pb, Po, Frのアスタチン化合物、Seの無機化合物のアスタチン化合物、Hgの有機化合物のアスタチン化合物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化合物	2× 10 -1	9× 10 0	2× 10 -3
208A t	Be, Mg, Al, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Y, Zr, Nb, Tc, Ru, Rh, Pd, Cd, In, Sn, Sb, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Au, Bi, Ra, Ac, Th, Pa, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Mdのアスタチン化合物、Hgの無機化合物のアスタチン化合物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化合物	6× 10 -2	9× 10 0	3× 10 -4
209A t	H, Li, Na, Si, P, K, Ni, Rb, Sr, Mo, Ag, Te, I, Cs, Ba, La, Gd, W, Pt, Tl, Pb, Po, Frのアスタチン化合物、Seの無機化合物のアスタチン化合物、Hgの有機化合物のアスタチン化合物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化合物	5× 10 -2	2× 10 0	4× 10 -4
209A t	Be, Mg, Al, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Y, Zr, Nb, Tc, Ru, Rh, Pd, Cd, In, Sn, Sb, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Au, Bi, Ra, Ac, Th, Pa, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Mdのアスタチン化合物、Hgの無機化合物のアスタチン化合物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化合物	1× 10 -2	2× 10 0	5× 10 -5
210A t	H, Li, Na, Si, P, K, Ni, Rb, Sr, Mo, Ag, Te, I, Cs, Ba, La, Gd, W, Pt, Tl, Pb, Po, Frのアスタチン化合物、Seの無機化合物のアスタチン化合物、Hgの有機化合物のアスタチン化合物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化合物	3× 10 -2	9× 10 -1	3× 10 -4
210A t	Be, Mg, Al, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Y, Zr, Nb, Tc, Ru, Rh, Pd, Cd, In, Sn, Sb, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Au, Bi, Ra, Ac, Th, Pa, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Mdのアスタチン化合物、Hgの無機化合物のアスタチン化合物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化合物	4× 10 -3	9× 10 -1	2× 10 -5
211A t	H, Li, Na, Si, P, K, Ni, Rb, Sr, Mo, Ag, Te, I, Cs, Ba, La, Gd, W, Pt, Tl, Pb, Po, Frのアスタチン化合物、Seの無機化合物のアスタチン化合物、Hgの有機化合物のアスタチン化合物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化合物	8× 10 -4	7× 10 -2	7× 10 -6
211A t	Be, Mg, Al, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Y, Zr, Nb, Tc, Ru, Rh, Pd, Cd, In, Sn, Sb, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Au, Bi, Ra, Ac, Th, Pa, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Mdのアスタチン化合物、Hgの無機化合物のアスタチン化合物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化合物	2× 10 -4	7× 10 -2	1× 10 -6
215A t	H, Li, Na, Si, P, K, Ni, Rb, Sr, Mo, Ag, Te, I, Cs, Ba, La, Gd, W, Pt, Tl, Pb, Po, Frのアスタチン化合物、Seの無機化合物のアスタチン化合物、Hgの有機化合物のアスタチン化合物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化合物	4× 10 3	4× 10 7	4× 10 1

215A t	Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化合物、Hgの無機化合物のアスタチン化合物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化合物	4× 10 3	4× 10 7	4× 10 1
216A t	H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化合物、Seの無機化合物のアスタチン化合物、Hgの有機化合物のアスタチン化合物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化合物	2× 10 3	7× 10 6	2× 10 1
216A t	Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化合物、Hgの無機化合物のアスタチン化合物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化合物	2× 10 3	7× 10 6	2× 10 1
218A t	H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化合物、Seの無機化合物のアスタチン化合物、Hgの有機化合物のアスタチン化合物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化合物	4× 10 -1	1× 10 3	3× 10 -3
218A t	Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化合物、Hgの無機化合物のアスタチン化合物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化合物	3× 10 -1	1× 10 3	3× 10 -3
222R n	ラドン平衡等価濃度（平衡係数が0.4の場合のラドン濃度）	3× 10 -3 (8 ×1 0- 3)		2× 10 -5 (5 ×1 0- 5)
212F r	すべての化合物	7× 10 -3	1× 10 0	6× 10 -5
219F r	すべての化合物	1× 10 1	1× 10 5	1× 10 -1
220F r	すべての化合物	1× 10 -2	6× 10 1	1× 10 -4
221F r	すべての化合物	3× 10 -3	5× 10 0	2× 10 -5
222F r	すべての化合物	1× 10 -3	1× 10 0	9× 10 -6
223F r	すべての化合物	2× 10 -2	3× 10 -1	1× 10 -4
220R a	すべての化合物	9× 10 0	2× 10 5	9× 10 -2
222R a	すべての化合物	7× 10 -3	9× 10 1	7× 10 -5

223R a	すべての化合物	4× 10 -6	5× 10 -3	2× 10 -8	
224R a	すべての化合物	9× 10 -6	9× 10 -3	4× 10 -8	
225R a	すべての化合物	4× 10 -6	5× 10 -3	2× 10 -8	
226R a	すべての化合物	9× 10 -6	2× 10 -3	4× 10 -8	
227R a	すべての化合物	1× 10 -1	1× 10 1	5× 10 -4	
228R a	すべての化合物	1× 10 -5	7× 10 -4	5× 10 -8	
230R a	すべての化合物	1× 10 -1	4× 10 0	1× 10 -3	
223A c	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 -3	2× 10 1	2× 10 -5	
223A c	ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -3	2× 10 1	2× 10 -5	
223A c	酸化物及び水酸化物	2× 10 -3	2× 10 1	2× 10 -5	
224A c	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 -3	1× 10 0	1× 10 -5	
224A c	ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -4	1× 10 0	1× 10 -6	
224A c	酸化物及び水酸化物	2× 10 -4	1× 10 0	1× 10 -6	
225A c	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 -5	3× 10 -2	1× 10 -7	
225A c	ハロゲン化物及び硝酸塩	4× 10 -6	3× 10 -2	2× 10 -8	
225A c	酸化物及び水酸化物	3× 10 -6	3× 10 -2	2× 10 -8	
226A c	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	9× 10 -5	8× 10 -2	1× 10 -6	
226A c	ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -5	8× 10 -2	1× 10 -7	

226Ac	酸化物及び水酸化物	2× 10 -5	8× 10 -2	1× 10 -7
227Ac	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	3× 10 -8	8× 10 -4	2× 10 -1 0
227Ac	ハロゲン化物及び硝酸塩	1× 10 -7	8× 10 -4	6× 10 -1 0
227Ac	酸化物及び水酸化物	4× 10 -7	8× 10 -4	2× 10 -9
228Ac	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	7× 10 -4	2× 10 0	5× 10 -6
228Ac	ハロゲン化物及び硝酸塩	2× 10 -3	2× 10 0	7× 10 -6
228Ac	酸化物及び水酸化物	2× 10 -3	2× 10 0	8× 10 -6
229Ac	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	5× 10 -1	2× 10 1	4× 10 -3
229Ac	ハロゲン化物及び硝酸塩	4× 10 -1	2× 10 1	3× 10 -3
229Ac	酸化物及び水酸化物	4× 10 -1	2× 10 1	4× 10 -3
230Ac	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	5× 10 0	1× 10 2	5× 10 -2
230Ac	ハロゲン化物及び硝酸塩	5× 10 0	1× 10 2	5× 10 -2
230Ac	酸化物及び水酸化物	4× 10 0	1× 10 2	5× 10 -2
224Th	酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 -1	2× 10 3	1× 10 -3
224Th	酸化物及び水酸化物	1× 10 -1	2× 10 3	1× 10 -3
226Th	酸化物及び水酸化物以外の化合物	3× 10 -4	2× 10 0	2× 10 -6
226Th	酸化物及び水酸化物	3× 10 -4	2× 10 0	2× 10 -6

227Th	酸化物及び水酸化物以外の化合物	3× 10 -6	8× 10 -2	1× 10 -8	
227Th	酸化物及び水酸化物	3× 10 -6	8× 10 -2	1× 10 -8	
228Th	酸化物及び水酸化物以外の化合物	9× 10 -7	9× 10 -3	4× 10 -9	
228Th	酸化物及び水酸化物	8× 10 -7	9× 10 -3	4× 10 -9	
229Th	酸化物及び水酸化物以外の化合物	3× 10 -7	2× 10 -3	1× 10 -9	
229Th	酸化物及び水酸化物	4× 10 -7	2× 10 -3	2× 10 -9	
230Th	酸化物及び水酸化物以外の化合物	7× 10 -7	4× 10 -3	3× 10 -9	
230Th	酸化物及び水酸化物	3× 10 -6	4× 10 -3	9× 10 -9	
231Th	酸化物及び水酸化物以外の化合物	6× 10 -2	2× 10 0	4× 10 -4	
231Th	酸化物及び水酸化物	5× 10 -2	2× 10 0	4× 10 -4	
232Th	酸化物及び水酸化物以外の化合物	7× 10 -7	4× 10 -3	3× 10 -9	
232Th	酸化物及び水酸化物	2× 10 -6	4× 10 -3	5× 10 -9	
233Th	酸化物及び水酸化物以外の化合物	8× 10 -1	4× 10 1	7× 10 -3	
233Th	酸化物及び水酸化物	7× 10 -1	4× 10 1	7× 10 -3	
234Th	酸化物及び水酸化物以外の化合物	4× 10 -3	2× 10 -1	2× 10 -5	
234Th	酸化物及び水酸化物	4× 10 -3	2× 10 -1	2× 10 -5	
236Th	酸化物及び水酸化物以外の化合物	2× 10 -1	9× 10 0	2× 10 -3	
236Th	酸化物及び水酸化物	2× 10 -1	9× 10 0	2× 10 -3	

2 2 7 P a	酸化物及び水酸化物以外の化合物	2 × 1 0 -4	2 × 1 0 0	2 × 1 0 -6	
2 2 7 P a	酸化物及び水酸化物	2 × 1 0 -4	2 × 1 0 0	2 × 1 0 -6	
2 2 8 P a	酸化物及び水酸化物以外の化合物	5 × 1 0 -4	1 × 1 0 0	2 × 1 0 -6	
2 2 8 P a	酸化物及び水酸化物	4 × 1 0 -4	1 × 1 0 0	2 × 1 0 -6	
2 2 9 P a	酸化物及び水酸化物以外の化合物	4 × 1 0 -3	1 × 1 0 1	2 × 1 0 -5	
2 2 9 P a	酸化物及び水酸化物	4 × 1 0 -3	1 × 1 0 1	2 × 1 0 -5	
2 3 0 P a	酸化物及び水酸化物以外の化合物	5 × 1 0 -5	8 × 1 0 -1	2 × 1 0 -7	
2 3 0 P a	酸化物及び水酸化物	4 × 1 0 -5	8 × 1 0 -1	2 × 1 0 -7	
2 3 1 P a	酸化物及び水酸化物以外の化合物	2 × 1 0 -7	1 × 1 0 -3	1 × 1 0 -9	
2 3 1 P a	酸化物及び水酸化物	1 × 1 0 -6	1 × 1 0 -3	4 × 1 0 -9	
2 3 2 P a	酸化物及び水酸化物以外の化合物	3 × 1 0 -3	1 × 1 0 0	1 × 1 0 -5	
2 3 2 P a	酸化物及び水酸化物	1 × 1 0 -2	1 × 1 0 0	4 × 1 0 -5	
2 3 3 P a	酸化物及び水酸化物以外の化合物	7 × 1 0 -3	9 × 1 0 -1	4 × 1 0 -5	
2 3 3 P a	酸化物及び水酸化物	7 × 1 0 -3	9 × 1 0 -1	3 × 1 0 -5	
2 3 4 P a	酸化物及び水酸化物以外の化合物	4 × 1 0 -2	2 × 1 0 0	3 × 1 0 -4	
2 3 4 P a	酸化物及び水酸化物	4 × 1 0 -2	2 × 1 0 0	3 × 1 0 -4	
2 3 4 m P a	酸化物及び水酸化物以外の化合物	9 × 1 0 0	3 × 1 0 2	9 × 1 0 -2	
2 3 4 m P a	酸化物及び水酸化物	9 × 1 0 0	3 × 1 0 2	9 × 1 0 -2	

236Pa	酸化物及び水酸化物以外の化合物	1× 10 0	4× 10 1	1× 10 -2	
236Pa	酸化物及び水酸化物	1× 10 0	4× 10 1	1× 10 -2	
228U	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕		4× 10 0		
228U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕		4× 10 0		
228U	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	5× 10 -4		5× 10 -6	
228U	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	4× 10 -4		3× 10 -6	
228U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	4× 10 -4		3× 10 -6	
230U	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕		2× 10 -2		
230U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕		2× 10 -2		
230U	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	5× 10 -5		3× 10 -7	
230U	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	2× 10 -6		1× 10 -8	
230U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	2× 10 -6		8× 10 -9	
231U	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕		3× 10 0		
231U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕		3× 10 0		
231U	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	1× 10 -1		2× 10 -3	
231U	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	5× 10 -2		3× 10 -4	
231U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	4× 10 -2		2× 10 -4	
232U	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕		3× 10 -3		

2 3 2 U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕		3 × 1 0 — 3		
2 3 2 U	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	4 × 1 0 — 6		3 × 1 0 — 8	
2 3 2 U	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	4 × 1 0 — 6		2 × 1 0 — 8	
2 3 2 U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	8 × 1 0 — 7		4 × 1 0 — 9	
2 3 3 U	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕		2 × 1 0 — 2		
2 3 3 U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕		2 × 1 0 — 2		
2 3 3 U	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	3 × 1 0 — 5		2 × 1 0 — 7	
2 3 3 U	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	9 × 1 0 — 6		4 × 1 0 — 8	
2 3 3 U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	3 × 1 0 — 6		1 × 1 0 — 8	
2 3 4 U	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕		2 × 1 0 — 2		
2 3 4 U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕		2 × 1 0 — 2		
2 3 4 U	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	3 × 1 0 — 5		2 × 1 0 — 7	
2 3 4 U	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	1 × 1 0 — 5		4 × 1 0 — 8	
2 3 4 U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	3 × 1 0 — 6		1 × 1 0 — 8	
2 3 5 U	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕		2 × 1 0 — 2		
2 3 5 U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕		2 × 1 0 — 2		
2 3 5 U	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	3 × 1 0 — 5		2 × 1 0 — 7	
2 3 5 U	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	1 × 1 0 — 5		4 × 1 0 — 8	

235U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	3 × 10 —6		2 × 10 —8	
235mU	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕			2 × 10 5	
235mU	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕			2 × 10 5	
235mU	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	2 × 10 4		2 × 10 2	
235mU	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	2 × 10 4		8 × 10 1	
235mU	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	2 × 10 4		2 × 10 2	
236U	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕			2 × 10 —2	
236U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕			2 × 10 —2	
236U	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	3 × 10 —5		2 × 10 —7	
236U	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	1 × 10 —5		4 × 10 —8	
236U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	3 × 10 —6		1 × 10 —8	
237U	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕			1 × 10 0	
237U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕			1 × 10 0	
237U	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	6 × 10 —2		6 × 10 —4	
237U	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	1 × 10 —2		7 × 10 —5	
237U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	1 × 10 —2		7 × 10 —5	
238U	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕			2 × 10 —2	
238U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕			2 × 10 —2	

238U	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	4× 10 -5		3× 10 -7	
238U	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	1× 10 -5		4× 10 -8	
238U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	4× 10 -6		2× 10 -8	
239U	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕			3× 10 1	
239U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕			3× 10 1	
239U	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	1× 10 0		1× 10 -2	
239U	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	6× 10 -1		5× 10 -3	
239U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	6× 10 -1		5× 10 -3	
240U	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕			7× 10 -1	
240U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕			7× 10 -1	
240U	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	6× 10 -2		6× 10 -4	
240U	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	3× 10 -2		2× 10 -4	
240U	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	2× 10 -2		2× 10 -4	
231N p	すべての化合物	1× 10 -2	4× 10 1	8× 10 -5	
232N p	すべての化合物	6× 10 -1	9× 10 1	3× 10 -3	
233N p	すべての化合物	7× 10 0	4× 10 2	7× 10 -2	
234N p	すべての化合物	3× 10 -2	1× 10 0	2× 10 -4	
235N p	すべての化合物	8× 10 -2	1× 10 1	3× 10 -4	

236Np (物理的半減期が1.15×10 ⁵ 年のもの)	すべての化合物	1× 10 -5	6× 10 -2	4× 10 -8	
236Np (物理的半減期が22.5時間のもの)	すべての化合物	6× 10 -3	4× 10 0	2× 10 -5	
237Np	すべての化合物	1× 10 -6	9× 10 -3	6× 10 -9	
238Np	すべての化合物	1× 10 -2	9× 10 -1	6× 10 -5	
239Np	すべての化合物	2× 10 -2	1× 10 0	1× 10 -4	
240Np	すべての化合物	2× 10 -1	1× 10 1	1× 10 -3	
240mNp	すべての化合物	1× 10 0	5× 10 1	1× 10 -2	
241Np	すべての化合物	1× 10 0	9× 10 -3		
232Pu	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		6× 10 0		
232Pu	硝酸塩〔経口摂取〕		6× 10 0		
232Pu	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		6× 10 0		
232Pu	不溶性の酸化物以外の化合物	9× 10 -4		7× 10 -6	
232Pu	不溶性の酸化物	8× 10 -4		6× 10 -6	
234Pu	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		5× 10 0		
234Pu	硝酸塩〔経口摂取〕		5× 10 0		

234Pu	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		5 × 10 0		
234Pu	不溶性の酸化物以外の化合物	1 × 10 —3		6 × 10 —6	
234Pu	不溶性の酸化物	1 × 10 —3		5 × 10 —6	
235Pu	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		4 × 10 2		
235Pu	硝酸塩〔経口摂取〕		4 × 10 2		
235Pu	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		4 × 10 2		
235Pu	不溶性の酸化物以外の化合物	8 × 10 0		8 × 10 —2	
235Pu	不溶性の酸化物	8 × 10 0		8 × 10 —2	
236Pu	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		1 × 10 —2		
236Pu	硝酸塩〔経口摂取〕		1 × 10 —2		
236Pu	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		1 × 10 —2		
236Pu	不溶性の酸化物以外の化合物	2 × 10 —6		7 × 10 —9	
236Pu	不溶性の酸化物	3 × 10 —6		1 × 10 —8	
237Pu	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		8 × 10 0		
237Pu	硝酸塩〔経口摂取〕		8 × 10 0		
237Pu	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		8 × 10 0		
237Pu	不溶性の酸化物以外の化合物	7 × 10 —2		4 × 10 —4	
237Pu	不溶性の酸化物	7 × 10 —2		3 × 10 —4	

238Pu	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		4× 10 —3		
238Pu	硝酸塩〔経口摂取〕		4× 10 —3		
238Pu	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		4× 10 —3		
238Pu	不溶性の酸化物以外の化合物	7× 10 —7		3× 10 —9	
238Pu	不溶性の酸化物	2× 10 —6		8× 10 —9	
239Pu	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		4× 10 —3		
239Pu	硝酸塩〔経口摂取〕		4× 10 —3		
239Pu	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		4× 10 —3		
239Pu	不溶性の酸化物以外の化合物	7× 10 —7		3× 10 —9	
239Pu	不溶性の酸化物	3× 10 —6		8× 10 —9	
240Pu	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		4× 10 —3		
240Pu	硝酸塩〔経口摂取〕		4× 10 —3		
240Pu	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		4× 10 —3		
240Pu	不溶性の酸化物以外の化合物	7× 10 —7		3× 10 —9	
240Pu	不溶性の酸化物	3× 10 —6		8× 10 —9	
241Pu	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		2× 10 —1		
241Pu	硝酸塩〔経口摂取〕		2× 10 —1		
241Pu	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		2× 10 —1		

2 4 1 P u	不溶性の酸化物以外の化合物	4 × 1 0 —5		2 × 1 0 —7	
2 4 1 P u	不溶性の酸化物	2 × 1 0 —4		8 × 1 0 —7	
2 4 2 P u	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		4 × 1 0 —3		
2 4 2 P u	硝酸塩〔経口摂取〕		4 × 1 0 —3		
2 4 2 P u	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		4 × 1 0 —3		
2 4 2 P u	不溶性の酸化物以外の化合物	7 × 1 0 —7		3 × 1 0 —9	
2 4 2 P u	不溶性の酸化物	3 × 1 0 —6		9 × 1 0 —9	
2 4 3 P u	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		9 × 1 0 0		
2 4 3 P u	硝酸塩〔経口摂取〕		9 × 1 0 0		
2 4 3 P u	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		9 × 1 0 0		
2 4 3 P u	不溶性の酸化物以外の化合物	2 × 1 0 —1		1 × 1 0 —3	
2 4 3 P u	不溶性の酸化物	2 × 1 0 —1		1 × 1 0 —3	
2 4 4 P u	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		4 × 1 0 —3		
2 4 4 P u	硝酸塩〔経口摂取〕		4 × 1 0 —3		
2 4 4 P u	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		4 × 1 0 —3		
2 4 4 P u	不溶性の酸化物以外の化合物	7 × 1 0 —7		3 × 1 0 —9	
2 4 4 P u	不溶性の化合物	3 × 1 0 —6		9 × 1 0 —9	
2 4 5 P u	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		1 × 1 0 0		

245 P u	硝酸塩〔経口摂取〕		1× 10 0		
245 P u	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		1× 10 0		
245 P u	不溶性の酸化物以外の化合物	3× 10 -2		3× 10 -4	
245 P u	不溶性の酸化物	3× 10 -2		3× 10 -4	
246 P u	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		2× 10 -1		
246 P u	硝酸塩〔経口摂取〕		2× 10 -1		
246 P u	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		2× 10 -1		
246 P u	不溶性の酸化物以外の化合物	3× 10 -3		2× 10 -5	
246 P u	不溶性の酸化物	3× 10 -3		2× 10 -5	
237 A m	すべての化合物	6× 10 -1	5× 10 1	5× 10 -3	
238 A m	すべての化合物	3× 10 -1	3× 10 1	1× 10 -3	
239 A m	すべての化合物	7× 10 -2	3× 10 0	5× 10 -4	
240 A m	すべての化合物	4× 10 -2	1× 10 0	3× 10 -4	
241 A m	すべての化合物	8× 10 -7	5× 10 -3	3× 10 -9	
242 A m	すべての化合物	2× 10 -3	3× 10 0	7× 10 -6	
242 m A m	すべての化合物	9× 10 -7	5× 10 -3	4× 10 -9	
243 A m	すべての化合物	8× 10 -7	5× 10 -3	3× 10 -9	
244 A m	すべての化合物	1× 10 -2	2× 10 0	7× 10 -5	

244m Am	すべての化合物	3× 10 -1	3× 10 1	2× 10 -3	
245A m	すべての化合物	3× 10 -1	1× 10 1	2× 10 -3	
246A m	すべての化合物	2× 10 -1	1× 10 1	2× 10 -3	
246m Am	すべての化合物	5× 10 -1	2× 10 1	5× 10 -3	
247A m	すべての化合物	5× 10 -1	3× 10 1	5× 10 -3	
238C m	すべての化合物	4× 10 -3	1× 10 1	3× 10 -5	
239C m	すべての化合物	2× 10 -1	1× 10 1	2× 10 -3	
240C m	すべての化合物	9× 10 -6	1× 10 -1	4× 10 -8	
241C m	すべての化合物	8× 10 -4	9× 10 -1	3× 10 -6	
242C m	すべての化合物	6× 10 -6	6× 10 -2	2× 10 -8	
243C m	すべての化合物	1× 10 -6	6× 10 -3	4× 10 -9	
244C m	すべての化合物	1× 10 -6	7× 10 -3	5× 10 -9	
245C m	すべての化合物	8× 10 -7	5× 10 -3	3× 10 -9	
246C m	すべての化合物	8× 10 -7	5× 10 -3	3× 10 -9	
247C m	すべての化合物	8× 10 -7	5× 10 -3	4× 10 -9	
248C m	すべての化合物	2× 10 -7	1× 10 -3	9× 10 -1 0	
249C m	すべての化合物	4× 10 -1	3× 10 1	4× 10 -3	

250C m	すべての化合物	4× 10 -8	2× 10 -4	2× 10 -1 0
251C m	すべての化合物	6× 10 -1	3× 10 1	5× 10 -3
245B k	すべての化合物	1× 10 -2	1× 10 0	6× 10 -5
246B k	すべての化合物	5× 10 -2	2× 10 0	4× 10 -4
247B k	すべての化合物	5× 10 -7	2× 10 -3	2× 10 -9
248m Bk	すべての化合物	2× 10 -3	2× 10 0	7× 10 -6
249B k	すべての化合物	2× 10 -4	9× 10 -1	8× 10 -7
250B k	すべての化合物	3× 10 -2	6× 10 0	1× 10 -4
251B k	すべての化合物	3× 10 -1	2× 10 1	3× 10 -3
244C f	すべての化合物	1× 10 -3	1× 10 -1	9× 10 -6
246C f	すべての化合物	6× 10 -5	2× 10 -1	3× 10 -7
247C f	すべての化合物	5× 10 -1	4× 10 1	3× 10 -3
248C f	すべての化合物	3× 10 -6	2× 10 -2	1× 10 -8
249C f	すべての化合物	5× 10 -7	2× 10 -3	2× 10 -9
250C f	すべての化合物	9× 10 -7	5× 10 -3	4× 10 -9
251C f	すべての化合物	5× 10 -7	2× 10 -3	2× 10 -9
252C f	すべての化合物	2× 10 -6	7× 10 -3	6× 10 -9

253C f	すべての化合物	2× 10 -5	4× 10 -1	1× 10 -7	
254C f	すべての化合物	9× 10 -7	2× 10 -3	3× 10 -9	
255C f	すべての化合物	5× 10 -3	2× 10 1	2× 10 -5	
256C f	すべての化合物	5× 10 -6	3× 10 -1	6× 10 -8	
249E s	すべての化合物	8× 10 -2	4× 10 1	5× 10 -4	
250E s	すべての化合物	5× 10 -2	4× 10 1	2× 10 -4	
251E s	すべての化合物	1× 10 -2	5× 10 0	6× 10 -5	
253E s	すべての化合物	1× 10 -5	1× 10 -1	5× 10 -8	
254E s	すべての化合物	3× 10 -6	2× 10 -2	1× 10 -8	
254m Es	すべての化合物	6× 10 -5	2× 10 -1	3× 10 -7	
255E s	すべての化合物	7× 10 -6	1× 10 -1	3× 10 -8	
256E s	すべての化合物	6× 10 -5	2× 10 -1	6× 10 -7	
251F m	すべての化合物	1× 10 -2	1× 10 1	7× 10 -5	
252F m	すべての化合物	8× 10 -5	3× 10 -1	4× 10 -7	
253F m	すべての化合物	7× 10 -5	8× 10 -1	3× 10 -7	
254F m	すべての化合物	3× 10 -4	2× 10 0	2× 10 -6	
255F m	すべての化合物	8× 10 -5	3× 10 -1	5× 10 -7	
256F m	すべての化合物	3× 10 -6	4× 10 -2	3× 10 -8	

257F m	すべての化合物	4× 10 —6	4× 10 —2	2× 10 —8	
257M d	すべての化合物	1× 10 —3	6× 10 0	5× 10 —6	
258M d	すべての化合物	5× 10 —6	5× 10 —2	2× 10 —8	

別表第三（第十八条の二関係）

放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第二にあげられていない場合の空气中濃度限度等

第一欄 放射性同位元素の区分		第二欄 空气中濃度限度 (Bq/cm ³)	第三欄 排液中又は排水中の濃度限 度 (Bq/cm ³)	第四欄 排気中又は空气中の濃度限 度 (Bq/cm ³)
アルファ線放出の区分	物理的半減期の区分			
アルファ線を放出する 放射性同位元素	物理的半減期が10分未満 のもの	4×10 ⁻⁴	4×10 ⁰	3×10 ⁻⁶
	物理的半減期が10分以上、 1日未満のもの	3×10 ⁻⁶	4×10 ⁻²	3×10 ⁻⁸
	物理的半減期が1日以上、 30日未満のもの	2×10 ⁻⁶	5×10 ⁻³	8×10 ⁻⁹
	物理的半減期が30日以上 のもの	3×10 ⁻⁸	2×10 ⁻⁴	2×10 ⁻¹⁰
アルファ線を放出しな い放射性同位元素	物理的半減期が10分未満 のもの	3×10 ⁻²	5×10 ⁰	1×10 ⁻⁴
	物理的半減期が10分以上、 1日未満のもの	6×10 ⁻⁵	1×10 ⁻¹	6×10 ⁻⁷
	物理的半減期が1日以上、 30日未満のもの	4×10 ⁻⁶	5×10 ⁻³	2×10 ⁻⁸
	物理的半減期が30日以上 のもの	1×10 ⁻⁵	7×10 ⁻⁴	4×10 ⁻⁸

別表第四（第十八条の二関係）

表面密度限度

区分	密度 (Bq/cm ²)
アルファ線を放出する放射性同位元素	4
アルファ線を放出しない放射性同位元素	40

別記様式（第二十七条関係）

[\[別画面で表示\]](#)